

amplivox

# Modelo 116

Manual de funcionamiento



# ABOUT THIS MANUAL

READ THIS OPERATING MANUAL BEFORE ATTEMPTING TO USE THE  
INSTRUMENT.

This manual is valid for the Model 116 applies from firmware version  
4v47 onwards – please refer to section 1.3).

This product is manufactured by:

Amplivox Ltd.  
3800 Parkside, Solihull Parkway,  
Birmingham Business Park,  
Birmingham, West Midlands,  
B37 7YG

[www.amplivox.com](http://www.amplivox.com)

For all enquiries please contact us under:

Tel: +44 (0)1865 880846

Fax: +44 (0)1865 880426

[hello@amplivox.com](mailto:hello@amplivox.com)

CE 0088





## Contenidos

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| <b>1</b>   | <b>Introducción</b>   | <b>1</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Aplicaciones sugeridas</b>                                       | <b>1</b>  |
| <b>1.2</b> | <b>Desembalar</b>   | <b>1</b>  |
| <b>1.3</b> | <b>Firmware version</b>   | <b>1</b>  |
| <b>1.4</b> | <b>Contenido estándar</b>   | <b>2</b>  |
| <b>1.5</b> | <b>Accesorios opcionales</b>  | <b>2</b>  |
| <b>2</b>   | <b>Instrucciones de seguridad importantes</b>                       | <b>2</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Precauciones</b>   | <b>2</b>  |
| <b>2.2</b> | <b>Sobre la Compatibilidad Electromagnética (CEM)</b>               | <b>3</b>  |
| <b>2.3</b> | <b>Opciones de suministro de energía</b>                            | <b>4</b>  |
| <b>2.4</b> | <b>Conexiones del audiómetro</b>                                    | <b>5</b>  |
| <b>2.5</b> | <b>Transmisión de datos a la impresora</b>                          | <b>6</b>  |
| <b>2.6</b> | <b>Transferencia de datos a un ordenador</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Uso del Audiómetro</b>   | <b>7</b>  |
| <b>3.1</b> | <b>Encendido y apagado del audiómetro</b>                           | <b>7</b>  |
| <b>3.2</b> | <b>Prueba del pulsador de respuesta del paciente.</b>               | <b>7</b>  |
| <b>3.3</b> | <b>Pantalla del audiómetro</b>                                      | <b>7</b>  |
| <b>3.4</b> | <b>Controles del audiómetro</b>                                     | <b>8</b>  |
| <b>3.5</b> | <b>Función de retención de umbral</b>                               | <b>10</b> |
| <b>3.6</b> | <b>Imprimir audiogramas</b>   | <b>11</b> |
| <b>3.7</b> | <b>Transferencia datos a Audibase o ampliSuite</b>                  | <b>12</b> |
| <b>4</b>   | <b>Secuencia de la operación y procedimiento de prueba sugerido</b> | <b>13</b> |
| <b>5</b>   | <b>Especificación</b>   | <b>16</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Datos de salida</b>  | <b>16</b> |
| <b>5.2</b> | <b>Niveles máximos en cada frecuencia</b>                           | <b>17</b> |
| <b>5.3</b> | <b>Datos físicos</b>  | <b>17</b> |
| <b>5.4</b> | <b>Clasificación del equipo</b>                                     | <b>17</b> |
| <b>6</b>   | <b>Simbología</b>   | <b>18</b> |
| <b>7</b>   | <b>Información técnica</b>  | <b>18</b> |
| <b>8</b>   | <b>Mantenimiento rutinario</b>                                      | <b>20</b> |
| <b>8.1</b> | <b>Mantenimiento del Audiómetro</b>                                 | <b>20</b> |
| <b>8.2</b> | <b>Mantenimiento del Transductor</b>                                | <b>20</b> |
| <b>8.3</b> | <b>Mantenimiento del adaptador de corriente</b>                     | <b>20</b> |
| <b>8.4</b> | <b>Pilas</b>  | <b>21</b> |
| <b>9</b>   | <b>Guardado y transportación del aparato</b>                        | <b>21</b> |
| <b>10</b>  | <b>Reparación y calibración del instrumento</b>                     | <b>21</b> |
| <b>11</b>  | <b>Garantía</b>   | <b>21</b> |
| <b>12</b>  | <b>Pedir accesorios y consumibles</b>                               | <b>22</b> |
| <b>13</b>  | <b>Información sobre la eliminación de residuos</b>                 | <b>23</b> |
|            | <b>Anexo 1 Declaraciones CEM y guía del fabricante</b>              | <b>25</b> |
|            | <b>Anexo 2 Uso con equipo eléctrico no-medico</b>                   | <b>33</b> |



## 1 Introducción

Gracias por comprar un audiómetro Amplivox. El Modelo 116 es un audiómetro manual de detección, el cual le ofrecerá muchos años de servicio fiable, siempre y cuando se use correctamente.

### 1.1 Aplicaciones sugeridas

El modelo 116 está diseñado para ser utilizado por parte de practicantes en general, personal de salud ocupacional y profesionales de la salud infantil y es el instrumento ideal para grupos de atención primaria, colegios e industria. El audiómetro no está destinado para su uso por los especialistas de audición para determinar la magnitud y el alcance de la deficiencia auditiva de un paciente.

El instrumento es completamente portátil, y si es necesario se puede usar con baterías internas (véase la Sección 2.3). Los resultados del examen se pueden imprimir utilizando la impresora o transferir a un ordenador que ejecuta las aplicaciones Amplivox Audibase o Amplivox ampliSuite.

### 1.2 Desembalar

Compruebe el contenido de la caja con respecto a la nota de entrega para asegurarse de que se incluyen todos los artículos pedidos. Si no hay algo, por favor contacte con el distribuidor que le ha suministrado el instrumento o con Amplivox si lo ha comprado directamente.

Por favor, guarde el cartón original y los envases para transportar el instrumento para la calibración anual o reparación.

### 1.3 Firmware version

This operating manual is for firmware versions 4v47 onwards. To check the version of firmware on your audiometer press and hold the MENU button followed by the TALKOVER button.



## 1.4 Contenido estándar

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Audiómetro Modelo 116         | Auriculares audiométricos          |
| Bolsa de transporte           | Pulsador de respuesta del paciente |
| Adaptador de la red eléctrica | Tarjetas de audiograma             |
| Manual de instrucciones       | Certificado de calibración         |
|                               | Software ampliSuite                |

## 1.5 Accesorios opcionales

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Batería                                   | Tarjetas adicionales de audiogramas |
| Software Audibase                         | Cable USB                           |
| Impresoras                                | Cables para impresión               |
| Audiocups (audífonos reductores de ruido) |                                     |

## 2 Instrucciones de seguridad importantes



**El instrumento Modelo 116 debe utilizarse únicamente por profesionales cualificados para realizar pruebas audiométricas. Está destinado a un uso pasajero como herramienta de detección.**

### 2.1 Precauciones

**POR FAVOR LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL AUDIÓMETRO.**

En cumplimiento con las normas IEC 60601-1 de seguridad y IEC 60601-1-2 de compatibilidad electromagnética el audiómetro está diseñado para ser utilizado solamente con el adaptador de corriente suministrado, que cuenta con aprobación médica y que se especifica como parte de este equipo. **No utilice ningún otro tipo de adaptador de corriente con este instrumento. Consulte la Sección 12 para conocer el número de stock del adaptador.**

El Audiómetro es para usarlo únicamente en interior y sólo en la forma en que se describe en este manual.



Los transductores suministrados con el audiómetro están específicamente calibrados con éste, si son reemplazados será necesario calibrarlos de nuevo.

No sumerja la unidad en ningún tipo de fluido. Consulte la Sección 8 de este manual para conocer el procedimiento de limpieza apropiado para este instrumento y sus accesorios.

No utilice el instrumento en un ambiente con exceso de oxígeno o en presencia de mezclas anestésicas inflamables u otros agentes inflamables.

Evitar que el aparato se caiga o se golpee con otro objeto, si esto sucede, envíelo al fabricante para que lo reparen o calibren. No usar el aparato si se sospecha que tiene algún daño.

El aparato debe ser almacenado y utilizado en un lugar que reúna las características especificadas de temperatura, presión y humedad (ver Secciones 7 y 9).

No intente abrir, alterar o reparar el instrumento. Ante cualquier necesidad de reparación o servicio, remita el instrumento al fabricante o distribuidor. La apertura del aparato anulará la garantía.

## **2.2 Sobre la Compatibilidad Electromagnética (CEM)**

El equipamiento médico eléctrico necesita una precaución especial en relación al CEM y necesita que se instale y se ponga en funcionamiento según la información suministrada sobre CEM en el Anexo 1. Esta guía informa acerca del ambiente electromagnético en el que se debe utilizar el instrumento.

Equipos portátiles y móviles de radio frecuencia pueden afectar a los equipos médicos eléctricos. Por tanto, el aparato no debe utilizarse de manera adyacente o almacenarse junto a otros equipos. Si esto fuese necesario, el audiómetro debería observarse para verificar su normal funcionamiento.



## 2.3 Opciones de suministro de energía

El audiómetro está diseñado para un funcionamiento continuo y se alimenta mediante un adaptador de corriente (el cual se suministra y que se especifica como parte del equipo) o con pilas.

### Funcionamiento con pilas

Para montar las pilas (si está configurado para esta opción), retire la tapa del compartimento en la base del audiómetro, ponga las 4 pilas de 1,5 V "C" suministradas (sólo Reino Unido) de acuerdo a las indicaciones del soporte. Vuelva a poner la tapa.



**Las pilas sólo deben cambiarse fuera del entorno del paciente. El operador no debe tocar los conectores de las pilas y al paciente simultáneamente.**

**Nota:** si se usan las pilas, el audiómetro se apagará automáticamente aproximadamente 90 segundos después de haber tocado la última tecla con el fin de ahorrar energía de la batería. Todos los resultados de la prueba se guardarán automáticamente.

La pantalla mostrará "Low Batt" cuando el voltaje de la batería es bajo. Es aconsejable cambiar las pilas cuando esto ocurra. Una vez que el voltaje de las pilas sea demasiado bajo para hacer funcionar al aparato el mensaje "Replace Battery" aparecerá. Revise los reglamentos locales a la hora de deshacerse de las pilas.

### Operación de la red eléctrica

Todas las demás conexiones deben realizarse **antes** de conectar el cable de salida del adaptador en el enchufe marcado como POWER en la parte trasera del audiómetro. Conecte la fuente de corriente; tanto el indicador del adaptador como el indicador de POWER en el audiómetro se iluminarán en verde, mostrando que el instrumento está listo para usarse.

La salida del adaptador de corriente está equipada con una protección de circuito eléctrico. En caso de sobrecarga el adaptador se apagará y al



igual que la luz del indicador. Cuando el fallo se solucione, el adaptador volverá a funcionar normalmente.

La entrada al adaptador de corriente está protegida con un fusible no reemplazable. Si se produce un fallo, el adaptador no funcionará.

El audiómetro debe ubicarse en un lugar accesible para conectar el adaptador de corriente fácilmente.

Si se requiere una fuente de alimentación de repuesto, póngase en contacto con su distribuidor o Amplivox.

## 2.4 Conexiones del audiómetro

Todas las terminales y conexiones importantes están etiquetadas para asegurar su correcta identificación y conexión según la tabla que a continuación se presenta:

| Etiqueta del conector | Tipo de Conector         | Código de Color | Parte Conectada                           | Notas     |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|---|-----------|
| RIGHT<br>LEFT         | 6.3mm jack<br>6.3mm jack | Rojo<br>Azul    | Auriculares de conducción aérea*          |           |
| PRINTER               | RJ12 socket (6-way)      |                 | Impresora *                               | Ver 2.5   |
| USB                   | Conector USB             |                 | Puerto USB para PC                        | Ver 2.6   |
| N/A                   | 6 pin mini DIN           |                 | Puerto reservado; Amplivox diagnóstico    | Ver abajo |
| POWER                 | 2.5mm jack alimentación  |                 | Adaptador principal AC/DC *               |           |
| RESPONSE              | 6.3mm jack               | Negro           | interruptor para respuesta del paciente * |           |

Los números de partes relevantes están indicadas en la Sección 12.

### **Nota en relación con el conector “6-pin mini DIN”:**

Se trata de una toma restringida para el uso restringido por parte de Amplivox. No se permite el acceso del usuario.





**Las partes marcadas con \* solo conectarlas con los accesorios suministrados por Amplivox o un distribuidor de Amplivox. Estos accesorios han sido probados para usarse con el audiómetro Modelo 116 conforme al cumplimiento de los estándares IEC 60601-1 y IEC 60601-1-2. El uso de otros accesorios que no sean los especificados, pueden comprometer el cumplimiento de estas normas. Para otros enchufes, remitirse al Anexo 2.**

## **2.5 Transmisión de datos a la impresora**



**Consulte el Anexo 2 para obtener información importante sobre la conexión de equipos eléctricos no médicos a equipos eléctricos médicos.**

El audiómetro puede mejorarse con una opción que permite la conexión a una o tres impresoras térmicas portátiles diseñadas para imprimir resultados de pruebas audiométricas (ver 3.6). Se debe utilizar el cable indicado para cada impresora, la cual se suministra en esta opción.

Tras la recepción de la impresora, se debe cargar inicialmente un mínimo de 15 horas antes de utilizarse.

## **2.6 Transferencia de datos a un ordenador**



**Consulte el Anexo 2 para obtener información importante sobre la conexión de equipos eléctricos no médicos a equipos eléctricos médicos.**

El audiómetro se suministra con software que permita la conexión a un ordenador para la transferencia de los resultados de pruebas (ver Sección 3.7). Se debe utilizar el cable USB designado lo que está disponible a partir Amplivox (ver Sección 12).



### 3 Uso del Audiómetro

#### 3.1 Encendido y apagado del audiómetro

Presionar la tecla  situada en panel posterior. No se requiere precalentamiento previo. La pantalla mostrará brevemente el modelo y el tipo de auriculares en uso actualmente. En la pantalla se presentará como se muestra en el apartado 3.3.

Para apagar, presione nuevamente la tecla  o apretar y mantener pulsado la tecla MENU seguido de la tecla YES (RIGHT), luego suelte ambos controles.

#### 3.2 Prueba del pulsador de respuesta del paciente.

Presione el interruptor de respuesta del paciente y la luz marcada con la palabra RESPONSE (a la derecha de la pantalla) se iluminará en verde.

#### 3.3 Pantalla del audiómetro

Al iniciarse el aparato, la pantalla muestra las siguientes opciones por defecto:

| SIGNAL dBHL | FREQUENCY Hz |
|-------------|--------------|
| <b>30dB</b> | <b>1kHz</b>  |
| < >         | < >          |

Esto indica que al presionar la tecla PRESENT se le presentará al oído indicado un tono de 30dBHL a una frecuencia de 1kHz (1000Hz). Al iniciar la operación, el audiómetro selecciona por defecto el oído izquierdo.



## 3.4 Controles del audiómetro

### 3.4.1 Teclas multifunción

Varias teclas en el audiómetro tienen funciones diferentes dependiendo del modo de operación. Son: MENU (OFF), LEFT (NO), RIGHT (YES), y FREQUENCY ⇐ ⇒ (MENU SELECT). Su uso se describe a continuación.

### 3.4.2 MENÚ

Apretar y mantener pulsado la tecla MENU para acceder a las opciones siguientes. Utilice las teclas MENU SELECT para desplazarse por las opciones disponibles y luego el NO, YES o SIGNAL con las teclas ↓ ↑ para seleccionar una acción o modificar un ajuste. Suelte la tecla MENU para iniciar la acción o guardar la configuración modificada y volver a la pantalla principal.

| <u>Opciones de menú</u>  | <u>Descripción</u>  |
|--------------------------|---|
| <b>Switch off?:</b>      | (Desconectar) Como se describe en la Sección 3.1  |
| <b>Clear test?:</b>      | Presionar YES y soltar la tecla MENU para borrar los resultados mostrados (véase 3.5)   |
| <b>Contrast:</b>         | Ajustarlo usando las teclas SIGNAL ↓ ↑  |
| <b>Store on 2 of 3?:</b> | Si se activa, un umbral de audición se almacenará automáticamente cuando el paciente responda a 2 de cada 3 tonos presentados (véase 3.5.2) |
| <b>Default level:</b>    | Ajustar el nivel de tono de presentación que está por defecto usando SIGNAL ↓ ↑   |
| <b>Select printer:</b>   | Utilice las teclas SIGNAL ↓ ↑ para seleccionar el AP1300, la impresora Martel MCP8830 o la impresora Sanibel MPT-II.                        |



### 3.4.3

### Descripción de la función de otras teclas

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>PRINT</b>          | Presionar para imprimir los niveles de umbral que se muestran (véase la Sección 3.6)  |
| <b>LEFT</b>           | Presionar para seleccionar el auricular izquierdo; el indicador que está sobre la tecla se ilumina en verde; si el auricular izquierdo ya está seleccionado pulse de nuevo para almacenar el valor de la señal que se muestra como un umbral (ver 3.5.1)  |
| <b>RIGHT</b>          | Presionar para seleccionar el auricular derecho; el indicador que está sobre la tecla se ilumina en verde; si el auricular derecho ya está seleccionado pulse de nuevo para almacenar el valor de la señal que se muestra como un umbral (ver 3.5.1)  |
| <b>SIGNAL</b>         | Presiona ↓↑ para aumentar o disminuir el nivel de tono presentado en pasos de 5dB; para moverse a través de la gama de rangos mantener presionada la tecla  |
| <b>PULSE/CONSTANT</b> | Presione esta tecla para permitir que la función de presentar el tono cuando se pulsa la tecla PRESENT (“Pulse” se muestra en pantalla); presione la tecla de nuevo para permitir la presentación constante del tono (el indicador de arriba se iluminará en verde) y use PRESENT para interrumpir el tono; presione la tecla una vez más para volver a los valores predeterminados |
| <b>+20dB</b>          | Permite que los niveles de tono se presenten con una salida de hasta 20dB superior; presione la tecla y luego utilice la tecla SIGNAL ↑ para acceder a los 20dB adicionales; un indicador verde sobre la tecla muestra que la   |



función está active. **Nota: esta función no operará si la presentación de tono constante se ha habilitado**

## **WARBLE**

Cuando se selecciona, el instrumento presenta un tono de frecuencia modulada; se utiliza un indicador verde encima de la tecla para mostrar que la función está active; esta aplicación puede usarse junto con la tecla de PULSE/CONSTANT

## **FREQUENCY**

Presiona la tecla ⇐ para seleccionar una frecuencia más baja o la tecla ⇒ para aumentar la frecuencia

## **TALK OVER**

Interrumpe la prueba y envía la voz del operador al auricular desde el micrófono interno; el nivel de atenuación puede ajustarse con las teclas SIGNAL ↓↑; cuando suelte la tecla los niveles de salida vuelven a sus valores por defecto

## **PRESENT**

Presiona para mostrar la prueba al paciente; el indicador PRESENT situado sobre la pantalla se iluminará en verde durante la presentación

### **3.5 Función de retención de umbral**

Esta función registra los umbrales para los oídos ambos para cada frecuencia evaluada. Los umbrales se pueden registrar manualmente o automáticamente.

El operador puede revisar los resultados al final de la prueba y grabarlos en una tarjeta de audiograma, imprimirlos con la impresora opcional (ver Sección 3.6) y/o transferir los resultados al ordenador (ver Sección 3.7).



### 3.5.1 Registrar umbrales manualmente

Una vez que un umbral ha sido determinado presione la tecla del auricular seleccionado otra vez. El umbral se registrará y se visualiza como se muestra en la ilustración 3.5.3. **Nota: Esta función no estará operativa si se ha activado la opción “Store on 2 of 3” (ver Sección 3.5.2).**

### 3.5.2 Registrar umbrales automáticamente

Si se ha activado la opción “Store on 2 of 3” (ver Sección 3.4.2) luego un umbral de audición se registrará automáticamente cuando el paciente responda a 2 de cada 3 tonos presentados al nivel y la frecuencia mismos. Los umbrales determinados utilizando la opción “Store on 2 of 3” se muestran entre los paréntesis cuadrados.

### 3.5.3 Revisión de los umbrales guardados

Para revisar los umbrales guardados, selecciona la frecuencia utilizando las teclas de FREQUENCY ← →. Los valores registrados para los oídos izquierdo y derecho se muestran en la parte baja de la pantalla.

| SIGNAL dBHL |    | FREQUENCY Hz |   |
|-------------|----|--------------|---|
| 30dB        |    | 4kHz         | Esta imagen muestra umbrales a 4kHz<br>Oído izq. 20dBHL<br>Oído der. 10dBHL |
| 20          | 10 |              |   |
| THRESHOLDS  |    |              |   |

Para borrar la memoria de retención de umbrales utilice la opción de menú Clear Test descrita en la Sección 3.4.2.

### 3.6 Imprimir audiogramas

Cuenta con dos impresoras como opciones para ser usadas con el audiómetro Modelo 116 (Able AP1300 y Sanibel MPT-II). Hay que seleccionar la impresora adecuada. Para ello, se deben utilizar las opciones de MENU descritas en la Sección 3.4.2 para hacer la selección.



- Conectar el enchufe PRINTER del audiómetro (6-way RJ12) a la impresora con el cable suministrado para ello (ver la Sección 2.5 de este manual para los ajustes de la impresora). **Tenga en cuenta que los cables para la impresora Able (A108), la impresora Sanibel (A101) no son compatibles.**
- Asegúrese de que la impresora esté conectada y lista para imprimir.
- Presione la tecla de PRINT. En el monitor “Is printer ready?” presione la tecla YES y se imprimirá el audiograma. Para cancelar presione NO.

### 3.7 Transferencia de datos a Audibase o ampliSuite

Resultados de las pruebas almacenados en el audiómetro pueden ser transferidos a la base de datos Amplivox Audibase que está disponible como una opción y debe estar instalado en un ordenador (ver la Sección 12 para el número de referencia del parte). Alternativamente, Amplivox ampliSuite permite que los datos sean transferidos a un ordenador y posteriormente visualizar, anotados e imprimir. Este software se suministra en un CD que incluye este manual de instrucciones.

Consulte las instrucciones de instalación y de funcionamiento suministradas con el Audibase o ampliSuite para más detalles.



## 4 Secuencia de la operación y procedimiento de prueba sugerido

La siguiente información es útil para mediciones de conducción aérea. Consulte también la norma ISO 8253 para obtener más información.


### 4.1 Preparación de la audiometría y condiciones ambientales

Para orientación sobre pruebas audiométricas, consulte los diversos estándares audiométricos y otras publicaciones relevantes.

Las pruebas audiométricas deben realizarse siempre en condiciones silenciosas (por ejemplo una habitación silenciosa o una cabina acústica). Los audífonos reductores de ruido opcionales (Audiocup) pueden brindar una aislación adicional del ruido ambiente. Para más explicaciones sobre los niveles de ruido ambiente permisibles, consulte la norma de audiometría ISO 6189.

### 4.2 Disposición del sistema de prueba

El esquema presentado a continuación muestra un ejemplo típico del uso del equipo para pruebas audiométricas. El audiómetro se ubica sobre la mesa frente a un operador que está sentado.



El paciente se sienta frente a la mesa, de espaldas al operador. Utiliza auriculares (ver Sección 4.3) y responde a los estímulos de prueba utilizando un interruptor de mano que también está conectado al instrumento.



### 4.3 Auriculares

Los auriculares deben colocarse por una persona cualificada, para asegurar que queden correctamente sellados y permitan un ajuste cómodo. Se conectan los cables de los auriculares al instrumento y luego los auriculares se le ponen al paciente.

### 4.4 Instrucciones para el paciente

Se le darán las siguientes instrucciones al paciente utilizando la función TALKOVER:

- “En cuanto escuche el tono, presione el interruptor de respuesta. Cuando ya no escuche el tono, suelte el interruptor de respuesta.”

### 4.5 Antes de la prueba

- (1) Encienda el audiómetro.
- (2) Lleve a cabo una pre-prueba de sonido.
- (3) Decida entre utilizar la función de retención de umbral (ver Sección 3.5) manual o automática y/o una tarjeta de audiograma para grabar los umbrales.
- (4) Si la función de retención de umbral automática es requerida asegurarse de que la opción “Store on 2 of 3” está activada (ver Sección 3.5.2) y que el interruptor de respuesta del paciente está en uso.
- (5) Prepare el ambiente para la prueba y al paciente (ver Sección 4.1 a 4.4).
- (6) Si el interruptor de respuesta del paciente no se está utilizando, dé instrucciones al paciente para aceptar cualquier tono presentado subiéndolo o bajándolo.
- (7) Coloque los auriculares en el paciente. Seleccione el oído con el que escucha mejor cada paciente presionando la tecla LEFT o RIGHT y empiece la sesión de familiarización.



## 4.6 Familiarización

- (1) Envíe el primer tono de prueba a 30dB a 1kHz durante 1 ó 2 segundos. Si el paciente no responde a 30dB, aumente el nivel de atenuación en pasos de 10dB hasta que el paciente responda.
- (2) Cuando el paciente responda, espere durante 1 ó 2 segundos y presente el tono de nuevo al mismo nivel. Si el paciente responde a 30dB, reduce el nivel de la señal en pasos de 10dB, repitiendo la presentación hasta que no haya respuesta, entonces incremente el nivel de la señal en pasos de 5dB hasta que el paciente responda; espera 1 ó 2 segundos y presente el tono de nuevo al mismo nivel.
- (3) Si las respuestas son consistentes con el patrón de tono presentado proceda a la Sección 4.7 y empiece a medir los umbrales de audición del paciente; si no es así, repita el proceso de familiarización.

## 4.7 Prueba

- (1) Presente el primer tono de prueba a 30dB a 1kHz
- (2) Si el paciente responde, reduzca el nivel de la señal en rangos de 10 dB hasta el momento en que dejen de responder, posteriormente aumente el nivel de señal en rangos de 5dB hasta que el paciente responda.
- (3) Si el paciente no escucha el primer tono, aumente el nivel de señal en rangos de 5dB hasta el momento en que responda y posteriormente continúe con el paso 4.
- (4) Repita la prueba reduciendo el nivel de señal en rangos de 10dB hasta que el paciente no responda, posteriormente aumente el nivel de señal en rangos de 5dB hasta el momento en que responda y anote el nivel.
- (5) Repita el paso 4 hasta que el paciente responda tres de un máximo de cinco veces en el mismo nivel de la señal. Esto indica el nivel de umbral de audición del paciente para esa frecuencia. Marcar el límite en una tarjeta de audiograma o pulse la tecla del oído correspondiente una vez activada la función de retención de umbral y guardar el nivel de umbral de la pantalla.
- (6) Proceda al siguiente test de frecuencia. Es común realizar el test de frecuencias en el siguiente orden: 1k, 2k, 3k, 4k, 6k, 8k y 500 Hz.
- (7) Repita los pasos 1 a 6 para el otro oído.



## 4.8 Después de la prueba

- (1) Utilice la función de retención de umbral para ver los resultados (ver 3.5)
- (2) En caso de ser necesario llevar a cabo uno o varios de los procedimientos siguientes:
  - Grabar los resultados en una tarjeta de audiograma o
  - Imprimir los resultados (Sección 3.6), o
  - Transferir los resultados a un ordenador (Sección 3.7)

Mirar la Sección 3.4.2 para borrar los umbrales al final del test y, si se requiere, apague el audiómetro.

## 5 Especificación

### 5.1 Datos de salida

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Salidas:                   | Auricular izquierdo y derecho               |
| Rango de frecuencia:       | 125Hz to 8kHz                               |
| Precisión de frecuencia:   | <1%   |
| Distorsión:                | <2%   |
| Nivel de rango de salida:  | -10dBHL min; ver Sección 5.2 como máx.      |
| Precisión nivel de salida: | Dentro de los 3dB                           |
| Tamaño nivel de salida:    | 5dB   |
| Transductor de salida:     | Auriculares DD45 (suministrados)            |
| Tipo de tono:              | Sencillo, warble (trino/gorgojeo) o pulsado |
| Comunicación:              | “talkover”                                  |
| USB interfaz:              | Transferencia resultados a un ordenador     |



## 5.2 Niveles máximos en cada frecuencia

| Frecuencia, Hz | Conducción aérea, dBHL (DD45) | Frecuencia, Hz | Conducción aérea, dBHL (DD45) |
|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 125            | 70                            | 2000           | 100                           |
| 250            | 80                            | 3000           | 100                           |
| 500            | 90                            | 4000           | 100                           |
| 750            | 100                           | 6000           | 100                           |
| 1000           | 100                           | 8000           | 80                            |
| 1500           | 100                           |                |                               |

## 5.3 Datos físicos

|                   |  |
|-------------------|--|
| Pantalla:         | 2 líneas de 24 caracteres                    |
| Pilas (opcional): | 4x1.5V "C" baterías (recomendadas Alcalinas) |
| Red eléctrica:    | 100-240Vac; 50-60Hz; 0.5A<br>5Vdc; 1.2 A     |
| Dimensiones:      | 270mm largo x 165mm profundidad x 60mm alto  |
| Peso (sin pilas): | 0.75kg (approx)                              |
| Seguridad:        | IEC 60601-1 (más UL, CSA & EN desviaciones)  |
| CEM:              | IEC 60601-1-2                                |
| Marca CE:         | Hacia el EU utensilio Medico Directivo       |

## 5.4 Clasificación del equipo

Tipo de protección contra choque eléctrico: alimentado por una fuente de alimentación SELV clase II (por sus siglas en inglés: "Separated or Safety Extra-Low Voltage).

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Grado de protección contra choque eléctrico:   | Parte aplicada Tipo B |
| Grado de protección contra filtración de agua: | No está protegido     |
| Modo de operación:                             | Operación continua    |
| Movilidad del Equipo:                          | Portátil              |

El audiómetro Modelo 116 está clasificado como aparato clase IIa según el Anexo IX del Directorio de Aparatos Médicos de EU. Sus usos se catalogan como audiómetro de detección.



## 6 Simbología

Los siguientes símbolos aparecen en el audiómetro o en el adaptador de corriente:



**Definición:** Identifica el control mediante el cual el instrumento se enciende (o se devuelve) a una condición de espera.



**Definición:** Consulte el manual de instrucciones (obligatorio).




**Definición:** Componente aplicado tipo B: un componente aplicado que da protección contra una descarga eléctrica, particularmente en relación a la corriente de fuga del paciente y a la corriente auxiliar del paciente.

Los componentes aplicados son los auriculares izquierdo y derecho, el interruptor de respuesta del paciente y los cables correspondientes.

**DC**

**Definición:** La salida del adaptador principal AC es corriente directa.



**Definición:** Equipo Clase II – -En este equipo la protección contra choque eléctrico no recae únicamente en el aislamiento básico, sino que tiene protecciones adicionales de seguridad tales como doble aislamiento o aislamiento reforzado (ya que no hay disposición de protección de puesta a tierra o dependiendo de las condiciones de instalación).

## 7 Información técnica

Audiómetro



Tipo de Audiómetro: Tipo 4 (IEC 60645-1:2001)  
 Tipo 4 (ANSI S3.6:2004)

Función de batería:  
 Rango del voltaje de la pila: 4.0 a 6.0V.  
 Advertencia de batería baja: apróx. 4.4V.  
 Vida esperada de la pila: 6 a 8 horas usando pilas alcalinas.

Modulación de frecuencia

Frecuencias: 125Hz a 8kHz para tonos puros  
 Forma de onda de modulación: Sinusoidal  
 Simetría elevada y decreciente: simétrica en la escala de frecuencia lineal  
 Frecuencia de modulación: 15.625Hz  
 Frecuencia de desviación: +/-10%

Transductores

Tipos y niveles de referencia: DD45: ISO 389-1, Tabla 2  
 Fuerza estática de banda para cabeza: Auriculares: 4.5N  
 Características de atenuación sonido: ISO8253-1, Tabla 3

Características para atenuar el sonido de los audífonos

|                |     |     |     |      |      |      |      |
|----------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Frecuencia, Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Atenuación, dB | 2   | 5   | 7   | 15   | 25   | 31   | 23   |

Ambiente

Temperatura de operación: +15°C a +35°C  
 Humedad de operación: 30% a 90% (sin condensación)  
 Presión atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

Entrada y salida

Potencia de Alimentación: 2.5mm conector tipo barril.  
 Entrada para la respuesta de paciente: 6.3mm conector tipo jack  
 Salidas izq/der: 6.3mm enchufe tipo jack  
 USB: enchufe tipo B  
 Impresora: RJ12 socket (6-way)  
 Voltaje máximo en cualquier salida: 12V pico



## 8 Mantenimiento rutinario

### 8.1 Mantenimiento del Audiómetro

El audiómetro Modelo 116 es un instrumento de precisión. Se debe manejar con cuidado con el fin de asegurar su continua precisión y servicio. Para limpiar el aparato, primero debe desconectarse el suministro de corriente. Use un trapo y detergente suaves para limpiar el panel de instrumentos cuando sea necesario. Verificar ISO 8253-1 para mayor información.

### 8.2 Mantenimiento del Transductor

Antes de utilizarlo verifique los cables y conectores del transductor para detectar indicios de desgaste y/o daños. En caso de encontrar alguno, por favor reemplace el artículo inmediatamente y contáctate con Amplivox o su distribuidor Amplivox, para solicitar el número de parte correspondiente (ver Sección 12).

Use los auriculares del audiómetro y demás accesorios con precaución. Para las piezas que están en contacto directo con el paciente se recomienda utilizar partes de repuesto o que las piezas se desinfecten entre un paciente y otro.

Lo anterior incluye tanto la limpieza física como el uso de un desinfectante efectivo. Se deben seguir específicamente las instrucciones del fabricante para el uso del agente desinfectante para limpiar apropiadamente las piezas.



**Durante el proceso de limpieza cuide que la humedad no entre en el auricular.**

### 8.3 Mantenimiento del adaptador de corriente

Antes de utilizarlo verifique el adaptador de corriente alterna para detectar indicios de desgaste y/o daños. En caso de encontrar alguno, por favor reemplace el artículo de forma inmediata contactando con Amplivox o con



su distribuidor Amplivox. Consulte la Sección 12 para conocer los números de parte autorizados.



**No utilice ningún otro tipo de adaptador de corriente con este instrumento. Ver Sección 2.3**

## 8.4 Pilas

Las pilas (si las tiene) deben quitarse si el instrumento no se va a utilizar durante un período prolongado de tiempo.

## 9 Guardado y transportación del aparato

El aparato debe ser transportado o almacenado considerando los siguientes parámetros ambientales:

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Temperatura:         | -20°C a +70°C                |
| Humedad:             | 10% a 90% (sin condensación) |
| Presión Atmosférica: | 500 hPa a 1060 hPa           |

## 10 Reparación y calibración del instrumento

Amplivox recomienda que este audiómetro sea calibrado cada año. Contacte a Amplivox o al distribuidor asignado para conocer los detalles del servicio de calibración.



**El instrumento debe ser reenviado al fabricante para servicio y reparación. No contiene partes que puedan ser reparadas o restauradas por el usuario.**

Cuando embale el instrumento para su envío, utilice la caja de envío y los materiales de embalaje originales. Por favor asegúrese de que los cables del auricular no se envuelven alrededor de la cabeza de los auriculares.

## 11 Garantía

Todos los instrumentos de Amplivox están garantizados contra defectos materiales y de fabricación. El aparato se repara sin costo por periodo de



dos años a partir de la fecha de devolución si es que se regresa, el servicio de envío corre a cargo del departamento de servicio de Amplivox. El reenvío del aparato corre por cuenta del cliente a menos que sea en Reino Unido.

**Nota importante:**

Excepciones:

Los auriculares pueden requerir calibrarse debido a un brusco manejo o algún impacto del aparato. La vida de los cables también depende de las condiciones de uso. Estas piezas sólo están garantizadas contra defectos de materiales o fabricación.

**12 Pedir accesorios y consumibles**

Para solicitar consumibles y accesorios adicionales, reponer partes dañadas, y conocer los gastos de envío, contacte con su distribuidor Amplivox. A continuación se exponen los productos disponibles:

| No. de pieza |         | Descripción                                  |
|--------------|---------|--|
| A022         | 8010855 | Audiocups (audífonos reductores de ruido)    |
| AC1042       | 8010835 | Audiocup cojín para el oído                  |
| AC1047       | 8507381 | Audiocup banda para la cabeza                |
| AC1048       | 8010834 | Audiocup cubierta para la banda de la cabeza |
|              |         |  |
| A023         | 8010840 | Vincha (auricular estándar)                  |
| A026         | 8010857 | Cojín para audífonos                         |
| A032         | 8010876 | Auriculares DD45 *                           |
| A030         | 8010822 | Cable de auriculares                         |
|              |         |  |
| B128         | 8004674 | Bolsa de transporte                          |
| A091-7       | 8512734 | Adaptador de corriente autorizado            |
| A085         | 8103838 | Interruptor de respuesta para el paciente    |
| A051         | 8013007 | Tarjetas de Audiograma (paquete de 50)       |
|              |         |  |
| PT02         | 8029305 | Impresora Sanibel MPT-II                     |
| A102         | 8004419 | Cable para audiómetro a Sanibel MPT-II       |
| C0104        | 8029305 | Papel térmico de impresión (Sanibel MPT-II)  |



|       |         |  |
|-------|---------|--|
| F07   | 8507230 | Cable USB, 1.8m                              |
| AUD06 | 8511500 | Amplivox Audibase 5.5 (incluyendo cable USB) |



**Los accesorios indicados con \* deben ser calibrados con el audiómetro específico para ser utilizados. No intente utilizar estos accesorios hasta que el audiómetro haya sido calibrado considerando sus características.**

El envío de la documentación llevará adjunto el número de referencia mencionado en la parte de arriba. Las imágenes de las partes junto al número de almacenamiento están disponibles en la web de Amplivox. ([www.amplivox.ltd.uk](http://www.amplivox.ltd.uk)). Las instrucciones se adjuntan a cada pieza.

### 13 Información sobre la eliminación de residuos



Amplivox Limited es totalmente compatible con el Reglamento de los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). Nuestro PRN (Productor Número de Registro) es WEE/GA0116XU y están registradas en el Régimen aprobado WEEE, B2B, número de aprobación WEE/MP3338PT/SCH.

El objetivo principal del Reglamento de RAEE (WEE) es fomentar la segregación de los elementos eléctricos de desecho de la corriente general de residuos y dirigirlos a la reutilización, valorización y reciclado.

Cualquier unidad eléctrica desechable comprada a Amplivox que:

- lleve el símbolo del contenedor de ruedas tachado con una barra negra debajo
- O bien, haya sido reemplazada con nuevos productos Amplivox por otro similar

Por favor, póngase en contacto con nuestro RAEE régimen aprobado. El Cumplimiento B2B le proporcionará más información sobre cómo reciclar los residuos de las unidades eléctricas y responder a cualquier pregunta que pueda tener.



## **B2B Compliance**

Tel: +44 (0) 1691 676 124 (Opción 2)

Email: [operations@b2bcompliance.org.uk](mailto:operations@b2bcompliance.org.uk)



## Anexo 1 Declaraciones CEM y guía del fabricante

| <b>Guía y declaraciones del fabricante – emisiones electromagnéticas</b>  |   |  |
|---|---|--|
| El audiómetro Modelo 116 se debe usar en el ambiente electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del Modelo 116 debe asegurarse de que se utilice en dicho ambiente. |   |  |
| <b>Prueba de emisiones</b>  | <b>Cumplimiento Referencia de clasificación</b> | <b>Guía del ambiente electromagnético</b>  |
| Emisiones RF<br>CISPR 11  | Grupo 1   | El audiómetro Modelo 116 usa energía RF sólo para sus funciones internas. Por lo tanto, sus emisiones RF son muy bajas y no deben causar interferencia en el equipo electrónico cercano a él.  |
| Emisiones RF<br>CISPR 11  | Clase B   | El audiómetro Modelo 116 es adecuado para su uso en todos los establecimientos, incluidos los establecimientos domésticos y los conectados directamente a la red pública de suministro de energía de baja tensión que abastece a los edificios utilizados para fines domésticos. |
| Emisiones armónicas<br>IEC 61000-3-2  | Clase A   |  |
| Funciones de voltaje emisiones oscilantes<br>IEC 61000-3-3  | Cumple  |  |



### Declaración y guía del fabricante – inmunidad electromagnética (1)

El audiómetro Modelo 116 se debe usar en el ambiente electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del Modelo 116 debe asegurarse de que se utilice en dicho ambiente.

| <b>Prueba de inmunidad</b>   | <b>IEC 60601 nivel de prueba</b>   | <b>Nivel de concordancia</b>   | <b>Guía de ambiente electromagnético</b>  |
|--|--|--|---|
| Descarga Electroestática (ESD)<br><br>IEC 61000-4-2                    | $\pm 8$ kV contacto<br><br>$\pm 15$ kV aire  | $\pm 8$ kV contacto<br><br>$\pm 15$ kV aire  | Los pesos deben ser de madera, cerámica, concreto o azulejos. Si están cubiertos por algún material sintético la humedad relativa debe ser de por lo menos el 30% |
| Rápida oscilación eléctrica momentánea/ estallido<br><br>IEC 61000-4-4 | $\pm 2$ kV para líneas de alimentación<br><br>$\pm 1$ kV para líneas de salida y entrada | $\pm 2$ kV para líneas de alimentación<br><br>$\pm 1$ kV para líneas de entrada y salida | La calidad de corriente de alimentación principal debe ser la de ambiente típico comercial o de hospital  |
| Oleada<br><br>IEC 61000-4-5  | $\pm 1$ kV modo diferencial<br><br>$\pm 2$ kV modo común                                 | $\pm 1$ kV modo diferencial<br><br>$\pm 2$ kV modo común                                 | La calidad de corriente de alimentación principal debe ser la de ambiente típico comercial o de hospital  |



| Prueba de inmunidad   | IEC 60601 niveles de prueba  | Nivel de concordancia   | Guía de ambiente electromagnético   |
|---|--|---|---|
| <p>Bajas de voltaje, interrupciones cortas y variaciones de voltaje en las líneas de corriente de alimentación de entrada (100V/60Hz &amp; 240V/50Hz)</p> <p>IEC 61000-4-11</p> | <p>0% <math>U_T</math> (&gt;100% inclinación en <math>U_T</math>) para ciclo de 0.5</p> <p>0% <math>U_T</math> (&gt;100% inclinación en <math>U_T</math>) para ciclo de 1</p> <p>40% <math>U_T</math> (60% inclinación en <math>U_T</math>) para 5 ciclos</p> <p>70% <math>U_T</math> (30% inclinación en <math>U_T</math>) para 500 ms</p> <p>0% <math>U_T</math> (100% inclinación en <math>U_T</math>) para 5 seg</p> | <p>0% <math>U_T</math> (100% inclinación en <math>U_T</math>) para ciclo de 0.5</p> <p>0% <math>U_T</math> (&gt;100% inclinación en <math>U_T</math>) para ciclo de 1</p> <p>40% <math>U_T</math> (60% inclinación en <math>U_T</math>) para ciclos de 5</p> <p>70% <math>U_T</math> (30% inclinación en <math>U_T</math>) para 500 ms</p> <p>0% <math>U_T</math> (100% inclinación en <math>U_T</math>) para 5 seg</p> | <p>La calidad de corriente de alimentación principal debe ser la de ambiente típico comercial o de hospital. Si el usuario del audiómetro Modelo 116 requiere operación continua mientras hay interrupciones de corriente, se recomienda conectar el audiómetro Modelo 116 a otra fuente de poder o colocarle pilas</p> |
| <p>Frecuencia de poder de campo magnético (50/60 Hz)</p> <p>IEC 61000-4-8</p>   | <p>30 A/m</p>  | <p>30 A/m</p>   | <p>La calidad de corriente de alimentación principal debe ser la de ambiente típico comercial o de hospital.</p>  |
| <p><b>NOTA</b> <math>U_T</math> es el a.c. voltaje principal antes de la aplicación de la prueba de nivel</p>   |  |   |   |



**Declaración y guía del fabricante – inmunidad electromagnética (2)**

El audiómetro Modelo 116 se debe usar en el ambiente electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del audiómetro Modelo 116 debe asegurarse de que se utilice en dicho ambiente.

| <b>Prueba de Inmunidad</b>    | <b>Nivel de prueba IEC 60601</b> | <b>Nivel de concordancia</b> | <b>Guía de ambiente electromagnético</b>  |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| RF Conducido<br>IEC 61000-4-6 | 10 Vrms<br>150kHz a<br>80MHz     | 10 Vrms<br>150kHz a<br>80MHz | Los equipos móviles y portátiles no deben ser utilizados cerca de cualquier parte del audiómetro Modelo 116, incluyendo cables, las distancias de separación recomendadas se calculan por la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.<br><br>Distancia de separación recomendada<br><br>$d = 1.2\sqrt{P}$ |
| RF radiado<br>IEC 61000-4-3   | 10 V/m<br>80MHz a<br>2.7GHz      | 10 V/m<br>80MHz a<br>2.7GHz  | $d = 1.2\sqrt{P}$ 80MHz a 800MHz<br><br>$d = 2.3\sqrt{P}$ 800MHz a 2.5GHz<br><br>donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación  |



## Declaración y guía del fabricante – inmunidad electromagnética (2)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>recomendada en metros (m).</p> <p>Los campos de fuerza de un determinado transmisor de radio frecuencia <sup>a</sup> debe ser inferior que el nivel de concordancia para cada rango de frecuencia. <sup>b</sup></p> <p>Pueden ocurrir interferencias en la cercanía de equipamiento marcado con el siguiente símbolo:</p>  |
|--|--|--|--|

**NOTA 1** A 80MHz y 800MHz, aplica la mayor frecuencia.

**NOTA 2** Estas reglas no se aplican a todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción de estructuras, objetos y personas.



### **Declaración y guía del fabricante – inmunidad electromagnética (2)**

- a.- Los campos de fuerza de transmisores fijos, tales como estaciones base de radioteléfonos (móviles/inalámbricos) y radios móviles terrestres, equipos de radioaficionados, AM y FM emisión de radio y emisoras de televisión no se pueden predecir teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores de RF fijos, se debe realizar un estudio electromagnético. Si la intensidad del campo medida en el lugar en el que se utiliza el audiómetro Modelo 116 supera el nivel de cumplimiento de RF aplicable anterior, el Modelo 116 audiómetro se deberá observar para verificar su funcionamiento normal. Si se observa un funcionamiento anormal, será necesario tomar medidas adicionales, tales como la reorientación o reubicación del audiómetro.
- b.- Por encima del rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las fortalezas de campo deben ser menores a a 3 V/m



**Distancias de separación recomendadas entre los aparatos de RF portátil y el audiómetro Modelo 116**

El audiómetro Modelo 116 está diseñado para usarse en un ambiente en el cual las radiaciones RF están controladas. El cliente o usuario del audiómetro Modelo 116 pueden prevenir la interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima entre los equipos (transmisores) de comunicación RF móvil y el audiómetro Modelo 116, de acuerdo al máximo voltaje de salida de cada equipo.

| Rangos máximos de salida de transmisores<br><br>W | Distancia de separación de acuerdo a la frecuencia del transmisor |   |  |
|---|---|---|--|
|   | m   |   |  |
|   | 150 kHz a 80 MHz<br><br>$d = 1.2\sqrt{P}$                         | 80 MHz a 800 MHz<br><br>$d = 1.2\sqrt{P}$ | 800 MHz a 2.5 GHz<br><br>$d = 2.3\sqrt{P}$ |
| 0.01  | 0.12  | 0.12                                      | 0.23                                       |
| 0.1   | 0.38  | 0.38                                      | 0.73                                       |
| 1   | 1.2   | 1.2                                       | 2.3  |
| 10  | 3.8   | 3.8                                       | 7.3  |
| 100   | 12  | 12  | 23   |



Para transmisores con una potencia de salida máxima no mencionados anteriormente, la distancia de separación recomendada puede ser calculada usando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor.

NOTA 1: A 80MHz y 800MHz, aplica la distancia de separación para los rangos de mayor frecuencia.

NOTA 2: Estas guías no se aplican en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

NOTA 3 ADVERTENCIA: El equipo portátil de comunicaciones de RF (incluidos los periféricos, como los cables de antena y las antenas externas), debe utilizarse a una distancia no inferior a 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del audiómetro Modelo 116, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, podría producirse una degradación del rendimiento de este equipo.



## Anexo 2 Uso con equipo eléctrico no-médico

Cualquier persona que conecte equipos externos a la señal de entrada, la señal de salida y otros conectores crean un sistema eléctrico médico y por lo tanto es responsable de que el sistema cumpla con los requisitos de la cláusula 16 del IEC 60601-1:2005 (*Requisitos generales para la seguridad básica y el funcionamiento esencial*).

Si se hacen conexiones de equipo estandarizado como impresoras y ordenadores, se debe tener una precaución especial para mantener la seguridad médica. Las siguientes notas sirven de orientación para realizar dichas conexiones, de modo que se asegure el cumplimiento de los requisitos generales de la cláusula 16 del IEC 60601-1:2005.

Las siguientes señales de entrada y salida del audiómetro Modelo 116 están eléctricamente aisladas de acuerdo a los requerimientos de IEC 60601-1 con el fin de reducir cualquier riesgo asociado con el uso para encendido de las siguientes conexiones de entrada y salida:

| Etiqueta del enchufe | Tipo de Socket      | Conexión Típica |
|----------------------|---------------------|-----------------|
| PRINTER              | RJ12 socket (6-way) | Impresora       |
| USB                  | Conector USB Tipo B | Ordenador       |

El equipo externo destinado para la conexión de salida y entrada u otras conexiones, debe cumplir con IEC o los estándares internacionales (ejemplo IEC 60950, CISPR 22 & CISPR 24 para equipo IT, y el serie IEC 60601 para equipo eléctrico médico).

El equipo que no cumpla con IEC 60601 debe alejarse del paciente como se define en IEC 60601-1 (por lo menos 1,5m del paciente).

El operador debe evitar tocar el equipo que esté conectado y el paciente al mismo tiempo ya que puede causar daño.

Por favor revise los diagramas 1 a 3 en la parte de abajo para las configuraciones más comunes del equipo periférico. Consulte Amplivox en la dirección indicada en la parte frontal de este manual del usuario si se requiere el asesoramiento sobre el uso de equipos periféricos.



Diagrama 1: Modelo 116 usado con suministro de corriente aprobado medicamente

Toma de corriente



Adaptador médico



Modelo 116  
Audiómetro



Diagrama 2: Modelo 116 usado con suministro de corriente aprobado medicamento e impresora





Diagrama 3: Modelo 116 usado con suministro de corriente aprobado medicamento y PC



**Copyright © 2018 Amplivox Ltd.**

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of Amplivox Ltd.

