

# Model 270

## MANUALE OPERATIVO



## CIRCA QUESTO MANUALE

LEGGERE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER L'USO PRIMA DI TENTARE DI UTILIZZARE LO STRUMENTO

Questo manuale è valido per Model 270 (a partire dalla versione firmware 2T06 - vedi capitolo 1.3).

Questo prodotto è stato fabbricato da:

Amplivox Ltd  
3800 Parkside, Solihull Parkway,  
Birmingham Business Park, Birmingham,  
West Midlands,  
B37 7YG  
[www.amplivox.com](http://www.amplivox.com)

For all enquiries please contact us under:

Amplivox Ltd  
10393 West 70th Street  
Eden Prairie  
MN 55344  
United States

Tel: 888 941 4208  
Fax: 952 903 4100  
[info@amplivox.us](mailto:info@amplivox.us)

Amplivox Ltd  
3800 Parkside, Solihull Parkway,  
Birmingham Business Park, Birmingham,  
West Midlands,  
B37 7YG  
United Kingdom  
Tel: +44 (0)1865 880846

[hello@amplivox.com](mailto:hello@amplivox.com)



# TABLE OF CONTENTS

<b>CIRCA QUESTO MANUALE</b>	<b>1</b>
<b>TABLE OF CONTENTS</b>	<b>2</b>
<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>5</b>
1.1. GRAZIE	5
1.2. APPLICAZIONI PREVISTE	5
1.3. DISIMBALLAGGIO	5
1.4. FIRMWARE VERSION	5
1.5. CONTENUTO STANDARD	5
1.6. ACCESSORI OPZIONALI	6
<b>2. ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA</b>	<b>7</b>
2.1. PRECAUZIONI	7
2.2. CONSIDERAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (CEM)	7
2.3. OPERAZIONE DA RETE ELETTRICA	8
2.4. CONNESSIONI DELL'AUDIOMETRO	8
2.5. TRASFERIMENTO DEI DATI A UNA STAMPANTE	9
2.6. TRASFERIMENTO DEI DATI A UN COMPUTER	9
2.7. CONNESSIONE LINE IN/OUT (AUDIO)	9
<b>3. USO DELL'AUDIOMETRO</b>	<b>11</b>
3.1. ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELL'AUDIOMETRO	11
3.2. LINGUA UTILIZZATA	11
3.3. TEST DEL PULSANTE RISPOSTA PAZIENTE	11
3.4. DISPLAY DELL'AUDIOMETRO	11
3.5. CONTROLLI DELL'AUDIOMETRO	11
3.5.1. SoftKey	11
3.5.2. Tasto OPTIONS	12
3.5.3. Descrizione delle funzioni degli altri tasti	13
3.5.4. TEST MENU	14
3.6. FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DELLE SOGLIE	14
3.7. SALVATAGGIO DEGLI AUDIOGRAMMI NELLA MEMORIA INTERNA	15
3.8. CARICAMENTO DEGLI AUDIOGRAMMI DALLA MEMORIA INTERNA	15
3.9. STAMPA DEGLI AUDIOGRAMMI	15
3.10. TRASFERIMENTO DEI DATI A NOAH O AMPLISUITE	16
<b>4. SEQUENZA DELLE OPERAZIONI E PROCEDURA CONSIGLIATA DI TEST</b>	<b>17</b>
4.1. PREPARAZIONE E CONDIZIONI AMBIENTALI DELL'AUDIOMETRIA	17
4.2. CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI TEST	17
4.3. CUFFIA	17
4.4. ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE	17
4.5. PRIMA DEL TEST	18
4.6. TEST	18
4.7. DOPO IL TEST	18
<b>5. SPECIFICHE</b>	<b>19</b>
5.1. DATI DI USCITA	19
5.2. LIVELLI ACUSTICI MASSIMI PREVISTI A CIASCUNA FREQUENZA	20

5.3.	DATI FISICI	20
5.4.	CLASSIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE	20
<b>6.</b>	<b>SIMBOLI</b>	<b>22</b>
<b>7.</b>	<b>INFORMAZIONI TECNICHE</b>	<b>23</b>
<b>8.</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>25</b>
8.1.	MANUTENZIONE DELL'AUDIOMETRO	25
8.2.	MANUTENZIONE DEL TRASDUTTORE	25
8.3.	AURICOLARI	25
8.4.	INSERTO PER MASCHERAMENTO	25
8.5.	CUFFIE A INSERTO	25
8.6.	MANUTENZIONE DELL'ALIMENTATORE	26
<b>9.</b>	<b>CONSERVAZIONE E TRASPORTO DELLO STRUMENTO</b>	<b>27</b>
<b>10.</b>	<b>CALIBRAZIONE E RIPARAZIONE DELLO STRUMENTO</b>	<b>27</b>
<b>11.</b>	<b>GARANZIA</b>	<b>28</b>
<b>12.</b>	<b>ORDINI DI MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI</b>	<b>29</b>
<b>13.</b>	<b>INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO</b>	<b>31</b>
<b>APPENDICE 1 - AUDIOMETRIA DEL PARLATO</b>		<b>32</b>
A1.1	AUDIOMETRIA VOCALE LIVE VOICE ALLE CUFFIE	33
A1.1.1	Configurazione:	33
A1.1.2	Procedura:	33
A1.2	AUDIOMETRIA VOCALE LIVE VOICE CON MASCHERAMENTO CONTROLATERALE	33
A1.2.1	Configurazione come descritta in A1.1.1 quindi:	33
A1.2.2	Procedura:	33
A1.3	AUDIOMETRIA DEL PARLATO REGISTRATO ALLE CUFFIE	33
A1.3.1	Configurazione:	33
A1.3.2	Procedura:	34
A1.4	AUDIOMETRIA DEL PARLATO REGISTRATO ALLE CUFFIE CON MASCHERAMENTO CONTROLATERALE	34
A1.4.1	Configurazione come descritta in A1.3.1 quindi:	34
A1.4.2	Procedura:	34
A1.5	AUDIOMETRIA VOCALE LIVE VOICE IN CAMPO LIBERO	34
A1.5.1	Configurazione:	34
A1.5.2	Procedura:	34
A1.6	AUDIOMETRIA DEL PARLATO REGISTRATO IN CAMPO LIBERO	35
A1.6.1	Configurazione:	35
A1.6.2	Procedura:	35
A1.7	AUDIOMETRIA DEL PARLATO REGISTRATO IN CAMPO LIBERO CON RUMORE CONCORRENTE (GENERATO DALL'AUDIOMETRO)	35
A1.7.1	Configurazione: - come descritto in A1.6.1 quindi:	35
A1.7.2	Procedura:	35
A1.8	AUDIOMETRIA DEL PARLATO REGISTRATO IN CAMPO LIBERO CON RUMORE CONCORRENTE (REGISTRATO)	35
A1.8.1	Configurazione come descritta in A1.7.1 tranne:	35
A1.8.2	Procedura:	35
<b>APPENDICE 2 - PROCEDURA DI CALIBRAZIONE IN CAMPO LIBERO</b>		<b>36</b>
A2.1	ASSICURAZIONE DELLA CALIBRAZIONE	36
A2.2	AMPLIFICATORE E ALTOPARLANTE ESTERNI	36
A2.3	PANORAMICA DELLA CALIBRAZIONE	36

A2.4	CALIBRAZIONE DEL PARLATO IN CAMPO LIBERO	37
A2.4.1	Calibrazione del canale del parlato	37
A2.4.2	Calibrazione del canale del rumore concorrente	38
A2.5	CALIBRAZIONE DEI TONI TRILLO IN CAMPO LIBERO	38
A2.5.1	Accesso alla modalità di calibrazione in campo libero	38
A2.5.2	Calibrazione del canale del rumore concorrente	39
A2.6	CALIBRAZIONE DEL PARLATO DAL VIVO IN CAMPO LIBERO	39
<b>APPENDICE 3 - DIRETTIVE EMC E DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE</b>		<b>41</b>
<b>APPENDICE 4 - USO CON APPARECCHIATURE ELETTRICHE NON MEDICALI</b>		<b>46</b>

# 1. INTRODUZIONE

## 1.1. GRAZIE

Grazie per aver acquistato un audiometro Amplivox. L'Amplivox modello 270 è un audiometro diagnostico che offrirà molti anni di servizio affidabile, se trattato con cura.

## 1.2. APPLICAZIONI PREVISTE

L'audiometro diagnostico Modello 270 è destinato all'uso da parte di audiologi, medici di medicina generale, audioprotesisti e professionisti della salute dei bambini. Utilizzabile per effettuare entrambi i test di conduzione via aerea o via ossea, con o senza mascheramento, l'audiometro presenta inoltre molte caratteristiche aggiuntive, come la possibilità di supportare l'audiometria del parlato da fonti dal vivo o registrate, la possibilità di selezionare uscite equivalenti in campo libero dalle cuffie in modalità parlato e test audiometrici clinici.

## 1.3. DISIMBALLAGGIO

Aprire il cartone e rimuovere con attenzione tutte le attrezzature. Controllare a fronte della bolla di consegna che tutti gli accessori ordinati siano stati inclusi con l'audiometro. Se manca qualcosa, contattare l'assistenza clienti Amplivox (+44 1865 880846; [sales@amplivox.ltd.uk](mailto:sales@amplivox.ltd.uk)). Se l'acquisto è stato effettuato da un distributore, contattarlo direttamente.

Conservare il cartone e il materiale di imballaggio in quanto l'audiometro dovrà essere soggetto a calibrazione annuale e deve essere restituito ad Amplivox nel suo imballo originale.

## 1.4. FIRMWARE VERSION

This operating manual is for firmware versions 2T06 onwards. To check the version of firmware on your audiometer press the OPTIONS button followed by the TALKOVER button.

## 1.5. CONTENUTO STANDARD

Audiometro Modello 270	Cuffia audiometrica
Cuffia conduttore osseo	Pulsante risposta paziente
Alimentatore	Audiogrammi
Manuale operativo e AmpliSuite	Software NOAH
Valigetta	Certificato di calibrazione

## 1.6. ACCESSORI OPZIONALI

Auricolare mascheramento	Audiogrammi aggiuntivi
Cuffia microfono e monitor	Cuffie a inserto
Stampante	Cavo/i stampante
Cavo USB	Gusci insonorizzati (custodie dell'auricolare che riducono il rumore)

## 2. ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA



Lo strumento Modello 270 deve essere utilizzato solo da professionisti qualificati per eseguire test audiometrici. È destinato all'uso come strumento di screening e diagnostica.

### 2.1. PRECAUZIONI

#### **LEGGERE QUESTO MANUALE OPERATIVO PRIMA DI UTILIZZARE LO STRUMENTO**

Ai sensi delle norme IEC 60601-1 per la sicurezza e IEC 60601-1-2 per la compatibilità elettromagnetica, l'audiometro è stato progettato per essere utilizzato solo con l'alimentatore approvato per uso medico in dotazione, che viene specificato come parte dell'attrezzatura. Non utilizzare altri tipi di alimentatori con questo strumento. Fare riferimento alla Sezione 12 per il numero di inventario dell'alimentatore.

L'audiometro può essere utilizzato solo in interni e in conformità a questo manuale.

I trasduttori forniti sono calibrati specificamente per l'audiometro; se i trasduttori vengono cambiati, sarà necessario eseguire la calibrazione.

Non immergere l'unità in un liquido. Per la procedura di pulizia appropriata per lo strumento e i suoi accessori, e per la funzione delle parti monouso, vedere la Sezione 8 di questo manuale.

Non utilizzare lo strumento in un ambiente ricco di ossigeno o in presenza di miscele anestetiche infiammabili o altri agenti infiammabili.

Non far cadere lo strumento e non esporlo a urti. Se lo strumento cade o si danneggia, restituirlo al produttore per la riparazione e/o la calibrazione. Non utilizzare lo strumento se si sospettano danni.

Lo strumento deve essere conservato e utilizzato entro gli intervalli di temperatura, pressione e umidità specificati (vedere Sezioni 7 e 9).

Non tentare di aprire, modificare o riparare lo strumento. Restituire lo strumento al produttore o al distributore per tutte le esigenze di riparazione e manutenzione. L'apertura dello strumento rende nulla la garanzia.

### 2.2. CONSIDERAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (CEM)

Le apparecchiature elettromedicali richiedono particolari precauzioni relative alla compatibilità elettromagnetica (CEM) e devono essere installate e messe in servizio secondo le informazioni CEM fornite nell'Appendice 3 sull'ambiente elettromagnetico in cui funziona lo strumento.

Le apparecchiature di comunicazione in radiofrequenza (RF) portatili e mobili possono influire sulle apparecchiature elettromedicali. Lo strumento non deve essere utilizzato in prossimità o sovrapposto ad altre apparecchiature; se è necessario, lo strumento deve essere osservato per verificarne il corretto funzionamento.



## 2.3. OPERAZIONE DA RETE ELETTRICA

L'audiometro è progettato per il funzionamento continuo ed è alimentato da un alimentatore fornito e specificato come parte delle attrezzature. Se è necessaria una sostituzione, contattare il proprio distributore Amplivox.

Tutti gli altri collegamenti devono essere effettuati **prima** di collegare il cavo di uscita dall'alimentatore alla presa di ingresso POWER sulla parte posteriore dell'audiometro. Attivare l'alimentazione di rete ; la spia sull'alimentatore e la spia POWER sull'audiometro si illumineranno entrambe di verde, a indicare che lo strumento è pronto per l'uso.

L'uscita dell'alimentatore è dotata di protezione del circuito elettronico. In caso di sovraccarico, l'alimentatore e la spia si spengono. Una volta risolto il problema, l'alimentatore riprenderà a funzionare normalmente.

L'ingresso dell'alimentatore è protetto da un fusibile non sostituibile. In caso di guasto del fusibile, l'alimentatore non funziona.

L'alimentatore è il dispositivo di scollegamento dalla rete elettrica e quindi l'audiometro deve essere posizionato in modo tale da consentire un facile accesso all'alimentatore.

## 2.4. CONNESSIONI DELL'AUDIOMETRO

Tutti i terminali e gli accessori pertinenti sono etichettati per garantire una corretta individuazione e connessione come segue:

Etichetta presa	Tipo presa	Codice cromatico	Parte connessa	Note
MIC 1	Jack 3,5 mm		Microfono ingresso parlato *	
MONITOR	Jack 3,5 mm		Auricolare monitor *	
BONE	Jack 6,3 mm	Grigio	Cuffia vibratore osseo *	
INSERT	Jack 3,5 mm		Auricolare mascheramento *	
RIGHT	Jack 6,3 mm	Rosso	Cuffia a conduzione d'aria*	
LEFT	Jack 6,3 mm	Blu		
MIC 2	Jack 3,5 mm		Microfono Talkback *	
POWER	Jack di alimentazione 2,5 mm		Alimentatore AC/DC*	
RESPONSE	Jack 6,3 mm	Nero	Pulsante risposta paziente *	
LINE IN	Jack 3,5 mm		Lettore CD/nastro audio	Vedere 2.7
LINE OUT	Jack 3,5 mm		Amplificatore esterno	
DATA	Mini DIN a 6 pin		Stampante*	Vedere 2.5
USB	Connettore USB Tipo B		Computer (tramite porta USB)	Vedere 2.6

I numeri parte pertinenti sono indicati nella Sezione 12.



Per quanto riguarda le parti contrassegnate con un \*, collegare solo gli accessori in dotazione con lo strumento o forniti da Amplivox o dal distributore Amplivox. Queste parti sono state testate per l'uso con l'audiometro diagnostico Modello 270 per verificarne la conformità alle norme IEC 60601-1 e IEC 60601-1-2. L'uso di accessori diversi da quelli specificati potrebbe compromettere la conformità a tali norme. Per altre prese, vedere l'Appendice 4.

## 2.5. TRASFERIMENTO DEI DATI A UNA STAMPANTE



Consultare l'Appendice 4 per importanti informazioni relative al collegamento delle apparecchiature elettriche non medicali ad apparecchiature elettromedicali

L'audiometro può essere aggiornato con la possibilità di consentire la connessione a una delle due stampanti stampante termiche portatili designate per stampare i risultati dei test della conduzione via aerea e via ossea, parlato e ULL (vedere Sezione 3.9). Utilizzare il cavo designato fornito con questa opzione per ogni stampante.

Al momento del ricevimento, la stampante deve essere caricata inizialmente per un minimo di 15 ore prima dell'uso.

## 2.6. TRASFERIMENTO DEI DATI A UN COMPUTER



Consultare l'Appendice 4 per importanti informazioni relative al collegamento delle apparecchiature elettriche non medicali ad apparecchiature elettromedicali.

L'audiometro è dotata di software per consentire la connessione ad un computer per il trasferimento dei risultati di prova (vedere Sezione 3.9). È necessario utilizzare il cavo USB designato che è disponibile da Amplivox (vedere Sezione 12).

## 2.7. CONNESSIONE LINE IN/OUT (AUDIO)



Consultare l'Appendice 4 per importanti informazioni relative al collegamento delle apparecchiature elettriche non medicali ad apparecchiature elettromedicali

Il modello 270 è dotato di collegamenti linea audio in/out per l'ingresso lettore CD o nastro audio (es. per il test del parlato registrato) e per l'uscita dell'amplificatore.


Le connessioni Line out sono attive solo quando è selezionato FREEFIELD. Le seguenti connessioni si applicano sia a LINE IN sia a LINE OUT.

<b>Segmento principale</b>	<b>corpo</b>	<b>Segmento medio</b>	<b>Segmento finale</b>
Terra		Canale destro	Canale sinistro

Per maggiori informazioni sul parlato dal vivo e registrato, consultare l'Appendice 1.

## 3. USO DELL'AUDIOMETRO


### 3.1. ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELL'AUDIOMETRO

Premere il tasto  con il centro illuminato a destra del pannello anteriore. Non è richiesto alcun tempo di riscaldamento. Il display mostra brevemente il modello e il tipo di cuffie selezionate per l'uso.


Se è stata abilitata una cuffia secondaria (ad esempio E-5A) sarà quindi necessario selezionare la cuffia necessaria come segue:

- Premere il tasto sotto OK (sul display) per confermare la selezione della cuffia
- In alternativa, premere CHANGE per passare all'altra opzione, quindi OK per confermare la selezione

**Nota: la selezione della cuffia deve essere confermata prima di poter eseguire qualsiasi altra operazione. Il display sarà come quello mostrato in 3.4.**

Per spegnere, premere nuovamente il tasto , quindi il tasto sotto YES per confermare. Per annullare lo spegnimento, premere il tasto sotto NO o QUIT.

### 3.2. LINGUA UTILIZZATA

Per selezionare la lingua utilizzata dall'audiometro (inglese o tedesco) tenere premuto  all'accensione. Un display aggiuntivo consentirà di selezionare English (Softkey 1) o Deutsch (Softkey 3).

### 3.3. TEST DEL PULSANTE RISPOSTA PAZIENTE

Premere il pulsante risposta paziente e la spia RESPONSE (in alto a destra del display) si illumina di verde.

### 3.4. DISPLAY DELL'AUDIOMETRO

All'avvio il display mostrerà le seguenti impostazioni predefinite:

SIGNAL		MASKING
30dBHL	1kHz	OFF
< >	< >	THL

Ciò indica che quando viene premuto il tasto PRESENT, verrà presentato un tono a 30 dBHL a una frequenza di 1 kHz (1.000 Hz) all'orecchio designato. Non viene emesso alcun rumore di mascheramento. All'avvio l'audiometro comincia dall'orecchio sinistro per impostazione predefinita.

### 3.5. CONTROLLI DELL'AUDIOMETRO

#### 3.5.1. SOFTKEY

I quattro Softkey sotto il display si riferiscono a un'opzione associata visualizzata sul display. In questo manuale operativo sono denominati Softkey 1 fino a Softkey 4, da sinistra a destra.

### 3.5.2. TASTO OPTIONS

Premendo il tasto OPTIONS e poi utilizzando i Softkey è possibile scorrere le opzioni (usare il Softkey NEXT) e modificare le impostazioni secondo necessità. Premere il Softkey sotto QUIT per uscire dal menu opzioni e salvare le impostazioni.

#### Opzione di menuDescrizione

<b>Clear test?:</b>	Cancella tutti i risultati del test visualizzati, se si preme il tasto YES; i risultati memorizzati non sono interessati
<b>Save audiogram to 1:</b>	Utilizzare il tasto UP per selezionare la posizione di memorizzazione desiderata e premere il tasto SAVE
<b>Load audiogram no. 1:</b>	Utilizzare il tasto UP per selezionare la posizione di memorizzazione desiderata quindi premere il tasto LOAD
<b>Contrast:</b>	Regolare con i tasti UP e DOWN
<b>Bone masking:</b>	Seleziona la cuffia o l'auricolare inserto opzionale come mezzo di mascheramento; selezionare 'Insert' o 'Phones'
<b>Select phones:</b>	Questa opzione è disponibile solo se è abilitata una cuffia secondaria; utilizzare i tasti Softkey 1 o 2 per selezionare il tipo di cuffia desiderato
<b>FF equiv speech?:</b>	Questa opzione è disponibile solo se la cuffia selezionata è DD45 o TDH39; se attivata, livelli equivalenti di campo libero verranno trasmessi alla cuffia in modalità parlato (vedere Appendice 1)
<b>Store on 2 of 3?:</b>	Memorizza automaticamente una soglia se le risposte ai due segnali di prova su tre sono allo stesso livello uditivo
<b>Set freefield levels?:</b>	Questa opzione consente di accedere alla funzione di calibratura campo libero; consultare l'Appendice 2 per i dettagli
<b>External talkover?:</b>	Selezionare NO per utilizzare il microfono interno e YES per utilizzare l'ingresso MIC 1
<b>Display Counter?:</b>	Attiva un contatore percentuale per l'utilizzo con il test del parlato (vedere Appendice 1)
<b>Select printer:</b>	Utilizzare il softkey appropriato per selezionare la stampante Able (AP1300) o Martel (MCP8830) I Sanibel (MPT-II).
	<b>Nota: per utilizzare la stampante Sanibel, selezionare ABLE printer nelle impostazioni. Dopo aver confermato la stampante ABLE, il 270 si collegherà anche alla stampante Sanibel.</b>
<b>Omit 750/1k5/3k/6k?:</b>	Per escludere queste frequenze da quelle disponibili per il test premere il tasto YES
<b>Present Time:</b>	Selezionare la durata massima e minima di uno stimolo quando viene premuto il tasto PRESENT 0,5 sec (min) e 10 sec (max), o 1,0 sec (min) e 2,0 sec (max)
<b>FF Speech units:</b>	Le unità visualizzate per il parlato in campo libero possono essere convertite tra dBHL e dB SPL

### 3.5.3. DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DEGLI ALTRI TASTI

<b>SIGNAL HL</b>	La manopola viene usata per aumentare o diminuire il livello del segnale dello step selezionato.
<b>MASK HL</b>	La manopola viene usata per aumentare o diminuire il livello di mascheramento dello step selezionato. (Il tasto MASK deve essere selezionato - vedere sotto)
<b>SINE</b>	Selezionare un tono puro come segnale di prova; la spia sopra il tasto si illumina di verde
<b>WARBLE</b>	Selezionare un tono modulato in frequenza come segnale di prova; la spia sopra il tasto si illumina di verde
<b>SPEECH</b>	Seleziona la modalità vocale; la spia sopra il tasto si illumina di verde; consultare l'Appendice 1 per i dettagli (notare che, inizialmente, solo ai Softkey 1 e 3 è associata una funzione)
<b>MASK</b>	Attiva il mascheramento a 30 dBHL - banda stretta (per toni puri) o mascheramento ponderato parlato; le spie sopra il tasto e a destra del display si illuminano di verde; per la modalità parlato usare il Softkey 4 per selezionare INT per il rumore generato internamente o EXT (con Softkey 1 utilizzato per selezionare LINE) per instradare il rumore registrato tramite il collegamento LINE IN
<b>LEFT</b>	Premere una volta per selezionare l'orecchio sinistro; la spia sopra il tasto si illumina di verde
<b>RIGHT</b>	Premere una volta per selezionare l'orecchio destro; la spia sopra il tasto si illumina di verde
<b>PULSE</b>	Abilita la funzione di presentazione del tono pulsato; la spia sopra il tasto si illumina di verde
<b>REVERSE</b>	Presenta il segnale continuamente; la spia sopra il tasto si illumina di verde. Premendo il tasto PRESENT si interrompe il segnale
<b>+20dB</b>	Permette di presentare livelli di tono con uscita superiore a 20 dB al massimo; premere il tasto, quindi utilizzare la manopola SIGNAL per accedere ai 20 dB extra; una spia verde sopra il tasto indica che la funzione è attiva e un ulteriore messaggio sul display indica livelli superiori a 100 dBHL. <b>Nota: questa funzione non è attiva se è stata abilitata la presentazione tono continuo.</b>
<b>LOCK</b>	Funzione di mascheramento sincrono. Blocca il segnale e maschera l'uscita a una differenza costante quando il controllo SIGNAL viene regolato. Una spia sopra il tasto si illumina di verde quando è attiva. Il controllo MASK regola il mascheramento in modo indipendente.
<b>AIR</b>	Trasmette il segnale agli auricolari; la spia sopra il tasto si illumina di verde
<b>BONE</b>	Trasmette il segnale al vibratore osseo; la spia sopra il tasto si illumina di verde
<b>FREEFIELD</b>	Instrada i segnali alla presa di uscita LINE; la spia sopra il tasto si illumina di verde
<b>Hz</b>	Premere il tasto ⇐ per ridurre la frequenza e il tasto ⇒ per aumentare la frequenza.
<b>PRESENT</b>	Premere per presentare il segnale di test visualizzato al paziente. La spia "PRESENT" a sinistra del display si illumina di verde durante la presentazione del tono.
<b>TALKOVER</b>	Interrompe il test e instrada la voce dell'operatore dal microfono interno (o ingresso MIC 1) alle cuffie. Il livello di attenuazione può essere regolato con la manopola SIGNAL.
<b>TALKBACK</b>	Quando è selezionato (come indicato dalla spia sopra il tasto) il segnale da MIC 2 è instradato continuamente all'uscita MONITOR. Premere nuovamente il tasto per deseleggerlo. Il livello di talkback può essere regolato con la manopola SIGNAL mentre è premuto il tasto.
<b>PRINT</b>	Premere per stampare l'audiogramma; per ulteriori dettagli, vedere Sezione 3.9

<b>dB STEP</b>	Consente all'operatore di impostare 2,5 dB o 5 dB come la dimensione dello step predefinito.
<b>PHONES</b>	Questa opzione è disponibile solo se è stata abilitata una cuffia secondaria; in questo modo l'operatore potrà selezionare i trasduttori di uscita necessari.
<b>STORE</b>	Salva la combinazione visualizzata di frequenza, attenuazione e orecchio come valore di conservazione della soglia. Per ulteriori dettagli, consultare la Sezione 3.6.

### 3.5.4. TEST MENU

Questo tasto permette di selezionare i seguenti test standard. Uscire da ogni test premendo nuovamente il tasto TEST MENU.

#### Opzione di menuDescrizione

<b>STENG.</b>	<p>Stenger: Instrada il tono o il parlato a entrambi gli auricolari contemporaneamente. Utilizzare la manopola SIGNAL per regolare il livello del canale sinistro e la manopola MASK per regolare il destro. Fare riferimento all'Appendice 1 per i dettagli del test Stenger in modalità vocale.</p>
<b>ABLB</b>	<p>Alternate Binaural Loudness Balance: Instrada il tono a ciascun auricolare alternativamente. Utilizzare la manopola SIGNAL per regolare il livello del canale sinistro e la manopola MASK per regolare il destro. Premendo il tasto PRESENT si interrompe il segnale presentato.</p>
<b>SISI</b>	<p>Short Increment Sensitivity Index: Presenta un tono continuo al livello e alla frequenza visualizzati. Premendo il tasto PRESENT si aumenta il livello in base all'incremento indicato sulla riga inferiore del display. Modificare questo incremento utilizzando i softkey UP e DOWN. Il Softkey 4 consente di passare tra la schermata iniziale e un contatore che registra e visualizza i risultati del test in percentuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare Softkey 1 per registrare una risposta</li> <li>• Utilizzare Softkey 2 per registrare nessuna risposta</li> <li>• Utilizzare Softkey 3 per cancellare il display dei risultati</li> <li>• Utilizzare Softkey 4 per tornare alla schermata iniziale SISI</li> </ul>

### 3.6. FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DELLE SOGLIE

Questa funzione registra le soglie per entrambe le orecchie ad ogni frequenza testate (conduzione d'aria, conduzione ossea, e intensità del suono sgradevole). Una volta che una soglia è stato determinato premere il tasto STORE. In alternativa, utilizzare il funzione "Store su 2 dei 3" (vedere Sezione 3.5.2). La soglia sarà registrata e visualizzata come illustrato di seguito.

L'operatore può quindi rivedere i risultati alla fine del test e scriverli su un audiogramma, stamparli con la stampante opzionale (vedere Sezione 3.9), memorizzarli nella memoria interna (vedere Sezione 3.7) e/o trasferire i risultati su un computer (vedere Sezione 3.10).

Per rivedere le soglie conservate, selezionare la frequenza mediante i tasti  $\leftarrow$  Hz  $\rightarrow$ . Il valori registrati per le orecchie sinistra e destra vengono visualizzati sulla riga inferiore del display indicati rispettivamente L e R.

SIGNAL

MASKING

<b>10dBHL</b>	<b>4kHz</b>	<b>OFF</b>
[ <b>20L</b> ]	[ <b>10R</b> ]	<b>THL</b>

THRESHOLDS

Questo display mostra le soglie a 4 kHz

Orecchio sinistro 20 dBHL

Orecchio destro 10 dBHL

Per cancellare la memoria di conservazione delle soglie, utilizzare l'opzione di menu Clear Test descritta nella Sezione 3.5.2.

### Conduzione ossea, e intensità del suono sgradevole (ULL)

Per registrare e rivedere le soglie di conduzione ossea, utilizzare il tasto BONE.

Per registrare l'Intensità del suono sgradevole (Uncomfortable Loudness Levels, ULL), premere il Softkey 4 con la conduzione dell'aria selezionata. Il display sarà simile a quello mostrato qui sotto e le soglie ULL vengono registrate e riviste come descritto sopra.

SIGNAL

MASKING

<b>40dBHL</b>	<b>1kHz</b>	<b>OFF</b>
[ <b>45L</b> ]	[ <b>40R</b> ]	<b>ULL</b>

## 3.7. SALVATAGGIO DEGLI AUDIOGRAMMI NELLA MEMORIA INTERNA

L'utente può memorizzare fino a 12 audiogrammi, identificati con un numero, nella memoria interna dell'audiometro. Per salvare la serie corrente di soglie audiogramma, premere il tasto OPTIONS, premere ripetutamente il tasto NEXT fino a quando appare sullo schermo "Save Audiogram to". Utilizzare il tasto UP per selezionare una posizione numerata 1-12, quindi premere il tasto SAVE. Verranno salvati anche i risultati per le soglie ULL o il test del parlato (vedere Appendice 1).

Il processo di salvataggio sovrascriverà tutti i dati esistenti nella posizione della memoria. Premere una volta il tasto QUIT quando la conferma che le soglie sono state salvate appare sullo schermo.

## 3.8. CARICAMENTO DEGLI AUDIOGRAMMI DALLA MEMORIA INTERNA

Tenere premuto il tasto OPTIONS, quindi premere ripetutamente NEXT finché "Load Audiogram no" non appare sullo schermo. Selezionare l'audiogramma necessario (1-12), con il tasto UP, quindi premere il tasto LOAD. Premere una volta il tasto QUIT quando la conferma che le soglie sono state recuperate appare sullo schermo.

## 3.9. STAMPA DEGLI AUDIOGRAMMI

Tre stampanti termiche designate (la Able AP1300 o la Martel MCP8830 o la MPT-II di Sanibel) sono disponibili per l'uso con l'audiometro Modello 270. È necessario selezionare la stampante corretta (utilizzare le opzioni MENU descritte nella Sezione 3.5.2 per effettuare questa selezione).

- Collegare l'audiometro alla stampante con il cavo in dotazione (per la configurazione della stampante, vedere la Sezione 2.5 di questo manuale operativo). Inserire il mini DIN a 6 pin nella presa DATA sul retro del audiometro. Inserire la spina terminale nella presa sul retro della stampante. **I cavi della stampante Able**



**(numero di inventario A105) e della stampante Martel (numero di inventario A104) e della Sanibel (numero di inventario A101) non sono compatibili.**

- Assicurarsi che la stampante sia accesa e pronta per la stampa.
- Caricare l'audiogramma desiderato come descritto in 3.8; per stampare l'audiogramma corrente ignorare questa istruzione
- Premere il tasto PRINT. Al prompt "Is printer ready?" premere il tasto YES. L'audiogramma verrà quindi stampato.

### 3.10. TRASFERIMENTO DEI DATI A NOAH O AMPLISUITE

Per il trasferimento dei risultati dei test memorizzati all'interno del audiometro a un database NOAH, il software Amplivox NOAH deve essere installato su un computer. In alternativa, Amplivox AmpliSuite consente ai dati di essere trasferiti a un computer e successivamente visualizzate, annotata e stampata. Questo software viene fornito su un CD che include queste istruzioni per l'uso.

Fare riferimento alle istruzioni di installazione e uso fornite con il Amplivox NOAH o AmpliSuite per ulteriori dettagli.

## 4. SEQUENZA DELLE OPERAZIONI E PROCEDURA CONSIGLIATA DI TEST

Quanto segue si applica alle misurazioni della conduzione d'aria. A titolo illustrativo si usano step da 5 dB. Per indicazioni, fare riferimento anche alla norma ISO 8253.


### 4.1. PREPARAZIONE E CONDIZIONI AMBIENTALI DELL'AUDIOMETRIA

Per indicazioni relative ai test audiometrici, fare riferimento alle varie norme audiometriche e alle altre pubblicazioni pertinenti.

I test audiometrici devono sempre essere eseguiti in condizioni tranquille (ad esempio una stanza tranquilla o una cabina acustica). I gusci insonorizzati opzionali possono fornire un ulteriore livello di isolamento dal rumore ambientale. Per ulteriori spiegazioni sui livelli di rumore ambientale consentiti, consultare la norma ISO6189.

### 4.2. CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI TEST

Lo schema seguente mostra un tipico esempio di utilizzo delle apparecchiature per esame audiometrico. L'audiometro si trova sulla scrivania di un operatore seduto come mostrato.



Il paziente è seduto di fronte alla scrivania rivolto verso l'operatore. Il paziente indossa una cuffia o un trasduttore appropriato (vedere Sezione 4.3) e risponde agli stimoli del test mediante un interruttore manuale collegato allo strumento.

### 4.3. CUFFIA

La cuffia o il trasduttore appropriato deve essere posizionata da una persona qualificata per garantire comfort e tenuta corretta. I cavi della cuffia sono collegati allo strumento e la cuffia viene quindi posizionata sul paziente.

### 4.4. ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE

Al paziente devono essere fornite le seguenti istruzioni utilizzando la funzione TALKOVER:

- “Non appena sente il tono, prema il pulsante di risposta. Quando non sente più il tono, rilasci il pulsante di risposta”

## 4.5. PRIMA DEL TEST

- (1) Collegare gli accessori necessari e accendere l'audiometro
- (2) Eseguire un controllo di ascolto
- (3) Decidere se utilizzare la Funzione di conservazione delle soglie (vedere Sezione 3.6) o un audiogramma per registrare le soglie
- (4) Preparare l'ambiente del test e il paziente (vedere Sezioni da 4.1 a 4.4)
- (5) Selezionare l'orecchio migliore (secondo il paziente) premendo il tasto LEFT o RIGHT
- (6)

## 4.6. TEST

- (7) Presentare il primo tono del test a 30 dB a 1 kHz
- (8) Se il paziente risponde, ridurre il livello del segnale in step da 10 dB finché non vi è alcuna risposta; quindi aumentare il livello del segnale in step da 5 dB fino a quando il paziente risponde
- (9) Se il paziente non sente il primo tono, aumentare il livello del segnale in step da 5 dB finché non risponde, quindi continuare con il passaggio 9
- (10) Ripetere il test riducendo il livello del segnale in step da 10 dB fino a quando il paziente non risponde più; quindi aumentare il livello del segnale in step da 5 dB fino a che non risponde e annotare questo livello
- (11) Se Store on 2 of 3 è selezionato, andare al passaggio 12
- (12) Ripetere il passaggio 9 finché il paziente risponde tre volte su un massimo di cinque volte allo stesso livello di segnale, che indica il livello di soglia uditiva del paziente per quella frequenza; segnare la soglia su un audiogramma o premere il tasto STORE una volta per attivare la funzione di conservazione delle soglie che visualizza quindi la soglia sullo schermo
- (13) Se è selezionato Store on 2 of 3, ripetere il passaggio 9 fino a quando il paziente ha risposto 2 volte su un massimo di 3 volte allo stesso livello di segnale; verrà visualizzata automaticamente la soglia sullo schermo
- (14) Procedere alla frequenza di test successiva e ripetere i passaggi da 6 a 12
- (15) Ripetere i passaggi da 6 a 13 per l'altro orecchio

## 4.7. DOPO IL TEST

- (16) Utilizzare la Funzione di conservazione delle soglie per esaminare i risultati (vedere 3.6)
- (17) Se necessario, effettuare una o più delle seguenti operazioni:

- Registrare i risultati su un audiogramma o
- Salvare i risultati nella memoria interna (Sezione 3.7) oppure
- Stampare i risultati (Sezione 3.9) o
- Trasferire i risultati su un computer (Sezione 3.10)

Per cancellare la memoria di conservazione delle soglie, utilizzare l'opzione di menu Clear test descritta nella Sezione 3.5.2.

## 5. SPECIFICHE

### 5.1. DATI DI USCITA

Uscite:	Auricolare sinistro, Auricolare destro, Mascheramento inserto Osseo (S&D) e Campo libero
Intervallo di frequenza (Hz):	Via aerea: 125-8 kHz Via ossea: 250 Hz-8 kHz
Precisione di frequenza:	<1%
Distorsione:	<2%
Intervallo livello di uscita (AC):	da -10 dBHL a 120 dBHL max
Intervallo livello di uscita (BC):	da -10 dBHL a 70 dBHL max
Intervallo livello di uscita (FF):	Fino a 90 dB
Uscita mascheramento:	90 dBHL max (250-4 kHz)
Precisione livello di uscita:	Entro 3 dB
Step livello di uscita:	2,5 o 5 dB
Trasduttore uscita (AC):	Auricolari DD45 (in dotazione) Cuffie a inserto E-5A (opzione)
Trasduttore uscita (BC):	Vibratore osseo B-71 (fornito)
Tono presentato:	Singolo, pulsato, trillo o continuo
Mascheramento:	Banda stretta (tono) o ponderato parlato
Canale sincrono:	Vedere la Sezione 3.5.3 (LOCK)
Test clinici:	SISI, Stenger e ABLB (Fowler)
Comunicazione:	Funzione talkover e talkback integrale
Parlato registrato:	Ingresso CD o nastro audio
Parlato dal vivo:	1 x ingresso microfono
Indicatore monitoraggio:	VU - (con IEC 60268-17; ANSI S3.6:2004)
Interfaccia USB:	Trasferimento dei risultati dei test a un computer

## 5.2. LIVELLI ACUSTICI MASSIMI PREVISTI A CIASCUNA FREQUENZA

Frequenza, Hz	Conduzione d'aria, dBHL	Conduzione via ossea, dBHL
125	80	-
250	100	45
500	115	60
750	120	65
1000	120	70
1500	120	70
2000	120	70
3000	120	70
4000	115	70
6000	110	50
8000	100	40

## 5.3. DATI FISICI

Display:	2 righe di 24 caratteri
Alimentazione di rete:	100-240 Vac; 50-60 Hz; 0.5 A 5Vdc; 1.1 A
Dimensioni:	355 mm L x 230 mm P x 100 mm H
Peso:	1,6 kg
Sicurezza:	IEC 60601-1 (più deviazioni UL, CSA e EN)
CEM:	IEC 60601-1-2
Marchio CE:	Basato sul regolamento sui dispositivi medici dell'UE

## 5.4. CLASSIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE

Tipo di protezione contro le scosse elettriche	Alimentato tramite alimentatore SELV Class II
Grado di protezione contro le scosse elettriche	Parte applicata di tipo B
Grado di protezione contro la penetrazione di acqua	Non protetto
Modalità di funzionamento	Funzionamento continuo

Attrezzature per la mobilità

Portatile

L'audiometro modello 270 è classificato come dispositivo di classe IIa ai sensi dell'allegato II del regolamento sui dispositivi medici dell'UE. È destinato ad essere utilizzato come audiometro diagnostico.

## 6. SIMBOLI

I seguenti simboli appaiono sull'audiometro o sull'alimentatore:



**Definizione:** identifica il controllo mediante il quale lo strumento viene acceso (o riportato a) in una condizione di standby.



**Definizione:** Consultare il manuale di istruzioni (obbligatorio).




**Definizione:** Parte applicata di tipo B – una parte applicata che fornisce protezione contro le scosse elettriche, con particolare riguardo alla corrente di dispersione nel paziente e alla corrente ausiliaria nel paziente ammissibili.

Le parti applicate sono gli auricolari destro e sinistro, il vibratore osseo, l'inserto per mascheramento, il pulsante risposta paziente e i cavi associati.



**Definizione:** L'uscita dall'alimentatore CA è a corrente continua.



**Definizione:** Apparecchiature di Classe II – Apparecchiature in cui la protezione contro le scosse elettriche non si basa unicamente sull'isolamento di base, ma in cui sono previste misure di sicurezza aggiuntive quali il doppio isolamento o isolamento rinforzato, non essendo prevista alcuna messa a terra o il ricorso alle condizioni di installazione.



**Definizione:** Dispositivo medico.

## 7. INFORMAZIONI TECNICHE

### Audiometro

Tipo di audiometro:	Tipo 2 (IEC 60645-1:2017)
	Tipo B-E (IEC 60645-1:2017 & IEC 60645-2: 1993, Annex A)
	Tipo 3BE (ANSI S3.6:2004)

### Modulazione di frequenza

Frequenze portanti:	da 125 Hz a 8 kHz come da toni puri
Forma d'onda della modulazione:	Sinusoidale
Simmetria crescente e decrescente:	Simmetrica sulla scala delle frequenze lineare
Frequenza di modulazione:	15,625 Hz
Deviazione di frequenza:	+/-10%

### Canale parlato

Risposta frequenza:	+/- 3 dB, da 100 Hz a 10 kHz ai terminali di uscita (es. cuffia o line out)
Requisito di tensione con impostazione	
livello di ingresso di 0 dB a indicatore zero:	1.20 Vrms a 1 kHz
Livello di uscita:	90 dB SPL a 1 kHz con impostazione attenuatore di 70 dB HL e indicatore di livello a 0 dB

### Suoni mascheramento

Suoni mascheramento disponibili:	Banda stretta a frequenze di test e rumore ponderato parlato
Larghezza di banda rumore banda stretta:	Conforme a IEC 60645-1; ANSI S3.6
Larghezza di banda rumore parlato:	Conforme a IEC 60645-2; ANSI S3.6
Livelli di riferimento:	Fare riferimento a ISO 389-4

### Auricolare mascheramento inserto

Metodo di calibrazione:	Accoppiatore 2cc conforme a IEC 126
-------------------------	-------------------------------------

### Trasduttori

Tipi e livelli di riferimento:	DD45: ISO 389-1, Tabella 2
	E-5A: ISO 389-2, Tabella 1



B-71: ISO 389-3, Tabella 1

Forza statica del supporto della cuffia: Cuffie: 4,5 N

Vibratore osseo: 5,4N

Vibratore osseo calibrato: Posizionamento mastoide e orecchio test non occluso

Caratteristiche di attenuazione del suono: ISO8253-1, Tabella 3

Suono per via aerea da vibratore osseo: Vedere Br. J. Audiol. 1980, P73-75

Caratteristiche di attenuazione del suono nell'auricolare

Frequenza, Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione, dB	2	5	7	15	25	31	23

Ambientale

Temperatura d'esercizio: da +15 °C a +35 °C

Umidità operativa: da 30% a 90% (senza condensa)

Pressione atmosferica: da 700 hPa a 1060 hPa

Input / Output

Ingresso alimentazione: presa a cilindro da 2,5 mm.

Impedenza ingressi mic: 2.500 Ohm

Connessione ingressi mic: presa Jack da 3,5 mm mono

Impedenza ingresso linea: 6.800 Ohm

Connessioni Line in/out: prese Jack da 3,5 mm stereo

Ingresso risposta paziente: presa Jack da 6,3 mm

Uscite Destra/Sinistra/Ossea: presa Jack da 6,3 mm

Uscita monitor: presa Jack da 3,5 mm mono

Uscita inserto: presa Jack da 3,5 mm mono

USB: presa tipo B

Tensione massima in uscita: 12 V picco

## 8. MANUTENZIONE ORDINARIA

### 8.1. MANUTENZIONE DELL'AUDIOMETRO

L'audiometro modello 270 è uno strumento di precisione. Maneggiare con cura per garantirne accuratezza e durata. Per la pulizia dello strumento, scollegarlo prima dalla rete elettrica. Usare un panno morbido e un detergente delicato per pulire il pannello quando necessario. Per ulteriori indicazioni, fare riferimento a ISO 8253-1.

### 8.2. MANUTENZIONE DEL TRASDUTTORE

Prima dell'uso controllare i cavi del trasduttore e i connettori per individuare eventuali segni di usura e/o danni. In presenza di usura e/o danni, sostituire l'articolo immediatamente contattando Amplivox o il distributore Amplivox e richiedendo il numero parte corrispondente (vedere Sezione 12).

Maneggiare con cura la cuffia audiometrica, la cuffia con vibratore osseo e gli altri accessori. Per le parti che sono a contatto diretto con il paziente, si raccomanda di utilizzare parti di ricambio o di sottoporre le parti a una procedura di disinfezione standard tra una visita e l'altra.

Per disinfezione si intende pulizia e uso di un disinfettante riconosciuto. Per l'utilizzo di questo agente disinfettante devono essere seguite le istruzioni specifiche del produttore per fornire un adeguato livello di pulizia.



Durante la procedura di pulizia non far penetrare umidità nell'auricolare, nell'inserto per mascheramento, nel monitor o nella griglia del microfono ecc. Per accessori specifici, consultare le sezioni seguenti.

### 8.3. AURICOLARI

Pulire i cuscinetti auricolari (compresi quelli sui gusci insonorizzati, se utilizzati) con un disinfettante riconosciuto, ad esempio "Mediswab".

### 8.4. INSERTO PER MASCHERAMENTO

Non inserire o in alcun modo utilizzare l'inserto per mascheramento senza una nuova punta di prova, pulita e senza difetti. Questa parte è monouso, cioè ogni punta di prova è destinata a essere utilizzata una sola volta per un solo orecchio di un singolo paziente. Non riutilizzare gli auricolari in quanto questo causerebbe il rischio di trasmissione crociata di infezioni da orecchio a orecchio o da paziente a paziente.

### 8.5. CUFFIE A INSERTO

Gli auricolari in schiuma monouso in dotazione con gli inserti EarTone5A opzionali sono esclusivamente monouso, cioè ogni cuscinetto è destinato ad essere utilizzato una sola volta, per un solo orecchio e per un singolo paziente. Non riutilizzare gli auricolari in quanto questo causerebbe il rischio di trasmissione crociata di infezioni da orecchio a orecchio o da paziente a paziente.

- ◆ Assicurarsi che il tubicino nero che sporge dal cuscinetto **non** venga applicato al paziente; deve essere collegato al tubicino del trasduttore dell'inserto
- ◆ Arrotolare il cuscinetto in schiuma con il diametro più piccolo possibile
- ◆ Inserire il cuscinetto nel condotto uditivo del paziente
- ◆ Tenere il cuscinetto fino a quando non si è espanso creando tenuta
- ◆ Dopo il test, il cuscinetto in schiuma, compreso il tubicino nero, deve essere staccato dal tubicino del suono
- ◆ Il trasduttore dell'inserto deve essere esaminato prima di collegare un nuovo cuscinetto di schiuma

## 8.6. MANUTENZIONE DELL'ALIMENTATORE

Prima dell'uso controllare l'alimentatore CA per individuare eventuali segni di usura e/o danni. In presenza di usura e/o danni, sostituire immediatamente l'alimentatore contattando Amplivox o il distributore Amplivox. Fare riferimento alla Sezione 12 per i numeri parte approvati



NON UTILIZZARE ALTRI TIPI DI ALIMENTATORI CON QUESTO STRUMENTO. Vedere Sezione 2.3.

## 9. CONSERVAZIONE E TRASPORTO DELLO STRUMENTO

Questo strumento può essere conservato o trasportato con i seguenti parametri ambientali:

Temperatura: da -20 °C a +70 °C

Umidità: da 10% a 90% (senza condensa)

Pressione atmosferica: da 500 hPa a 1060 hPa

## 10. CALIBRAZIONE E RIPARAZIONE DELLO STRUMENTO

Amplivox raccomanda che questo audiometro sia calibrato annualmente. Contattare Amplivox o il distributore designato per i dettagli dei servizi di calibrazione.



Lo strumento deve essere restituito al produttore per manutenzione e riparazione. Nessuna parte dello strumento può essere riparata dall'utente.

Quando si imballa lo strumento per la spedizione, utilizzare il materiale di imballaggio e di trasporto originale. Assicurarsi inoltre che i cavi della cuffia non siano avvolti intorno all'archetto.

## 11. GARANZIA

Tutti gli strumenti Amplivox sono garantiti contro difetti di materiale e di fabbricazione. Lo strumento verrà riparato gratuitamente per un periodo di tre anni dalla data di spedizione, se rispedito in porto franco al servizio di assistenza Amplivox. La spedizione dello strumento riparato è gratuita per i clienti nel Regno Unito e a pagamento per i clienti all'estero.

***Nota importante:***

Si applicano le seguenti eccezioni:

Gli auricolari, il vibratore osseo e altri trasduttori possono perdere la calibrazione se non maneggiati con cura o sottoposti a urti (cadute). La durata dei cavi dipende anche dalle condizioni di utilizzo. Queste parti sono garantite solo contro i difetti di materiale o di fabbricazione.

## 12. ORDINI DI MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI

Per ordinare materiali di consumo, accessori aggiuntivi e per sostituire parti staccabili che sono state danneggiate, contattare Amplivox per i prezzi correnti e le spese di spedizione. Gli articoli disponibili sono elencati di seguito:

N° inventario		Descrizione
A022	8010855	Gusci insonorizzati (custodie dell'auricolare che riducono il rumore)
AC1042	8010835	Cuscinetto per gusci insonorizzati
AC1047	8507381	Archetto per gusci insonorizzati
AC1048	8010834	Copri archetto per gusci insonorizzati
A023	8010840	Archetto (cuffia standard)
A026	8010857	Cuscinetto auricolare
A032	8010876	Auricolari DD45 *
A030	8010822	Cavo della cuffia
A080	8506731	Vibratore osseo B71 *
A025	8011098	Archetto del vibratore osseo
A029	8011136	Cavo del vibratore osseo
B129	8004673	Valigetta
	8512734	Alimentatore approvato (UE12LCP)
A085	8011155	Pulsante risposta paziente
A051	8013007	Audiogrammi (confezione da 50)
C15	8507921	Auricolare mascheramento *
C13	8001127	Cuscinetto auricolare mascheramento
C12	8507175	Gancio auricolare mascheramento
C14	8004447	Cavo auricolare mascheramento
A200	8101884	Cuffie a inserto *
C17	8507435	Microfono e cuffie monitor

PT02	8029305	Stampante Sanibel MPT-II
A102	8004419	Cavo da audiometro a stampante Sanibel MPT-II
C0104	8029305	Carta per stampante termica Sanibel MPT-II
F07	8507230	Cavo USB, 2,0 m
A109	8507853	Cavo campo libero (si collega a Line In/Line Out)



**Gli accessori contrassegnati con \* devono essere calibrati con l'audiometro da utilizzare. Non tentare di usare questi accessori finché l'audiometro non sia stato calibrato in base ai loro requisiti.**

La documentazione della spedizione riporterà il numero di inventario sopra citato, e le immagini delle parti, oltre al numero di inventario, sono disponibili sul sito web Amplivox/Amplivox ([www.amplivox.ltd.uk](http://www.amplivox.ltd.uk)). Le istruzioni di montaggio sono fornite per ogni parte.

## 13. INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO



Amplivox Limited è pienamente conforme alle normative WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Il nostro numero di identificazione del produttore (Producer Registration Number, PRN) è WEE/GA0116XU e noi siamo registrati presso i sistemi di conformità WEEE, B2B Compliance, numero di omologazione WEE/MP3338PT/SCH.

Lo scopo principale delle normative WEEE è quello di incoraggiare la separazione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dal flusso dei rifiuti generici e quindi il riutilizzo, il recupero e il riciclo.

Per i rifiuti di apparecchiature elettriche acquistate da Amplivox che:

- presentano il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce, con una barra nera sottostante
- sono state sostituite con un prodotto Amplivox nuovo equivalente

contattare il nostro sistema di conformità WEEE utilizzando i dettagli di seguito. B2B Compliance sarà in grado di fornire ulteriori informazioni su come riciclare i rifiuti di apparecchiature elettriche e rispondere a eventuali domande.

### **B2B Compliance**

Tel: +44 (0) 1691 676 124 (Opzione 2)

Email: [operations@b2bcompliance.org.uk](mailto:operations@b2bcompliance.org.uk)



## APPENDICE 1 - AUDIOMETRIA DEL PARLATO

L'audiometro Modello 270 può essere utilizzato nelle seguenti modalità del parlato. Tuttavia gli utenti devono essere consapevoli del fatto che vi è una crescente corrente di pensiero professionale secondo la quale l'audiometria del parlato Live Voice non è generalmente consigliata. Per l'audiometria del parlato registrato, deve essere utilizzato solo materiale con un rapporto indicato con il segnale di calibrazione. Softkey 1 consente di passare tra gli input MIC 1 (dal vivo) o LINE (registrato).

### Note sull'uso del materiale di prova registrato:

- L'ingresso di linea dell'audiometro è destinato alla connessione a dispositivi di riproduzione audio in grado di emettere segnali con un'ampiezza di tensione di livello di linea standard di settore di 0,770 Vrms.
- L'uso di altri tipi di uscita (ad es. Prese per cuffie, prese per laptop) può comportare una riduzione del livello del segnale.
- Mentre è possibile eseguire una compensazione per un livello ridotto utilizzando l'audiometro, è anche possibile aumentare i livelli del segnale del materiale del test parlato registrato utilizzando la P.C. Software. Contattare il proprio distributore per i dettagli.

### Test delle cuffie e del campo libero

Le uscite della linea dallo strumento (utilizzato per il test in campo libero) sono attive solo quando è selezionato FREEFIELD.

- Se viene eseguito il test della cuffia, si raccomanda che l'amplificatore eventualmente collegato sia spento
- Se è in corso un test in campo libero, questa opzione deve essere sempre selezionata sull'audiometro; questa opzione disconnette cuffie, vibratore osseo e uscite inserto mascheramento, e assicura il raggiungimento dei corretti livelli di uscita calibrati
- Se è necessaria un'uscita equivalente in campo libero dalle cuffie in modalità vocale, questa opzione deve essere selezionata (vedere Sezione 3.5.2)

### Monitoraggio dell'operatore

Se viene utilizzata una sala/cabina acustica, un microfono paziente è collegato all'ingresso MIC 2, mentre la cuffia/l'auricolare dell'operatore è collegata/o all'uscita MONITOR. I livelli di ascolto dell'operatore possono essere regolati come segue:

- Il livello del segnale vocale è controllato dai tasti  $\leftarrow$  Hz  $\rightarrow$ , in step da 2 dB
- Il livello delle risposte del paziente è controllato mediante la manopola SIGNAL tenendo premuto TALKBACK

### Modalità di test nell'audiometria del parlato

Inizialmente in modalità vocale può essere selezionato un orecchio o l'altro, con il livello di uscita controllato dalla manopola SIGNAL. Premendo TEST MENU seguito dal softkey 1 instrada il parlato a entrambe le orecchie (test Stenger con il parlato), con il livello di uscita a sinistra controllato dalla manopola SIGNAL e il livello di uscita a destra controllato dalla manopola MASK. Premendo di nuovo TEST MENU si torna alla modalità parlato originale.

### Contatore del display

Il contatore del display è disponibile solo in modalità parlato. Utilizzare Softkey 3 per attivare il contatore. Per ogni livello di stimolo, il display mostrerà la percentuale corretta insieme al numero totale di risposte. Per utilizzare il contatore l'operatore seleziona 'YES' o 'NO' a seconda della risposta da parte del paziente. Premendo il Softkey 3 si azzerà il contatore. Per uscire dalla schermata contatore del display, premere Softkey 4. Tutti i risultati verranno salvati e ulteriori risultati possono essere aggiunti a quelli già stabiliti (utilizzare il Softkey 3 per riattivare il contatore).

## A1.1 AUDIOMETRIA VOCALE LIVE VOICE ALLE CUFFIE

### A1.1.1 CONFIGURAZIONE:

- a) Collegare un microfono all'ingresso MIC 1 sull'audiometro
- b) Premere SPEECH e utilizzare Softkey 1 per assicurarsi che 'MIC' sia visualizzato in maiuscolo (indica che è selezionato il microfono esterno)
- c) Il microfono è inizialmente indirizzato all'auricolare sinistro. Per selezionare l'auricolare destro premere RIGHT
- d) Il segnale di ingresso viene regolato in step da 1 dB utilizzando la manopola MASK
- e) La regolazione del segnale di ingresso deve essere eseguita per regolare la voce dell'operatore in modo che raggiunga il picco al punto 0 dB sul grafico a barre LEVEL dB; l'uscita auricolare sarà quindi 89 dB SPL per un'impostazione SIGNAL di 70 dB HL e 1 kHz tono puro in un simulatore orecchio IEC 318
- f) Il livello di uscita è controllato in step da 5 dB mediante la manopola SIGNAL

### A1.1.2 PROCEDURA:

L'operatore può ora leggere l'elenco di parole al soggetto e registrare le risposte; il paziente può rispondere o (a) ripetendo il materiale parlato o (b) scrivendo le parole. Se la risposta è parlata, l'operatore deve premere il tasto TALKBACK per sentire questa risposta (vedere "Monitoraggio dell'operatore" sopra).

## A1.2 AUDIOMETRIA VOCALE LIVE VOICE CON MASCHERAMENTO CONTROLATERALE

### A1.2.1 CONFIGURAZIONE COME DESCRITTA IN A1.1.1 QUINDI:

- a) Selezionare MASK
- b) Il mascheramento ponderato parlato è ora instradato all'auricolare opposto a quello selezionato
- c) La manopola MASK cambia il livello di mascheramento in step da 5 dB
- d) Se necessario, è possibile eseguire una nuova regolazione del livello del segnale in ingresso deselegando temporaneamente il tasto MASK, quindi procedere come in A1.1.1d)

### A1.2.2 PROCEDURA:

Come descritto in A1.1.2 ma regolando il livello di mascheramento secondo necessità.

## A1.3 AUDIOMETRIA DEL PARLATO REGISTRATO ALLE CUFFIE

### A1.3.1 CONFIGURAZIONE:

- a) Collegare un lettore CD o nastro audio o altra fonte sonora alla presa jack LINE IN; consultare la Sezione 2.7 di questo manuale operativo
- b) Premere SPEECH e utilizzare Softkey 1 per assicurarsi che 'LINE' sia visualizzato in maiuscolo (indica che è selezionato l'ingresso della linea)
- c) L'ingresso della linea è inizialmente instradato all'auricolare sinistro. Per selezionare l'auricolare destro premere RIGHT
- d) Il segnale di ingresso viene regolato in step da 1 dB utilizzando il controllo MASK
- e) Eseguire il tono di calibrazione a 1 kHz sul materiale registrato e regolare il segnale di ingresso in modo che il grafico a barre LEVEL dB riporti 0 dB; l'uscita cuffie misurata in un simulatore di orecchio IEC 318 sarà ora 89 dB SPL per una impostazione di 70 dB HL
- g) Il livello di uscita è controllato in step da 5 dB mediante il controllo SIGNAL

**A1.3.2 PROCEDURA:**

Come descritto in A1.1.2 tranne che l'operatore fa ascoltare il materiale registrato al soggetto.

**A1.4 AUDIOMETRIA DEL PARLATO REGISTRATO ALLE CUFFIE CON MASCHERAMENTO CONTROLATERALE****A1.4.1 CONFIGURAZIONE COME DESCRITTA IN A1.3.1 QUINDI:**

- a) Selezionare MASK
- b) Il mascheramento ponderato parlato è ora instradato all'auricolare opposto a quello selezionato
- c) Selezionare la fonte di mascheramento INT o EXT utilizzando Softkey4 (l'opzione selezionata viene visualizzata in lettere maiuscole); interno sarà rumore a banda larga ed esterno sarà il rumore concorrente dalla fonte del segnale
- d) La manopola MASK cambia il livello di mascheramento in step da 5 dB
- e) Se necessario, è possibile eseguire una nuova regolazione del livello del segnale in ingresso deselegionando temporaneamente il tasto MASK, quindi procedere come in A1.3.1d)

**A1.4.2 PROCEDURA:**

Come descritto in A1.3.2 ma regolando il livello di mascheramento secondo necessità.

**NOTE IMPORTANTI - MODI CAMPO LIBERO**

Per le seguenti modalità operative Campo libero è essenziale che sia stata eseguita la procedura di calibrazione in campo libero descritta nell'Appendice 2 di questo manuale operativo. Questo aspetto può essere soggetto a requisiti o leggi locali.

**A1.5 AUDIOMETRIA VOCALE LIVE VOICE IN CAMPO LIBERO****A1.5.1 CONFIGURAZIONE:**

- a) Collegare un amplificatore/altoparlante esterno alla presa jack LINE OUT; consultare la Sezione 2.7 di questo manuale operativo
- b) Collegare un microfono all'ingresso MIC 1 sull'audiometro
- c) Premere SPEECH e FREEFIELD e utilizzare Softkey 1 per assicurarsi che 'MIC' sia visualizzato in lettere maiuscole (indica che è selezionato il microfono esterno)
- d) Il microfono esterno è ora instradato all'amplificatore e all'altoparlante esterni; utilizzare LEFT e RIGHT per selezionare il canale dell'amplificatore desiderato
- e) Continuare dalla Sezione A1.1.1d) alla Sezione A1.1.1f) sopra

**A1.5.2 PROCEDURA:**

Come descritto in A1.1.2.

## A1.6 AUDIOMETRIA DEL PARLATO REGISTRATO IN CAMPO LIBERO

### A1.6.1 CONFIGURAZIONE:

- a) Collegare un amplificatore/altoparlante esterno alla presa jack LINE OUT e un lettore CD/nastro audio o altra fonte sonora alla presa jack LINE IN; consultare la Sezione 2.7 di questo manuale operativo
- b) Premere SPEECH e FREEFIELD e usare Softkey 1 per assicurare che 'LINE' sia visualizzato in maiuscolo (indica che è selezionato l'ingresso della linea)
- c) L'ingresso della linea è ora instradato all'amplificatore e all'altoparlante esterni; utilizzare LEFT e RIGHT per selezionare il canale dell'amplificatore desiderato
- d) Eseguire il tono di calibrazione a 1 kHz sul materiale registrato e seguire la procedura di calibrazione nell'Appendice 2
- e) Il segnale di ingresso viene regolato in step da 1 dB utilizzando il controllo MASK
- f) Regolare il segnale di ingresso in modo che il grafico a barre LEVEL dB riporti 0 dB

### A1.6.2 PROCEDURA:

**Come descritto in A1.3.2**

## A1.7 AUDIOMETRIA DEL PARLATO REGISTRATO IN CAMPO LIBERO CON RUMORE CONCORRENTE (GENERATO DALL'AUDIOMETRO)

### A1.7.1 CONFIGURAZIONE: - COME DESCRITTO IN A1.6.1 QUINDI:

- a) Selezionare MASK
- b) Selezionare la fonte di mascheramento interna utilizzando il Softkey 4 (l'opzione INT viene visualizzata in lettere maiuscole); il rumore a banda larga è instradato al canale concorrente LINE OUT
- c) Il livello del rumore concorrente viene regolato in step da 5 dB con la manopola MASK

### A1.7.2 PROCEDURA:

**Come descritto in A1.3.2 ma regolando il livello di rumore concorrente secondo necessità.**

## A1.8 AUDIOMETRIA DEL PARLATO REGISTRATO IN CAMPO LIBERO CON RUMORE CONCORRENTE (REGISTRATO)

### A1.8.1 CONFIGURAZIONE COME DESCRITTA IN A1.7.1 TRANNE:

- a) Selezionare la fonte di mascheramento esterna utilizzando il Softkey 4 (l'opzione EXT viene visualizzata in lettere maiuscole); il rumore concorrente dalla fonte del segnale è instradato al canale concorrente LINE OUT
- b) Utilizzare il controllo SIGNAL per regolare il canale del segnale e il controllo MASK per regolare il canale del rumore

### A1.8.2 PROCEDURA:

**Come descritto in A1.3.2 ma regolando il livello di rumore concorrente secondo necessità.**

## APPENDICE 2 - PROCEDURA DI CALIBRAZIONE IN CAMPO LIBERO

### A2.1 ASSICURAZIONE DELLA CALIBRAZIONE

Quanto segue è una breve descrizione delle attrezzature e delle procedure da utilizzare con l'audiometro modello 270 come mezzo per eseguire la calibrazione in campo libero.

Tuttavia, è necessario sottolineare che è responsabilità dell'operatore delle attrezzature garantire che sia stata raggiunta la corretta calibrazione in campo libero, e si raccomanda che vengano consultati gli standard per campo libero, test del parlato e calibrazione (es. ISO 8253-3 e ISO 389-7) e altre opere di riferimento appropriate.

Si presume che la sala, gli altoparlanti e la posizione di ascolto siano stati preparati in conformità alle norme pertinenti e che le attrezzature di calibrazione, le procedure operative e il personale tecnico qualificato siano disponibili per eseguire questa operazione. Una volta calibrati, gli articoli non devono essere spostati, rimossi o aggiunti alla stanza senza una nuova calibrazione.

### A2.2 AMPLIFICATORE E ALTOPARLANTE ESTERNI

La seguente apparecchiatura esterna è destinata all'uso con l'audiometro Modello 270 in modalità operativa in campo libero:

- Amplificatore: Interacoustics AP70
- Altoparlante: Interacoustics ALS7

### A2.3 PANORAMICA DELLA CALIBRAZIONE

La seguente calibrazione deve essere eseguita prima dei test in campo libero e ripetuta se vengono apportate modifiche alle posizioni o alle impostazioni delle apparecchiature, o se si verificano altre modifiche nella stanza (es. mobili spostati). Posizionare l'altoparlante nella posizione desiderata, ad almeno 1,5 metri dalla posizione di ascolto del soggetto. Fare riferimento alla specifica per il test da eseguire per un corretto allineamento dell'altoparlante e del soggetto.

Per la calibrazione, il microfono di misurazione di un fonometro (SLM) è posizionato nel punto di riferimento (il punto in cui si trova la testa del soggetto).

Le procedure descritte di seguito trattano la calibrazione per le modalità parlato e trillo dell'audiometria. Se devono essere usate entrambe le modalità, la calibrazione del parlato **deve** essere effettuata per prima. Se deve essere utilizzata solo la modalità trillo (warble), può essere eseguita solo la parte trillo della procedura di calibrazione.

Tuttavia, se la modalità parlato è necessaria in un secondo momento (e viene eseguita una calibrazione del parlato) questo renderà non valida l'eventuale precedente calibrazione trillo che dovrà quindi essere ripetuta. Se i toni trillo devono essere utilizzati come mezzo di equalizzazione della risposta in frequenza nella calibrazione del parlato (vedere Sezione A2.4.1.1) questo renderà non valida l'eventuale precedente calibrazione trillo che dovrà quindi essere ripetuta quando è richiesto il test del tono trillo.

## A2.4 CALIBRAZIONE DEL PARLATO IN CAMPO LIBERO

Questa operazione avviene in due fasi:

- 1) il canale del parlato, che contiene due elementi:
  1. una fase di equalizzazione opzionale
  2. una fase di impostazione del livello
  
- 2) il canale del rumore concorrente, che può essere omesso se il rumore concorrente non è necessario

### A2.4.1 CALIBRAZIONE DEL CANALE DEL PARLATO

#### A2.4.1.1 Equalizzazione (opzionale)

Per eseguire l'equalizzazione, collegare una fonte vocale esterna all'audiometro (es. lettore CD o di nastri audio). Dalla condizione predefinita (acceso) dell'audiometro selezionare SPEECH e FREEFIELD, quindi riprodurre il segnale di test dalla registrazione del parlato. Questo dovrebbe essere:

- rumore rosa utilizzato con un analizzatore di spettro a terzi di ottava e il fonometro
- bande di rumore di terzi di ottava utilizzate con il fonometro

Utilizzare il controllo SIGNAL per impostare l'uscita a 70 dBHL e regolare l'amplificatore esterno per fornire una lettura di 90 dB SPL misurata dal fonometro nel punto di riferimento.

La risposta deve poi essere controllata perché rientri nei seguenti limiti (IEC 60645-2:1993 Sezione 10.1):

Intervallo di frequenza (Hz)	Tolleranza (dB)
da 125 a 250	+0/-10
da 250 a 4000	+3/-3
da 4000 a 6300	+5/-5

Se necessario, le regolazioni devono essere effettuate utilizzando i controlli dell'amplificatore o un equalizzatore grafico supplementare per ottenere questa risposta.

Come alternativa all'utilizzo di una fonte vocale esterna, il metodo di calibrazione del tono trillo e i controlli (vedere Sezione A2.5) possono essere utilizzati per ottenere questa risposta. Si noti che questo renderà non valida l'eventuale precedente calibrazione del tono trillo che dovrà quindi essere ripetuta quando è richiesto il test del tono trillo.

#### A2.4.1.2 Impostazione del livello

Il tono di calibrazione della registrazione vocale deve essere riprodotto e il controllo del volume dell'amplificatore esterno utilizzato per fornire una lettura di 90 dB SPL per un'impostazione strumento di 70 dBHL. Una volta effettuata l'impostazione, non devono essere eseguite altre regolazioni all'amplificatore esterno o ai controlli dell'equalizzatore grafico (se utilizzato per l'equalizzazione).

Se deve essere utilizzato più di un set di registrazioni di prova, è possibile utilizzare la seguente procedura per consentire piccole differenze nei livelli di calibrazione:

- Impostare come sopra per la registrazione di prova usata più comunemente
- Misurare il livello del punto di ascolto effettivo per quando si esegue il tono di calibrazione di ogni set alternativo di registrazioni di prova
- Per ciascun set alternativo di registrazioni di prova produrre una tabella di correzione (la differenza tra il livello del punto di ascolto effettivo misurato e 90 dB SPL)
- Applicare questa correzione al livello di uscita dell'audiometro durante lo svolgimento di un test per compensare la differenza minore nel livello di calibrazione

#### A2.4.2 CALIBRAZIONE DEL CANALE DEL RUMORE CONCORRENTE

Fare riferimento direttamente alla Sezione A2.5.2 se non deve essere eseguita la calibrazione di un tono trillo. Se i toni trillo devono essere calibrati (o se viene utilizzato il metodo di calibrazione del tono trillo per equalizzare la risposta in frequenza del parlato), il canale del rumore concorrente può essere calibrato dopo la procedura trillo in quanto lo strumento sarà già nella modalità di visualizzazione appropriata per questa operazione.

### A2.5 CALIBRAZIONE DEI TONI TRILLO IN CAMPO LIBERO

#### A2.5.1 ACCESSO ALLA MODALITÀ DI CALIBRAZIONE IN CAMPO LIBERO

- Premere OPTIONS e poi il tasto NEXT per spostarsi tra le voci di menu e accedere alla schermata 'Set freefield levels'. Premere il tasto YES.
- Premere QUIT; viene presentata la schermata di calibrazione in campo libero per i toni trillo.
- L'audiometro trasmetterà ora a 70 dBHL dal canale sinistro.

Come riferimento per la calibrazione dei livelli di pressione sonora tono trillo, vengono utilizzati i valori della ISO 389-7, Tabella 1 (binaurale, sull'asse).

Freq [Hz]	125	250	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	6000	8000
dB SPL	92	81	74	72	72	70,5	68,5	64	63,5	72,5	81,5

#### Se è già stata effettuata una calibrazione del canale vocale:

Regolare il livello di calibrazione per il canale sinistro 1 kHz, utilizzando il controllo SIGNAL per raggiungere il livello SPL sopra specificato come misurato dal fonometro

#### Se non è necessaria una calibrazione del canale vocale:

L'uscita dell'amplificatore esterno deve essere impostata in modo da raggiungere il livello specificato sopra a 1.000 Hz (cioè 72 dB SPL) come misurato dal fonometro con l'audiometro impostato sulla compensazione 0 dB. Il controllo del livello dell'amplificatore **non** deve quindi essere modificato.

#### Quando il canale sinistro 1 kHz è stato calibrato:

A ogni altra frequenza la regolazione deve essere eseguita come segue per fornire i valori sopra indicati come misurati dal fonometro.

- Cambiare frequenza utilizzando i tasti  $\Leftarrow$  Hz  $\Rightarrow$  quindi regolare il livello di calibrazione per la nuova frequenza utilizzando il controllo SIGNAL per raggiungere il livello corretto come misurato dal fonometro
- Ripetere quanto sopra fino alla calibrazione di tutte le frequenze per il canale sinistro
- Per calibrare il canale destro (se necessario) premere il tasto RIGHT (**non** modificare il controllo del volume dell'amplificatore)
- Regolare la calibrazione per tutte le frequenze del canale destro (comprese 1.000 Hz) utilizzando i tasti  $\Leftarrow$  Hz  $\Rightarrow$  e il controllo SIGNAL come descritto sopra
- Per memorizzare i livelli e uscire dalla modalità di calibrazione in campo libero, premere il tasto STORE
- Se necessario, tutti i livelli di calibrazione possono essere impostati su un valore predefinito di zero premendo Softkey 1 ('Zero all') in modalità di calibrazione in campo libero

È possibile che, a causa delle caratteristiche della sala di ascolto o della configurazione del test, i livelli di calibrazione sopra citati non possano essere realizzati perché viene raggiunto il limite di regolazione per una o più frequenze. Una risistemazione della sala di ascolto può migliorare la situazione, in caso contrario una possibile soluzione è la seguente:

- Impostare tutte le frequenze per le quali è possibile raggiungere la calibrazione
- Per frequenze dove questo non sia possibile, regolare in modo che sia un multiplo di 5 dB del livello richiesto
- Produrre una tabella di correzione per ogni frequenza per la quale non è stato possibile eseguire la calibrazione da applicare al livello di uscita dell'audiometro durante lo svolgimento di un test per correlare il display dello strumento al livello di uscita effettivo dagli altoparlanti.

### A2.5.2 CALIBRAZIONE DEL CANALE DEL RUMORE CONCORRENTE

Questa parte della procedura di calibrazione può essere omessa se non è richiesta la calibrazione del parlato in campo libero.

- Accedere alla modalità di calibrazione in campo libero, come descritto in A2.5.1
- Premere il tasto SPEECH e il display cambia per indicare la possibilità di regolare il livello di calibrazione del rumore concorrente; la legenda "Sp Mask" indica questo
- Senza cambiare l'impostazione sull'amplificatore esterno, utilizzare il controllo SIGNAL per regolare il livello del rumore concorrente su 90 dB SPL come misurato dal fonometro utilizzando le impostazioni dBA.
- Calibrare ogni canale, premendo i tasti RIGHT e LEFT per spostarsi tra i canali
- Se necessario, è possibile spostarsi tra le modalità di calibrazione del parlato (rumore concorrente) e del trillo premendo rispettivamente il tasto SPEECH e WARBLE
- Per memorizzare i livelli e uscire dalla modalità di calibrazione in campo libero, premere il tasto STORE

### A2.6 CALIBRAZIONE DEL PARLATO DAL VIVO IN CAMPO LIBERO

Nota: come indicato nell'Allegato 1 del presente manuale operativo, gli utenti devono essere consapevoli del fatto che vi è una crescente corrente di pensiero professionale secondo la quale l'audiometria del parlato Live Voice non è generalmente consigliata. Sono necessarie concentrazione e capacità eccezionali per raggiungere livelli precisi e coerenti.

- Collegare un microfono all'ingresso MIC 1 sull'audiometro
- Premere SPEECH e utilizzare Softkey 1 per assicurarsi che 'MIC' sia visualizzato in maiuscolo (indica che è selezionato il microfono esterno)
- Il segnale di ingresso viene regolato in step da 1 dB utilizzando la manopola MASK
- La regolazione del segnale di ingresso deve essere eseguita per regolare la voce dell'operatore in modo che raggiunga il picco al punto 0 dB sul grafico a barre LEVEL dB
- Se il parlato registrato è stato calibrato, non è necessaria alcuna ulteriore azione
- Se il parlato registrato non è stato calibrato, il controllo del volume dell'amplificatore deve essere regolato in modo che il fonometro legga 90 dB SPL al punto di ascolto con un'impostazione di 70 dB HL sullo strumento;




notare che questa è solo un'impostazione approssimativa, in quanto non è possibile produrre un segnale di calibrazione effettivo nel parlato dal vivo

## APPENDICE 3 - DIRETTIVE EMC E DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

Direttive e dichiarazione del produttore – Emissioni elettromagnetiche		
L'audiometro Modello 270 è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utilizzatore dell'audiometro modello 270 deve assicurarsi che venga usato in tale ambiente.		
Test sulle emissioni	Conformità	Ambiente elettromagnetico – Direttive
Emissioni RF  CISPR 11	Gruppo 1	L'audiometro modello 270 utilizza energia RF solo per il funzionamento interno. Le emissioni RF sono quindi molto basse e non sono suscettibili di causare interferenze nelle vicine apparecchiature elettroniche.
Emissioni RF  CISPR 11	Classe A	Le caratteristiche di emissione di questa apparecchiatura lo rendono adatto per l'uso in aree industriali e ospedali (CISPR 11 Classe A). Se viene utilizzato in un ambiente residenziale (per il quale CISPR 11 Classe B è normalmente richiesto), questa apparecchiatura potrebbe non offrire una protezione adeguata ai servizi di comunicazione a radiofrequenza. L'utente potrebbe dover adottare misure di mitigazione, come il trasferimento o il riorientamento delle apparecchiature.
Emissioni armoniche  IEC 61000-3-2	Classe A	
Fluttuazioni di tensione/emissioni di flicker  IEC 61000-3-3	Conforme	

Direttive e dichiarazione del produttore – Immunità elettromagnetiche (1)			
L'audiometro Modello 270 è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utilizzatore dell'audiometro modello 270 deve assicurarsi che venga usato in tale ambiente.			
Test di immunità	Livello test IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico – Direttive
Scarica elettrostatica (SES)  IEC 61000-4-2	±8 kV a contatto  ±15 kV in aria	±8 kV a contatto  ±15 kV in aria	I pavimenti devono essere rivestiti in legno, cemento o piastrelle di ceramica. Se i pavimenti sono rivestiti in materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere pari almeno al 30%
Transitori elettrici veloci/Burst  IEC 61000-4-4	±2 kV per linee di alimentazione elettrica  ±1 kV per linee di ingresso e uscita	±2 kV per linee di alimentazione elettrica  ±1 kV per linee di ingresso e uscita	La qualità della rete elettrica deve essere quella di un ambiente adibito a uso commerciale o ospedaliero
Scarica	±1 kV modalità differenziale	±1 kV modalità differenziale  ±2 kV modalità comune	La qualità della rete elettrica deve essere quella di un

IEC 61000-4-5	±2 kV modalità comune		ambiente adibito a uso commerciale o ospedaliero
Test di immunità	Livello test IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico – Direttive
Cadute di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione sulle linee di ingresso dell'alimentazione elettrica (100V/60Hz & 240V/50Hz)	0% U <sub>T</sub> (100% dip in U <sub>T</sub> ) per 0,5 ciclo	0% U <sub>T</sub> (100% dip in U <sub>T</sub> ) per 0,5 ciclo	La qualità della rete elettrica deve essere quella di un ambiente adibito a uso commerciale o ospedaliero. Se l'utilizzatore dell'audiometro modello 270 necessita di un funzionamento continuo durante le interruzioni di corrente, si raccomanda che l'apparecchio venga alimentato da un gruppo di continuità o da una batteria
IEC 61000-4-11	0% U <sub>T</sub> (100% dip in U <sub>T</sub> ) per 1 cicli	0% U <sub>T</sub> (100% dip in U <sub>T</sub> ) per 1 cicli	
	40% U <sub>T</sub> (>60% dip in U <sub>T</sub> ) per 5 cicli	40% U <sub>T</sub> (>60% dip in U <sub>T</sub> ) per 5 cicli	
	70% U <sub>T</sub> (>30% dip in U <sub>T</sub> ) per 500ms	70% U <sub>T</sub> (>30% dip in U <sub>T</sub> ) per 500ms	
	0% U <sub>T</sub> (100% dip in U <sub>T</sub> ) per 5 sec	0% U <sub>T</sub> (100% dip in U <sub>T</sub> ) per 5 sec	
Campo magnetico a frequenza industriale (50/60 Hz)	30 A/m	30 A/m	I campi magnetici a frequenza industriale devono essere quelli di un ambiente adibito a uso commerciale o ospedaliero.
IEC 61000-4-8			
NOTA U <sub>T</sub> è la tensione di rete CA prima dell'applicazione del livello di test			

Direttive e dichiarazione del produttore – Immunità elettromagnetiche (2)			
L'audiometro Modello 270 è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utilizzatore dell'audiometro modello 270 deve assicurarsi che venga usato in tale ambiente.			
Test di immunità	Livello test IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico – Direttive
RF condotta IEC 61000-4-6	10 Vrms da 150 kHz a 80 MHz	10 Vrms da 150 kHz a 80 MHz	Le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili devono essere utilizzate a una distanza da qualsiasi parte dell'audiometro modello 270, compresi i cavi, non inferiore alla distanza di separazione consigliata calcolata dall'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore.  Distanza di separazione consigliata  $d = 1.2VP$  $d = 1.2VP$ da 80 MHz a 800 MHz  $d = 2.3VP$ da 800 MHz a 2,5 GHz
RF radiata IEC 61000-4-3	10 V/m da 80 MHz a 2,7 GHz	10 V/m da 80 MHz a 2,7 GHz	laddove P è il coefficiente massimo di potenza in uscita del trasmettitore espressa in watt (W) secondo le informazioni fornite dal produttore, e d è la distanza di separazione consigliata in metri (m).  L'intensità dei campi emessi da trasmettitori in radiofrequenza fissi, determinata da un rilevamento elettromagnetico in loco, <sup>a</sup> deve risultare inferiore al livello di conformità corrispondente a ciascuna gamma di frequenza. <sup>b</sup>  Si possono verificare interferenze in prossimità di apparecchiature contrassegnate con il simbolo seguente:
			

<b>Direttive e dichiarazione del produttore – Immunità elettromagnetiche (2)</b>	
NOTA 1 A 80 MHz e a 800 MHz, si applica la gamma di frequenze superiore.	
NOTA 2 Queste linee guida possono non risultare applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.	
a	L'intensità dei campi emessi da trasmettitori fissi, come le stazioni base per telefonia radio (cellulare/senza filo) e i sistemi terrestri mobili di radiocomunicazione, i radioamatori, le emittenti radiofoniche in AM e FM e le emittenti televisive, non può essere prevista con precisione su base teorica. Per la valutazione dell'ambiente elettromagnetico creato da trasmettitori in RF fissi è bene prendere in considerazione un rilevamento in loco. Se l'intensità di campo misurata nel luogo in cui si utilizza l'audiometro modello 270 è superiore al corrispondente livello di conformità RF (vedi sopra), è necessario assicurarsi che il funzionamento dell'apparecchio sia comunque regolare. In caso di funzionamento anomalo potrà risultare necessario ricorrere a misure ulteriori, come il riorientamento o lo spostamento dell'audiometro modello 270.
b	Per la gamma di frequenza compresa tra 150 kHz e 80 MHz, l'intensità di campo deve risultare inferiore a 3 V/m.

**Distanze di separazione consigliate tra le apparecchiature di comunicazione in RF portatili e mobili e l'audiometro modello 270**

L'audiometro modello 270 è indicato per l'uso in ambienti elettromagnetici in cui le interferenze derivanti da RF radiata siano controllate. Il cliente o l'utilizzatore dell'audiometro modello 270 può contribuire a prevenire le influenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature di comunicazione in RF portatili e mobili (trasmettitori) e l'audiometro modello 270, come consigliato di seguito, a seconda della potenza in uscita massima del dispositivo di comunicazione.

Potenza nominale massima in uscita del trasmettitore  W	Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore		
	m		
	da 150 kHz a 80 MHz	da 80 MHz a 800 MHz	da 800 MHz a 2,5 GHz
	d = 1.2√P	d = 1.2√P	d = 2.3√P
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Nel caso di trasmettitori con coefficiente massimo di potenza nominale in uscita non indicato sopra, la distanza di separazione consigliata d in metri (m) può essere determinata tramite l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, laddove P è il coefficiente massimo di potenza in uscita del trasmettitore espressa in Watt (W) secondo le informazioni fornite dal produttore.

NOTA 1 a 80 MHz e 800 MHz applicare la distanza di separazione corrispondente alla gamma di frequenza superiore.

NOTA 2 Queste linee guida possono non risultare applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

NOTA 3 AVVERTENZA: le apparecchiature di comunicazione RF portatili (comprese le periferiche come i cavi dell'antenna e le antenne esterne) devono essere utilizzate a non più di 30 cm (12 pollici) da qualsiasi parte dell'audiometro Model 270, compresi i cavi specificati dal produttore. In caso contrario si potrebbe verificare un peggioramento delle prestazioni di questa apparecchiatura.

## APPENDICE 4 - USO CON APPARECCHIATURE ELETTRICHE NON MEDICALI

Chiunque colleghi un'apparecchiatura esterna a un ingresso o a un'uscita di segnale o ad altri connettori crea un sistema elettromedicale ed è quindi responsabile della conformità di tale sistema ai requisiti di cui al punto 16 della IEC 60601-1:2005 (*Requisiti essenziali per la sicurezza e per le prestazioni delle apparecchiature elettromedicali*).

Se vengono effettuati collegamenti alla dotazione standard, come stampanti e computer, devono essere prese precauzioni speciali per mantenere la sicurezza medica. Le note seguenti sono fornite come guida per le connessioni per garantire che i requisiti generali di cui al punto 16 della IEC 60601-1:2005 siano soddisfatti.

I seguenti ingressi e uscite di segnale dell'audiometro modello 270 sono elettricamente isolati in base ai requisiti della IEC 60601-1, al fine di ridurre eventuali rischi potenziali associati all'uso di attrezzature alimentate a rete collegate a questi ingressi e uscite:

Etichetta presa	Tipo presa	Connessione tipica
DATA	Mini DIN a 6 pin	Stampante
LINE IN	Jack 3,5 mm	Lettore CD/nastro audio
LINE OUT	Jack 3,5 mm	Amplificatore
USB	Connettore USB	Computer

Le apparecchiature esterne destinate al collegamento all'ingresso, all'uscita di segnale o ad altri connettori devono essere conformi alle norme IEC o internazionali (ad esempio, IEC 60950, CISPR 22 e CISPR 24 per le apparecchiature IT, e la serie IEC 60601 per le apparecchiature elettromedicali).

**L'apparecchiatura non conforme allo standard IEC 60601 deve essere conservata al di fuori dell'ambiente in cui si trova il paziente, come definito nella IEC 60601-1 (ad almeno 1,5 m dal paziente).**

**L'operatore non deve toccare l'apparecchio collegato e il paziente contemporaneamente in quanto comporterebbe un rischio inaccettabile.**

Consultare gli Schemi da 1 a 5 qui sotto per le configurazioni tipiche delle periferiche collegate. Fare riferimento ad Amplivox Limited all'indirizzo indicato sulla copertina di questo manuale, se è necessaria consulenza per quanto riguarda l'uso delle periferiche.

Schema 1: Modello 270 utilizzato con l'alimentatore approvato per uso medico



Diagram 2: Model 270 utilizzato con l'alimentatore approvato per uso medico e la stampante







Diagram 3: Model 270 utilizzato con l'alimentatore approvato per uso medico e PC



Schema 4: Modello 270 utilizzato con l'alimentatore approvato per uso medico e il lettore CD/nastro audio



Schema 5: Modello 270 utilizzato con l'alimentatore approvato per uso medico e l'amplificatore esterno







**Copyright © 2021 Amplivox Ltd**  
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of Amplivox Ltd.