

amplivox

Otowave 102

Mode d'emploi



AU SUJET DE CE MODE D'EMPLOI

LISEZ CE MODE D'EMPLOI AVANT D'ESSAYER D'UTILISER L'APPAREIL.

Ce mode d'emploi est valable pour l'Otowave 102 (à partir de la version du micrologiciel 1.0.0.072100 et versions suivantes – voir l'écran Informations système).

Amplivox Ltd.
10393 West 70th Street
Eden Prairie
MN 55344
États-Unis

Ce produit est fabriqué par :
Amplivox Ltd.
3800 Parkside, Solihull Parkway,
Birmingham Business Park,
Birmingham, West Midlands,
B37 7YG
Royaume-Uni
www.amplivox.com

Pour toute question, veuillez nous contacter aux coordonnées suivantes :

Tél : 888 941 4208
Fax : 952 903 4100
info@amplivox.us

Tél : +44 (0)1865 880846
hello@amplivox.com



Valable aux États-Unis uniquement

Attention : Conformément à la loi fédérale des États-Unis, ce dispositif ne peut être vendu que sous ordonnance.

SOMMAIRE

1.	Introduction	1
1.1.	Merci.....	1
1.2.	Applications prévues	1
1.3.	Caractéristiques.....	1
1.4.	Déballage.....	1
1.5.	Contenu standard et accessoires en option	2
1.6.	Carte de garantie (clients du Royaume-Uni uniquement).....	2
1.7.	Garantie.....	2
1.8.	Avertissements	2
2.	Instructions importantes en matière de sécurité	3
2.1.	Précautions.....	3
2.2.	Considérations de compatibilité électromagnétique (CEM)	4
3.	Principes de fonctionnement	5
3.1.	Mesure de la compliance.....	5
3.2.	Tympanogramme	5
3.3.	Mesure des réflexes stapédiens	5
4.	Utilisation de l'Otowave	6
4.1.	Installation et changement des piles.....	6
4.2.	Langue	6
4.3.	Contrôles et indicateurs	6
4.4.	La sonde.....	7
4.5.	Démarrage et affichage des menus.....	8
4.6.	Réglages initiaux.....	8
5.	Réalisation des mesures	9
5.1.	Avant le test et conditions ambiantes	9
5.2.	Embout(s) auriculaire(s)	9
5.3.	Réalisation d'un test.....	9
5.4.	Vérification de l'obturation de l'oreille	13
5.5.	Messages d'erreur	14
6.	Configuration	15
6.1.	Paramètres de balayage	15
6.2.	Options de mesure des réflexes	15
6.3.	Paramètres du système	17
7.	Enregistrer les résultats dans la base de données interne	18
7.1.	Saisie des données.....	18
7.2.	Base de données pleine.....	18
8.	Connexions IrDA	20
9.	Transfert des données	21
9.1.	Transmettre les données à une imprimante	21
9.2.	Transfert des données sur NOAH ou ampliSuite	21
10.	Gestion des données	22
10.1.	Lister les fichiers	22
10.2.	Supprimer les fichiers	23
10.3.	Imprimer les fichiers.....	23
10.4.	Transférer les fichiers vers un ordinateur	23



11.	Réaliser les contrôles journaliers	24
12.	Informations système	25
13.	Entretien de routine.....	26
13.1.	Nettoyage de l'Otowane	26
13.2.	Embout auriculaire et sonde	26
13.3.	Étalonnage et réparation de l'instrument	26
14.	Messages d'erreur et défaillances	27
15.	Spécifications techniques.....	30
15.1.	Performance	30
15.2.	Classification de l'équipement	32
15.3.	Symboles.....	32
16.	Commande des consommables et accessoires	33
17.	Informations sur l'élimination.....	34
18.	Conseils et déclaration du fabricant - CEM.....	35
19.	Utilisation avec des équipements non médicaux	40



1. INTRODUCTION

1.1.MERCI

Nous vous remercions d'avoir acheté un Otowave 102 d'Amplivox, un tympanomètre de poche qui vous servira pendant des années si vous en prenez soin. Ce mode d'emploi concerne les versions 102-1 et 102-4 du produit.

1.2.APPLICATIONS PREVUES

L'Otowave 102 est conçu pour une utilisation par les audiologistes, les médecins généralistes, les dispensateurs d'appareils auditifs et les professionnels du domaine de la santé des enfants.

L'appareil réalise deux types de mesures :

La **tympanométrie** est utilisée pour mesurer la compliance (déformation sous pression) de la membrane tympanique et de l'oreille moyenne à une fréquence déterminée dans une large plage de pressions.

Le **test des réflexes** est utilisé pour mesurer les réflexes stapédiens. L'Otowave mesure les réflexes ipsilatéraux et, lorsque cette fonction est sélectionnée, la mesure du réflexe est automatiquement effectuée après la réalisation d'un tympanogramme.

1.3.CARACTERISTIQUES

- Mesure automatique du volume du conduit auditif, du pic de compliance du tympan, de la position du pic et de son gradient
- Détection automatique des réflexes stapédiens
- Jusqu'à 32 tests des deux oreilles peuvent être enregistrés dans une mémoire non volatile
- Paramètres configurables pour les préférences de l'utilisateur, enregistrés dans une mémoire non volatile
- Impression par connexion infrarouge (IrDA) à une ou deux imprimantes thermiques sélectionnées par l'utilisateur
- Transfert des données vers un ordinateur via connexion IrDA pour le stockage, l'affichage et l'impression à l'aide du logiciel « Amplisuite » d'Amplivox ou de l'application NOAH
- Interface en anglais, français ou allemand (sélectionné par l'utilisateur)

1.4.DEBALLAGE

Vérifiez que le contenu du carton d'emballage correspond au bon de livraison pour vous assurer que tous les éléments commandés ont été livrés. S'il manque quelque chose, veuillez contacter le distributeur qui vous a fourni l'instrument ou Amplivox si vous l'avez acheté directement au fabricant.

Gardez le carton et l'emballage d'origine pour transporter le tympanomètre pour son étalonnage annuel ou pour réparations.



1.5. CONTENU STANDARD ET ACCESSOIRES EN OPTION

COMPOSANTS STANDARDS

Tympanomètre Otowave 102		Jeu d'embouts auriculaires jetables	
USB avec logiciel (AmpliSuite et module d'impédance Noah) et modes d'emploi		Assemblage de cavités 4 en 1 (0,2 ml/0,5 ml/2,0 ml/5,0 ml)	
4 x piles AA de 1,5 V		Boîte de transport	
Certificat d'étalonnage		Carte de garantie	

COMPOSANTS EN OPTION

Jeu d'embouts auriculaires supplémentaire		Embout de la sonde	8002592 ¹
Imprimante thermique portable (configurée pour les États-Unis)		Joint d'étanchéité (de l'embout de la sonde)	8002009 ¹
Rouleaux de papier pour imprimante thermique (configurés pour les États-Unis)		Adaptateur USB infrarouge	

Remarque : Si l'imprimante thermique a été achetée, elle doit être chargée pendant au moins 15 heures avant son utilisation. Consultez le mode d'emploi de l'imprimante pour plus d'informations.

1.6. CARTE DE GARANTIE (CLIENTS DU ROYAUME-UNI UNIQUEMENT)

Veuillez remplir la carte de garantie ci-jointe et la renvoyer à Amplivox. Cela nous permettra d'enregistrer votre achat, de traiter vos demandes d'informations et de vous fournir une assistance technique.

1.7. GARANTIE

Tous les instruments Amplivox sont garantis contre les matériaux défectueux et les défauts de fabrication. L'instrument sera réparé gratuitement pendant une période de deux ans à compter de la date d'envoi, si celui-ci est renvoyé frais payés au service d'entretien d'Amplivox. Les frais de renvoi seront nuls pour les clients résidant au Royaume-Uni et payables pour les clients résidants hors du Royaume-Uni.



AVERTISSEMENT

Les exceptions suivantes s'appliquent :

- L'étalonnage de la pompe à pression et des transducteurs peut être compromis suite à une manipulation brutale ou à un impact (si on les laisse tomber).

La durée de vie de la sonde, des joints d'obturation de la sonde et des embouts auriculaires dépend des conditions d'utilisation. Ces pièces sont garanties uniquement contre les matériaux défectueux et les défauts de fabrication.

1.8. AVERTISSEMENTS

Les mentions « avertissement » et « attention » seront utilisées tout au long du mode d'emploi dans les cas suivants :

¹ Partie appliquée selon la norme IEC 60601-1



AVERTISSEMENT

La mention AVERTISSEMENT identifie les conditions ou pratiques qui peuvent représenter un danger pour le patient et/ou l'utilisateur.



ATTENTION

La mention ATTENTION identifie les conditions ou pratiques qui peuvent endommager l'équipement.

2. INSTRUCTIONS IMPORTANTES EN MATIERE DE SECURITE



AVERTISSEMENT

L'instrument Otowave 102 ne doit être utilisé que par des personnes possédant les qualifications nécessaires pour réaliser des tests tympanométriques. Il est destiné à une utilisation ponctuelle comme outil de dépistage et de diagnostic ; néanmoins, aucune procédure chirurgicale ou médicale ne devra être réalisée uniquement sur base des résultats obtenus à l'aide de l'instrument.

2.1. PRECAUTIONS

LISEZ CE MODE D'EMPLOI AVANT D'ESSAYER D'UTILISER L'APPAREIL

Le tympanomètre ne doit être utilisé qu'à l'intérieur et seulement de la façon décrite dans ce mode d'emploi.

Consultez les précautions décrites à la section 4.1 relative à l'utilisation des piles.

Chaque jour avant la première utilisation de l'instrument, ou si les résultats semblent suspects ou variables, les contrôles détaillés à la section 11 doivent être réalisés. Si ceux-ci ne fournissent pas les résultats escomptés, l'instrument ne doit pas être utilisé.

N'insérez jamais la sonde dans le conduit auditif d'un patient sans avoir placé un embout auriculaire adapté à celle-ci.

Utilisez uniquement les embouts auriculaires jetables recommandés. Ceux-ci sont à usage unique, c'est-à-dire que chaque embout auriculaire ne doit être utilisé qu'une seule fois, pour une seule oreille d'un seul patient. Ne réutilisez pas les embouts auriculaires, car cela risque de transmettre une infection d'une oreille à l'autre ou d'un patient à l'autre.

N'immergez pas l'appareil dans un fluide, quel qu'il soit. La section 13 de ce mode d'emploi décrit la procédure correcte de nettoyage de l'instrument et de ses accessoires, ainsi que la fonction des pièces à usage unique.

N'utilisez pas l'instrument dans un environnement très oxygéné ou en présence d'un mélange anesthésique inflammable ou d'autres matières inflammables.

Ne laissez pas tomber l'instrument et protégez-le des impacts. Si on a laissé tomber l'instrument, ou si celui-ci est endommagé, veuillez le renvoyer au fabricant pour être réparé et/ou réétalonné. N'utilisez pas l'instrument si vous pensez qu'il pourrait être endommagé.

L'instrument doit être conservé et utilisé à l'intérieur dans les plages de température, de pression et d'humidité indiquées, comme décrit à la section 15.

Comme pour tous les instruments de cette nature, les mesures réalisées seront influencées par les changements importants d'altitude et de pression atmosphérique. Le tympanomètre Otowave 102 doit être réétalonné (pour la mesure volumétrique uniquement) à l'altitude d'opération désirée s'il doit être utilisé à des altitudes supérieures à 1000 m au-dessus du niveau de la mer. Ceci s'applique aux mesures volumétriques d'un maximum de 2,0 ml. Veuillez consulter le manuel d'entretien pour des informations détaillées.

N'essayez pas d'ouvrir, de modifier ou de réaliser vous-même l'entretien de l'instrument. Renvoyez l'instrument au fabricant ou au distributeur pour toute réparation et tout entretien nécessaires. L'ouverture de l'instrument annulera la garantie.



2.2. CONSIDERATIONS DE COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM)

Les équipements médicaux électriques nécessitent des précautions particulières en matière de CEM et doivent être installés et utilisés conformément aux informations relatives à la CEM fournies à la section 18. Elles fournissent des indications sur l'environnement électromagnétique dans lequel utiliser l'instrument.

Les équipements portables et mobiles de communications en radiofréquence (RF) peuvent affecter les équipements médicaux électriques. L'instrument ne doit pas être utilisé à côté de ou superposé à d'autres appareils ; si ceci est inévitable, il faudra s'assurer du bon fonctionnement de l'instrument.



3. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Remarque : Ce mode d'emploi n'est pas un manuel de formation à la tympanométrie. Le lecteur doit consulter des manuels d'audiologie pour se renseigner sur la théorie et l'application des tests réalisés par cet instrument.

3.1. MESURE DE LA COMPLIANCE

L'Otowave 102 mesure la compliance (souplesse) de la membrane tympanique et de l'oreille moyenne en émettant une tonalité continue à 226 Hz dans le canal auditif à un niveau étalonné pour produire un niveau de pression acoustique de 85 dB physiques (SPL) dans une cavité de 2 ml. Le son que cela produit dans le conduit auditif est mesuré à l'aide d'un microphone et la compliance calculée à partir du résultat. Conformément aux pratiques audiométriques habituelles, la compliance est exprimée comme un volume d'air en ml.

3.2. TYMPANOGRAMME

Pour la production du tympanogramme, la compliance est mesurée à différentes pressions d'air dans le conduit auditif, entre +200 daPa à -400 daPa, générées à l'aide d'une petite pompe. La compliance atteint un pic lorsque la pression est la même de chaque côté du tympan. L'évolution de la mobilité en fonction de la pression est présentée sous forme de graphique.

3.3. MESURE DES REFLEXES STAPEDIENS

En suivant le même principe, il est également possible d'établir la présence d'un réflexe stapédien. Dans ce cas, la tonalité à 226 Hz est utilisée pour mesurer la compliance de l'oreille, tandis qu'une courte tonalité de fréquence différente est appliquée (le stimulus du réflexe). L'intensité de ce stimulus est augmentée par incréments jusqu'à ce que les muscles stapédiens répondent en rigidifiant la membrane tympanique, ou jusqu'à ce qu'une intensité maximale prédéterminée soit atteinte. Lorsque le changement de compliance dépasse un seuil prédéterminé, on est en présence d'un réflexe et le changement de compliance suite à l'application d'un stimulus est représenté dans un graphique en fonction du temps.

Le réflexe stapédien est mesuré à la pression statique du conduit auditif produisant une compliance tympanique maximale ; les mesures de réflexes sont donc réalisées après le tympanogramme, lorsque la pression au pic de compliance a été déterminée.

Le modèle 102-1 de l'Otowave mesure les réflexes stapédiens à 1000 Hz, alors que le modèle 102-4 les mesure à 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz. L'intensité maximale du stimulus peut être prédéterminée, ainsi que peut l'être l'incrément en dB entre les trois niveaux d'intensité de stimulus précédents.



4. UTILISATION DE L'OTOWAVE

4.1. INSTALLATION ET CHANGEMENT DES PILES

L'Otowave 102 fonctionne avec des piles alcalines AA ou des piles nickel-métal hydrure (NiMH) rechargeables. Quatre piles sont nécessaires. Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles neuves et usagées.

Si l'Otowave est utilisé de manière occasionnelle, il est conseillé d'utiliser des piles alcalines. Les piles NiMH présentent une vitesse d'auto-déchargement élevée et devront probablement être rechargées si elles sont inutilisées pendant quelques semaines.

Retirez les piles de l'instrument si celui-ci va être inutilisé pendant plus d'un mois.

Le type de pile utilisé doit être indiqué dans le menu CONFIGURATION. Il est fixé par défaut sur ALCALINES. Changez les paramètres dans le menu CONFIGURATION (faites dérouler jusque TYPE DE PILE comme décrit à la section 6).

Pour placer les piles, ôtez le couvercle du compartiment à piles situé à la base du tympanomètre. Placez les piles tel qu'indiqué à l'intérieur du compartiment et replacez le couvercle du compartiment à piles.



AVERTISSEMENT

Les piles doivent toujours être changées hors de l'environnement du patient. L'opérateur ne doit pas toucher les connecteurs des piles et le patient en même temps.

Un indicateur de charge  se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran (sauf quand les résultats des tests sont affichés). La charge restante est représentée par une pile qui se vide progressivement. Les piles doivent être changées lorsque le symbole « ! » apparaît à côté de l'indicateur de charge ou lorsque vous y êtes invité, par exemple lors de la mise en marche.

Changer les piles n'a aucun effet sur la configuration, le contenu de la base de données, les paramètres d'étalonnage ou les résultats du dernier test.

Veuillez respecter la réglementation locale en matière d'élimination des piles usagées.

4.2. LANGUE

Pour sélectionner la langue utilisée (anglais, français ou allemand), utilisez les options du menu CONFIGURATION (section 6).

4.3. CONTROLES ET INDICATEURS

Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt pour allumer ou éteindre l'Otowave (référez-vous au diagramme ci-dessous).



Remarque : Cet instrument est équipé d'une horloge. Avant l'utilisation, réglez la date et l'heure locales pour que les étalonnages et les données des tests soient correctement identifiés. Consultez la section 6 à cet effet.

Il n'y a pas de délai au démarrage, mais une courte routine de diagnostic de quelques secondes sera réalisée. Pendant ce temps, la pompe interne se mettra en marche. Pour éteindre l'appareil, appuyez de nouveau brièvement sur la touche marche/arrêt.

Appuyez sur les touches de navigation haut ▲ et bas ▼ pour naviguer entre les menus ou régler les paramètres.

Appuyez sur la touche de navigation droite ► pour accepter le choix du menu ou passer à l'étape suivante.

Appuyez sur la touche de navigation gauche ◀ pour annuler une opération ou revenir à l'étape précédente.

La fonction des touches gauche et droite est en général affichée en bas de l'écran.



Lorsqu'il ne réalise pas de test, l'Otowave 102 s'éteindra automatiquement après 90 ou 180 secondes si aucune touche n'est pressée (la façon de sélectionner la durée est expliquée à la section 6).



Les indicateurs affichent le statut du système. Les indications habituelles lors d'une séquence de mesure sont :

STATUT	LED A	LED B
Otowave éteint	 Éteinte	 Éteinte
En veille, test terminé ou test annulé	Allumée	Éteinte
Insérez ou retirez la sonde (référez-vous à l'écran pour plus de détails)	Clignote (rapidement)	Clignote (rapidement)
Maintenez fermement la sonde pour bien obturer l'oreille	Éteinte	Clignote (lentement)
Test - mesure du tympanogramme et/ou du réflexe	Clignote (lentement)	Éteinte

Une description détaillée des indicateurs utilisés, des messages affichés et des erreurs possibles se trouve à la section 14.

4.4.LA SONDE



- 1 **Protubérance fileté et écrou** Se connecte au corps de la sonde pour attacher le nez en cône
- 2 **Joint en caoutchouc** Joint assurant la circulation de l'air



- | | | |
|----------|---------------------------|---|
| 3 | Embout de la sonde | Embout transparent de la sonde, renfermant le joint d'obturation en caoutchouc |
| 4 | Nez en cône | Partie supérieure de la sonde utilisée pour maintenir fermement l'embout et le joint d'obturation en caoutchouc |

Les petits orifices situés sur l'embout de la sonde de l'Otowave doivent toujours être dégagés. En cas de blocage, un avertissement sera affiché. L'embout de la sonde doit alors être retiré et nettoyé ou remplacé.

Pour retirer l'embout de la sonde, dévissez le nez en cône et retirez l'embout de la protubérance fileté. Un petit joint d'obturation se trouve à la base de l'embout de la sonde. Il doit être examiné et remplacé s'il est bloqué ou endommagé. N'enlevez pas l'écrou qui attache la protubérance fileté au corps de l'instrument.



Remarque : Lors du remplacement de l'embout de la sonde, assurez-vous que le joint d'obturation est correctement placé avec le côté plat aligné au côté plat de la base de l'embout de la sonde. Poussez l'embout de la sonde par-dessus la protubérance et replacez le nez en cône. Assurez-vous que le nez en cône est bien vissé, mais pas trop serré. N'utilisez pas d'outils pour visser le nez en cône.


Après le remplacement de l'embout, un « contrôle journalier » doit être réalisé (comme décrit à la section 11).



Vidéo illustrant comment nettoyer l'embout de la sonde.

4.5. DEMARRAGE ET AFFICHAGE DES MENUS

Lorsque l'Otowave 102 est mis en marche, l'écran de démarrage s'affiche pendant que les tests internes sont en cours et que la pompe est initialisée. Lorsque la séquence de démarrage est terminée, le MENU PRINCIPAL s'affiche :



Utilisez les touches de navigation pour faire dérouler le menu et sélectionner les options.

4.6. REGLAGES INITIAUX

Utilisez les options de CONFIGURATION (voir la section 6) pour sélectionner les options suivantes :

- contraste de l'affichage pour le confort visuel
- date et heure locales correctes
- affichage de la date (JJ/MM/AA or MM/JJ/AA)
- type de pile correct
- délai de mise hors tension (90 ou 180 secondes)
- type d'imprimante correct (si utilisée)

5. REALISATION DES MESURES

5.1. AVANT LE TEST ET CONDITIONS AMBIANTES

Un professionnel de la santé qualifié doit réaliser une otoscopie détaillée afin d'établir que la condition de l'oreille permet de réaliser les tests sélectionnés et qu'il n'existe aucune contre-indication. Les contre-indications comprennent l'obstruction du conduit auditif externe suite à un dépôt excessif de cérumen et/ou de poils excessifs, qui devront être retirés si nécessaire.

Le bilan tympanométrique et le test des réflexes doivent toujours être réalisés dans une pièce silencieuse ou dans une cabine insonorisée.

5.2. EMBOUT(S) AURICULAIRE(S)



Vidéo illustrant comment choisir le bon embout auriculaire.

Ceux-ci doivent être sélectionnés et placés par une personne qualifiée pour réaliser des tests tympanométriques.



Remarque : L'embout de la sonde doit être coiffé d'un nouvel embout auriculaire avant de l'introduire dans le conduit auditif d'un patient. L'embout auriculaire doit être correctement fixé à l'embout de la sonde et ne doit bloquer aucun des quatre orifices de l'embout de la sonde. La taille des embouts oculaires doit être adaptée à l'oreille du patient et assurer une obturation confortable du conduit auditif.

Consultez la section 16 pour plus de détails sur ces pièces à usage unique.


5.3. REALISATION D'UN TEST



Remarque : Assurez-vous que les paramètres corrects ont été sélectionnés avant de débiter un test. Référez-vous aux informations ci-dessous et aux options de CONFIGURATION détaillées à la section 6.

Après avoir sélectionné les paramètres du test, la mesure du tympanogramme et le test des réflexes sont généralement réalisés de la façon suivante.

Sélectionnez NOUVEAU TEST à partir du MENU PRINCIPAL :



Sélectionnez l'oreille ou les oreilles à tester :

📱

CHOIX D'OREILLE(S)

LES DEUX : D, G

GAUCHE

DROITE

Retour ↑↓ Choix

Le message « Suppression du dernier test » sera brièvement affiché, suivie d'une invitation à insérer la sonde dans l'oreille à tester :

📱

TEST SUR GAUCHE

INSÉREZ LA SONDE

Annul.

Insérez l'embout auriculaire dans l'oreille et bouchez correctement l'oreille. Si l'oreille est correctement bouchée, la séquence de messages suivante s'affichera :

📱

TEST SUR GAUCHE

Égalisation pression

Annul.


📱

TEST SUR GAUCHE

Réglages pression

X`Annul.


Appuyez sur ◀ n'importe quand pour annuler le test et retourner au menu de sélection de l'oreille.



Lorsque le conduit auditif est correctement obturé, la mesure du tympanogramme est réalisée. Celle-ci dure environ 3 secondes. Il est important de ne pas bouger la sonde et de demander au patient de rester immobile lors du test.

Lorsque le tympanogramme est terminé, l'instrument réalisera le test des réflexes, si celui-ci a été sélectionné. Par défaut, ce test n'est réalisé qu'en présence d'un pic dans le tympanogramme. Cette option, ainsi que d'autres options de test des réflexes, peut être modifiée dans le menu CONFIGURATION, comme décrit à la section 6.


Avant de commencer le test des réflexes, la pression à l'intérieur du conduit auditif sera amenée à la valeur qui a provoqué le pic de compliance lors du tympanogramme. L'instrument passera alors en revue les différentes fréquences et intensités tonales déterminées dans le menu CONFIGURATION à la recherche d'une réponse réflexe.



L'affichage change pour montrer la fréquence et l'intensité appliquées, en commençant par les valeurs de fréquence et d'intensité les plus basses.

Lorsque la mesure est terminée, l'indicateur de l'instrument passe d'une lumière verte clignotante à une lumière verte continue. L'écran confirme que le test est terminé et donne l'instruction de RETIRER LA SONDE.

Retirez l'embout auriculaire de l'oreille du patient ; après une brève attente, le tympanogramme s'affichera.



L'affichage indique :

- La mobilité maximale en ml (Pk)
- La pression qui a provoqué le pic de mobilité en daPa
- Le gradient du pic, en daPa (Gr)
- Le volume du conduit auditif (ECV) en ml mesuré à 200 daPa.




- Un signe valide/à refaire indiquant si le tympanogramme semble normal ou non
- Un graphique de la mobilité en fonction de la pression.
- Zone normative (sur base des recommandations de la BSA)
- Signe valide (✓) /à refaire (x) selon que le pic tombe dans la zone normative (valide) ou non (à refaire)
- Le curseur de pression peut être opéré à l'aide des touches de navigation haut ▲ et bas ▼.

Examinez le tympanogramme pour vous assurez que le pic de compliance sélectionné par l'Otowave est approprié. Si cela est nécessaire, il est possible de sélectionner un pic alternatif à l'aide des touches ▲ et ▼. Les valeurs affichées changeront pour refléter le pic sélectionné, et seront enregistrées avec le tympanogramme.

Pour refaire le test, appuyez sur ◀.

Lorsque vous êtes satisfait du tympanogramme, appuyer sur ▶.

Si un ou plusieurs tests de réflexes ont été réalisés, leurs résultats seront à présent affichés :



L'affichage indique :

- La fréquence et l'intensité du stimulus provoquant le réflexe
- « VALIDE » si un réflexe a été trouvé, sinon « x » (pas de réponse)
- Un graphique de la compliance en fonction du temps

Si le test des réflexes a été réalisé à plus d'une fréquence, utilisez les touches ▲ et ▼ pour consulter les résultats des autres fréquences.

Si l'Otowave 102 a été programmé pour tester les réflexes à toutes les intensités de stimulus, appuyez sur ▶ pour afficher un nouvel écran après les graphiques de réflexes. Celui-ci fournit un résumé des intensités et des fréquences auxquelles un réflexe a été détecté. Un tiret « - » s'affiche si un réflexe n'a pas été détecté à l'intensité indiquée.


RÉSUMÉ DES RÉFLEXES				
dB				
100	✓	✓	X	-
90	✓	X	✓	✓
80	X	✓	✓	✓
70	X	✓	X	X
Hz	500	1k	2k	4k

Appuyez sur ◀ pour revenir au tympanogramme, aux résultats des réflexes ou pour refaire le test. Lorsque vous êtes satisfait des résultats, appuyez sur ▶.



Le message « Enregistrement comme dernier test » s'affiche et les résultats sont enregistrés dans la mémoire du « dernier test ». Les résultats restent accessibles jusqu'à l'initiation d'un nouveau test, même si l'Otowave est éteint.

Si les deux oreilles ont été sélectionnées pour le test, la séquence sera répétée pour l'oreille droite :



Appuyez sur ► pour omettre le test de l'oreille droite et afficher le menu RÉSULTATS DU PROCESSUS. Appuyez sur ◀ pour annuler et revenir au menu de sélection des oreilles. Dans les deux cas, les résultats de l'oreille gauche seront conservés et peuvent être consultés en tant que DERNIER TEST.

Alternativement, insérer la sonde ; le test de l'oreille droite sera réalisé comme décrit ci-dessus.

Lorsque les oreilles sélectionnées ont été testées et les résultats enregistrés, le menu TRAITEMENT DES RÉSULTATS s'affiche. Ce menu permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- Impression des résultats
- Transfert des résultats vers un ordinateur
- Enregistrement des résultats dans la base de données interne
- Visualisation des résultats comme décrit plus haut
- Retour au menu principal

Les résultats du dernier test réalisé restent accessibles même si l'Otowave a été éteint. Pour afficher ces résultats, sélectionner AFFICHER LE DERNIER TEST dans le menu principal. Après sélection de l'oreille désirée, le tympanogramme s'affichera. Il sera alors possible de voir les résultats et de sélectionner le menu TRAITEMENT DES RÉSULTATS comme si le test venait juste d'être terminé.




Remarque : Les résultats du dernier test seront effacés dès qu'un nouveau test est initié. Les résultats des tests doivent être enregistrés dans la base de données de l'Otowave, imprimés ou transférés à un ordinateur pour éviter de perdre les données.

5.4. VERIFICATION DE L'OBTURATION DE L'OREILLE

Le type d'obturation d'oreille utilisé au début d'un test peut être déterminé dans le menu CONFIGURATION (section 6). L'option par défaut est RAPIDE et est adéquate pour la plupart des tests, bien qu'il ne soit pas toujours possible de générer les pressures extrêmes avec cette option.

Si vous rencontrez des difficultés à obturer l'oreille avec les embouts auriculaires, l'option alternative, PARFAITE, peut être utile. Avec cette option, l'appareil vérifie que différentes pressions seront possibles avant le début du test, par le biais d'une indication virtuelle de la qualité de l'obturation :



Le nombre de barres indique la qualité de l’obturation. La sonde doit être ajustée dans l’oreille jusqu’à ce qu’au moins deux barres soient affichées pour Basse et Haute.

5.5.MESSAGES D’ERREUR

Les messages d’erreur suivants peuvent s’afficher lors de la séquence.

MESSAGE AFFICHE	STATUT DE L’INDICATEUR	CAUSE(S) PROBABLE(S)
RETIRER LA SONDE	Jaune clignotant	La sonde a été déplacée lors de la mesure. Réinsérez la sonde pour refaire le test.
Volume hors limites RETIRER LA SONDE	Jaune clignotant	Le volume du conduit auditif est supérieur à 5 ml. Ce message peut aussi s’afficher quand la sonde n’est pas bien insérée dans l’oreille.
Oreille bloquée RETIRER LA SONDE	Vert clignotant	Le volume du conduit auditif est inférieur à 0,1 ml. Vérifiez que la sonde n’est pas bloquée et qu’elle est correctement insérée dans l’oreille.
INSÉRER LA SONDE	Jaune clignotant	L’obturation a été perdue. Réinsérez la sonde pour refaire le test.

6. CONFIGURATION

6.1. PARAMETRES DE BALAYAGE



Vidéo illustrant comment ajouter les réflexes ipsilatéraux au protocole.

ÉLÉMENT		DESCRIPTION	VALEUR PAR DEFAULT
Séquence test :	du	Lorsque les deux oreilles sont testées, définissez quelle oreille sera testée la première.	D, G
Obturation de l'oreille :	de	L'option STANDARD est adéquate pour la plupart des tests, bien qu'il ne soit pas toujours possible de générer les pressures extrêmes lors de la mesure du tympanogramme avec cette option. S'il est difficile d'obturer l'oreille avec les embouts auriculaires, l'option alternative, ÉTENDUE , peut être utile. Avec cette option, l'appareil vérifie que différentes pressions seront possibles avant le début du test, par le biais d'une indication virtuelle de la qualité de l'obturation. La fonction ÉTENDUE est particulièrement utile en présence de canaux auditifs de petit volume, qui ne doivent pas être exposés à des pressions trop élevées.	Standard
Valeurs défaut :	par	Réinitialise la configuration des paramètres de balayage du ou des profils sélectionnés.	

6.2. OPTIONS DE MESURE DES REFLEXES



Vidéo illustrant comment ajouter les réflexes ipsilatéraux au protocole.

ÉLÉMENT		DESCRIPTION	VALEUR PAR DEFAULT
Mode Intensité :		 <p>REMARQUE : Selon la sélection du MODE INTENSITÉ, l'écran INTENSITÉS affichera un contenu différent.</p> <p>UNE INTENSITÉ : Utilisez les touches S pour choisir l'intensité du stimulus à appliquer pour mesurer les réflexes. Une seule intensité sera testée lors de la mesure. L'intensité maximale du stimulus ipsilatéral peut être fixée à un maximum de 100 dB HL ; l'intensité maximale du stimulus controlatéral peut être fixée à un maximum de 110 dB HL.</p>	Intensités multiples

	INTENSITÉS MULTIPLES : Utilisez les touches S pour choisir l'intensité maximale des stimulus à appliquer et l'incrément entre les différentes intensités des stimulus précédents. L'intensité maximale du stimulus ipsilatéral peut être fixée entre 85 dB HL et 100 dB HL ; l'intensité maximale du stimulus controlatéral peut être fixée entre 85 dB HL et 110 dB HL.	
Intensités :	Utilisez les touches ▲ et ▼ pour choisir l'intensité maximale des stimulus à appliquer et l'incrément entre les différentes intensités des stimulus précédents. Le stimulus maximal peut être fixé entre 85 dB HL et 100 dB HL. Appuyez sur la touche ► pour confirmer la sélection ou sur la touche ◀ pour annuler.	95 dB Incréments de 5 dB
Fréquences :	Utilisez la touche ▼ pour faire défiler les fréquences disponibles pour chacun des stimulus ipsilatéraux et contralatéraux (500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz), puis la touche ▲ pour sélectionner (✓) ou désélectionner (-) les fréquences auxquelles le stimulus doit être appliqué. Appuyez ensuite sur la touche ► pour enregistrer tous vos choix.	1 kHz ipsi
Sélection :	Utilisez les touches ▲ et ▼ pour choisir les circonstances dans lesquelles la mesure des réflexes doit être réalisée (toujours, jamais, en présence d'un pic de compliance uniquement, ou après confirmation au début du test). Lorsqu'un pic de compliance n'a pas pu être établi, une pression de 0 daPa est appliquée. Appuyez sur la touche ► pour confirmer la sélection ou sur la touche ◀ pour annuler.	Uniquement en présence d'un pic
Seuil :	Utilisez les touches pour sélectionner le niveau de déformation nécessaire pour déterminer qu'un réflexe a été détecté (0,01 ml à 0,5 ml). La valeur par défaut est de 0,03 ml.	0,03 ml
Arrêt automatique (Auto-stop) :	Par défaut, le test des réflexes à chaque fréquence s'arrêtera au niveau d'intensité le plus bas ayant produit une réponse. En réglant RÉFLEXE AUTO-STOP sur NON, l'Otowave 102 recherchera un réflexe à toutes les intensités sélectionnées. (Notez que 100 dB HL à 4000 Hz n'est pas possible).	Non
Polarité :	Définissez la polarité des graphiques de réflexes, le réflexe pointant vers le haut (HAUT) ou vers le bas (BAS).	Haut
Filtre :	Utilisez les touches pour choisir soit 2 Hz soit 1,5 Hz. La valeur par défaut de 2 Hz est appropriée dans la plupart des cas. Par contre, si un graphique des réflexes plus lisse est requis pour en faciliter l'interprétation, on peut choisir 1,5 Hz.	2 Hz
Valeurs par défaut :	Réinitialise la configuration des paramètres de balayage du ou des profils sélectionnés.	

6.3.PARAMETRES DU SYSTEME

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	VALEUR PAR DEFAULT
Heure/Date :	Règle l'heure et la date de l'horloge interne. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le champ, puis les touches ▲ et ▼ pour ajuster la valeur.	
Imprimante	Sélectionnez l'imprimante thermique que vous désirez utiliser avec l'appareil (Sanibel MPT-II ou Able AP1300).	MPT-II
Type de piles	Sélectionnez le type de piles utilisé avec l'appareil (alcalines ou rechargeables).	Alcaline
Délai de mise hors tension	Ajuste le délai avant que l'appareil s'éteigne pour économiser l'énergie.	90 s
Contraste :	Ajustez le contraste de l'écran à l'aide des touches ▲ et ▼.	
Dates Étal. :	Sélectionnez IMPRIMER DATES ÉTAL. pour indiquer le numéro de série de l'appareil et des transducteurs sur les documents imprimés par l'imprimante thermique Sanibel.	IMPRIMER DATES Étal.
Mode Date :	Choisissez le format d'affichage de la date : JJ/MM/AA or MM/JJ/AA	JJ/MM/AA
Hôpital :	Permet de saisir le nom de l'hôpital. Le nom apparaîtra en haut du document imprimé.	
Service :	Permet la saisie du nom du service. Le nom apparaîtra en haut du document imprimé.	
Valeurs défaut :	par Réinitialise l'appareil et tous les profils.	
Langue :	Choisissez parmi les langues suivantes : anglais, allemand, français, espagnol, portugais ou italien.	Anglais
Valeurs défaut :	par Réinitialise la configuration des paramètres de balayage du ou des profils sélectionnés.	

7. ENREGISTRER LES RESULTATS DANS LA BASE DE DONNEES INTERNE

Trente-deux (32) tests au maximum peuvent être enregistrés dans la base de données de l'Otowave 102.

Pour enregistrer les résultats d'un test, sélectionnez ENREGISTRER RÉSULTATS dans le menu TRAITEMENT DES RÉSULTATS affiché après la réalisation du test. On peut aussi accéder à cette option en sélectionnant AFFICHER LE DERNIER TEST dans le menu principal et en faisant défiler les résultats à l'aide de la touche ► tant que les résultats du test n'ont pas été enregistrés ou supprimés (par exemple en débutant puis en annulant un nouveau test).

Un identifiant de trois caractères est utilisé pour chaque fichier. Il sert aussi de référence pour le nom du patient dans le document imprimé et pour les données transférées sur un ordinateur. L'identifiant est généralement composé des initiales du patient ; le tympanomètre utilisant une combinaison de cet identifiant et la date/heure d'un test comme référence des fichiers archivés, cet identifiant peut être utilisé pour plusieurs tests réalisés sur un même patient.

7.1.SAISIE DES DONNEES

INITIALES PATIENT 📱

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
-01233456789

Tenez pour ent/annul

Pour saisir l'identifiant :

Utilisez les touches ▲, ▼, ◀ et ▶ pour sélectionner un caractère.

Appuyez et maintenez la pression sur la touche ► pour saisir le caractère choisi.

Appuyez et maintenez la pression sur la touche ◀ pour effacer le dernier caractère.

Pour enregistrer les résultats du test :

Saisissez les trois caractères de l'identifiant.

Appuyez et maintenez la pression sur la touche ► pour enregistrer le fichier.

Pour annuler l'enregistrement du dernier test :

Effacez tous les caractères saisis.

Appuyez et maintenez la pression sur la touche ◀.

7.2.BASE DE DONNEES PLEINE

Un avertissement s'affiche si la base de données est pleine lors d'un essai d'enregistrement d'un test :

MÉMOIRE PLEINE ! 📱

GÉRER LES DONNÉES

SUPPRIMER LE PLUS ANCIEN

Annul.



La sélection de GÉRER LES DONNÉES affichera le menu de GESTION DES DONNÉES, qui permet d'imprimer les données ou de les transférer sur un ordinateur avant de supprimer les fichiers pour permettre d'enregistrer le nouveau test.

SUPPRIMER LE PLUS ANCIEN écrasera le plus ancien fichier présent dans la mémoire avec les nouveaux résultats.

Annuler retourne au menu précédent.



8. CONNEXIONS IRDA

L'Otowave 102 peut transmettre les résultats des tests à une imprimante désignée ou à un ordinateur équipé d'une connexion infrarouge.

Si l'ordinateur ne possède pas de port infrarouge, un adaptateur sera nécessaire. Les spécifications de l'adaptateur Actysis ACT-IR2000U USB Otowave 102 sont compatibles, et ont été testées, avec l'Otowave 201. Cet adaptateur peut être acheté auprès d'Amplivox et seul ce dispositif doit être utilisé aux fins décrites ici.

L'Otowave transmet les données depuis une petite fenêtre située sur la droite de la sonde. Dans le cas d'une imprimante, les données sont reçues par une fenêtre située sur l'avant de l'imprimante ; dans le cas d'un ordinateur, les données sont reçues par une fenêtre située soit sur le boîtier, soit sur l'adaptateur si celui-ci est utilisé.

L'environnement dans lequel l'Otowave est utilisé peut affecter le processus de transfert des données. Quelques recommandations sont fournies ci-dessous ; néanmoins, elles pourraient devoir être modifiées selon l'environnement réel.

- Les deux fenêtres de communication doivent être alignées et dirigées l'une vers l'autre, à une distance d'environ 10 à 20 cm
- Les deux appareils doivent être à l'abri de la lumière directe du soleil pour assurer une communication optimale
- Pour le transfert de données vers une imprimante, assurez-vous qu'aucun autre ordinateur ou imprimante ne se trouve à portée de l'Otowave
- De même, pour transférer les données à un ordinateur, assurez-vous qu'aucun autre dispositif IrDA ne se trouve à portée de l'Otowave
- La connexion infrarouge ne doit pas être interrompue une fois qu'elle a été établie entre l'imprimante ou l'ordinateur et l'Otowave
- Si l'imprimante, l'ordinateur, ou l'Otowave est déplacé, ou si un objet situé entre eux interrompt la connexion, les données peuvent être corrompues ou l'Otowave peut ne pas répondre aux contrôles jusqu'à ce que la transmission des données ait été interrompue (cela peut prendre 30 à 40 secondes) ; ceci peut aussi arriver si les piles de l'imprimante se déchargent pendant une tentative d'impression

Si le transfert des données a été interrompu, le message d'erreur qui en résulte peut être effacé et les données transmises de nouveau ; si les données sont encore corrompues, sélectionnez Annuler sur l'Otowave et transmettez de nouveau les données.



9. TRANSFERT DES DONNEES

9.1. TRANSMETTRE LES DONNEES A UNE IMPRIMANTE



Vidéo illustrant comment transmettre les données à une imprimante

Deux imprimantes thermiques désignées (Able AP1300 ou Sanibel MPT-II) sont disponibles en option, et seules ces deux imprimantes doivent être utilisées. Les imprimantes fournies avec l'Otowave 102 sont configurées pour une communication optimale, mais il faut s'assurer que l'imprimante correcte est sélectionnée.

Les imprimantes Able et Sanibel ne possèdent aucune option de configuration accessible à l'utilisateur.

Avant d'essayer d'imprimer, assurez-vous que l'imprimante est complètement chargée et allumée, qu'elle contient du papier et est prête à imprimer.

Pour imprimer les résultats du dernier test, sélectionnez ENVOYER À L'IMPRIMANTE dans le menu TRAITEMENT DES RÉSULTATS lorsque le test est terminé. (Des options d'impression sont aussi accessibles à partir des options AFFICHER LE DERNIER TEST et GESTION DES DONNÉES du MENU PRINCIPAL.)

Appuyez sur ◀ pour annuler l'impression.

L'identifiant de trois caractères du fichier est imprimé dans le champ « Nom », suivi des graphiques de l'Otowave, des analyses et des résultats. Le nom de l'hôpital, le service et les dates d'étalonnage de l'instrument peuvent aussi être imprimés si nécessaire. Un espace est prévu pour l'ajout à la main d'autres informations par le clinicien (nom/âge du patient, opérateur et commentaires).

Les documents imprimés par une imprimante thermique peuvent s'estomper suite à l'exposition à la lumière ou à la chaleur. Il est conseillé de transférer les données sur un ordinateur pour stockage permanent.

9.2. TRANSFERT DES DONNEES SUR NOAH OU AMPLISUITE

Pour transférer les données stockées dans le tympanomètre sur une base de données NOAH, le module d'impédance NOAH d'Amplivox doit être installé sur un ordinateur. Sinon, le logiciel ampliSuite d'Amplivox permet de transférer les données sur un ordinateur pour les afficher, les annoter et les imprimer. Ce logiciel est fourni sur un CD qui comprend également son mode d'emploi.

Pour plus de renseignements, consultez les instructions d'installation et d'opération fournies avec le module d'impédance NOAH ou ampliSuite.

Si la connexion entre l'Otowave 102 et l'ordinateur ne peut pas être établie, le message « appareil non trouvé » s'affiche. Les points suivants doivent être vérifiés :

- Assurez-vous que l'environnement est adéquat
- Le logiciel d'IrDA de l'ordinateur est installé correctement et l'interface est active
- Si l'ordinateur a été en mode « hibernation », l'interface IrDA n'est pas toujours réactivée ; essayez de redémarrer l'ordinateur
- L'adaptateur IrDA de l'ordinateur est compatible avec l'Otowave
- Éteignez puis rallumez l'Otowave avant d'essayer de retransmettre des données

Si la connexion est interrompue lors de la transmission des données, le message « Connexion non fiable » s'affiche. Appuyez sur ◀ pour annuler la transmission des données et recommencez l'opération.

Si tout autre message s'affiche lors de la transmission des données, éteignez et rallumez l'Otowave et réessayez de transmettre les données. Si le problème persiste, contactez un centre d'assistance Amplivox.



10. GESTION DES DONNEES

Les fichiers stockés dans la base de données de l'Otowave 102 peuvent être listés, affichés, supprimés, imprimés ou transmis à un ordinateur grâce à l'option GESTION DES DONNÉES :

```

GESTION DE DONNÉES
LISTE DES TESTS
EFFACER LES TESTS
IMPRIMER LES TESTS
Retour      ↑↓      Choix
  
```

Faites défiler l'écran pour les choix suivants :

```

GESTION DE DONNÉES
EFFACER LES TESTS
IMPRIMER LES TESTS
TRANSMETTRE LES TESTS AU PC
Retour      ↑↓      Choix
  
```

S'il est nécessaire de travailler avec le fichier d'un test individuel, sélectionnez LISTER LES FICHIERS. Toutes les autres options opèrent sur des groupes de fichiers.

10.1. LISTER LES FICHIERS

LISTER LES FICHIERS affiche les tests enregistrés par groupes de 6, en commençant par le plus récent :

Tests stockés :				6/30
ABC	02/01/06	14:15	2	☐ ↗
DEF	31/12/10	09:43	L	☐
1SF	20/12/05	11:54	R	↗
MJL	17/10/05	15:48	2	
AS-	17/10/05	14:22	L	
BBC	12/10/05	10:24	2	
Retour				↑↓ Choix

Chaque ligne affiche :

- Les trois caractères d'identification du patient saisis lors de l'enregistrement du test ;
- La date et l'heure du test
- Si le test a été imprimé (☐)
- Si le test a été transmis à un ordinateur (↗)
- Si le test concerne l'oreille gauche (G), droite (D) ou les deux (2)

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les fichiers

Appuyez sur ► pour sélectionner le fichier surligné

Appuyez sur ◀ pour retourner au menu précédent

Lorsqu'un fichier est sélectionné, le menu TRAITER LE FICHIER s'affiche. Ce menu permet d'accéder aux fonctions suivantes :



- Afficher le fichier sélectionné
- Imprimer le fichier sélectionné
- Transférer le fichier sélectionné sur un ordinateur
- Supprimer le fichier sélectionné

10.2. SUPPRIMER LES FICHIERS

SUPPRIMER LES FICHIERS permet de supprimer un groupe de fichiers. Il est possible de supprimer tous les fichiers, tous les fichiers qui ont été imprimés ou tous les fichiers qui ont été transférés sur un ordinateur.

La confirmation de la suppression est requise.

10.3. IMPRIMER LES FICHIERS

IMPRIMER LES FICHIERS permet d'envoyer un groupe de fichiers vers l'imprimante. Il est possible d'imprimer tous les fichiers enregistrés ou seulement ceux qui n'ont pas encore été imprimés. Si vous imprimez l'entièreté de la base de données, il est recommandé de charger un nouveau rouleau de papier dans l'imprimante.

10.4. TRANSFERER LES FICHIERS VERS UN ORDINATEUR


TRANSFÉRER LES FICHIERS VERS UN ORDINATEUR permet d'envoyer un groupe de fichiers vers un ordinateur. Il est possible de transférer tous les fichiers ou seulement ceux qui n'ont pas déjà été envoyés.



11. REALISER LES CONTROLES JOURNALIERS

Le bon fonctionnement de l'Otowave 102 doit être contrôlé chaque jour à l'aide de l'assemblage de cavités d'essai 4 en 1 fourni avec l'instrument.


Sélectionnez l'option CONTRÔLE JOURNALIER dans le menu principal :



Attendez que « Ouvert » s'affiche.

Insérez la sonde sans embout auriculaire dans la cavité de 2 ml de l'assemblage. Assurez-vous que la sonde est complètement introduite dans la cavité et bien contre la paroi. La sonde doit être poussée tout au fond de la cavité d'essai.

Le volume affiché doit se trouver dans un intervalle de $\pm 0,1$ ml du volume de la cavité.



Retirez la sonde et répétez le test avec les trois autres cavités d'essai. Le volume affiché pour les cavités d'essai de 0,2 ml et de 0,5 ml doit se trouver dans un intervalle de $\pm 0,1$ ml. Le résultat pour la cavité de 5,0 ml doit se trouver dans un intervalle de $\pm 0,25$ ml.

Lorsque les contrôles sont réalisés, appuyez sur ◀ pour retourner au menu principal.

12. INFORMATIONS SYSTEME

1	Variante :	Version de l'instrument (Tonalité double = option haute fréquence active)
2	Piles :	Informations sur le voltage
3	Dernier étal. :	Date du dernier étalonnage
4	Prochain étal. :	Prochaine date d'étalonnage
5	N° de série :	Numéro de série de l'Otowane
6	Ver. :	Version du micrologiciel
7	Date et heure :	Date et heure définies par l'utilisateur



13. ENTRETIEN DE ROUTINE

13.1. NETTOYAGE DE L'OTOWAVE

L'Otowave est un instrument de précision. Manipulez-le avec soin pour le maintenir en bon état de marche. Retirez les piles de l'instrument avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon doux humide et un détergent doux pour nettoyer le boîtier et l'écran de l'instrument. Assurez-vous qu'aucune humidité ne pénètre dans l'instrument.

13.2. EMBOUT AURICULAIRE ET SONDE

L'embout auriculaire doit être remplacé après son utilisation, et n'être utilisé qu'une fois.

L'embout de la sonde et son joint d'obturation sont des pièces jetables.

L'embout de la sonde doit être vérifié avant chaque insertion pour s'assurer qu'il n'est pas endommagé et qu'aucun des conduits le traversant n'est bloqué. Il doit être remplacé si nécessaire.

Le joint d'obturation doit être remplacé lorsque l'embout de la sonde est remplacé, s'il présente des signes d'usure ou si on suspecte une fuite de pression.



AVERTISSEMENT

Manipulez la sonde et ses accessoires avec précaution. Évitez que de l'humidité, de la condensation, des liquides ou des débris ne pénètrent dans la sonde.

13.3. ÉTALONNAGE ET REPARATION DE L'INSTRUMENT

Amplivox recommande d'étalonner l'Otowave annuellement. Veuillez contacter Amplivox pour de plus amples renseignements.

Si l'instrument est utilisé à une altitude supérieure à l'altitude spécifiée, il devra être réétalonné à l'altitude à laquelle il sera utilisé.



AVERTISSEMENT

L'instrument doit être renvoyé au fabricant pour entretien et réparations. Il ne contient aucune pièce pouvant être entretenue par l'utilisateur.

Veuillez utiliser l'emballage et le carton d'origine pour le transport de l'instrument. Placez l'instrument dans un sac en plastique avant l'emballage pour éviter que de la poussière pénètre à l'intérieur de l'instrument. Ne renvoyez pas les piles avec l'instrument.

14. MESSAGES D'ERREUR ET DEFAILLANCES

Si une défaillance ne peut pas être résolue, il est déconseillé de démarrer l'instrument de manière répétée.



Remarque : Consultez les instructions d'installation et d'opération fournies avec le module d'impédance NOAH ou le logiciel ampliSuite pour plus de renseignements au sujet des opérations de transfert des données et des erreurs qui pourraient survenir.

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION(S)
Mes noms de profils ont disparu.	Si la langue est changée, les noms des profils retourneront automatiquement à leur valeur par défaut. Il est important de noter que les paramètres de chaque profil restent les mêmes.	Rétablissez les noms de profils désirés.
Il est impossible d'augmenter la pression et la séquence du test reste bloquée à L'ÉCRAN ÉGALISATION DE LA PRESSION.	<ul style="list-style-type: none"> • L'obturation de l'oreille n'est pas possible • Le volume estimé est trop élevé (perforation du tympan) • Le mauvais embout auriculaire a été choisi • La sonde est bloquée 	<ul style="list-style-type: none"> • Examinez la sonde pour rechercher des contaminations et nettoyez ou remplacez l'embout de la sonde • Repositionnez la sonde • Changez l'embout auriculaire
Le test des réflexes n'a pas été réalisé après la tympanométrie malgré que le test des réflexes soit actif dans la SÉQUENCE RÉFLEXE.	Dans SÉLECTION DU RÉFLEXE , le paramètre choisi est SEULEMENT SI UN PIC EST TROUVÉ ou NE JAMAIS MESURER.	Changez les paramètres de la SÉLECTION DU RÉFLEXE et choisissez l'option désirée.
Les dernières mesures ne sont pas affichées sous AFFICHER LE DERNIER TEST.	NOUVEAU TEST a peut-être été sélectionné dans l'intervalle et le dernier test a donc été supprimé de la mémoire courte.	Les données devraient être stockées immédiatement dans la mémoire à long terme.
SONDE BLOQUÉE Les indicateurs LED b et c clignotent rapidement.	<ul style="list-style-type: none"> • La sonde est bloquée • La sonde est placée contre la peau du conduit auditif • La sonde est déconnectée de l'appareil 	<ul style="list-style-type: none"> • Examinez la sonde pour rechercher des contaminations et nettoyez ou remplacez l'embout de la sonde • Repositionnez la sonde • Changez l'embout auriculaire • Vérifiez que la sonde est bien connectée à l'appareil
RETIRER LA SONDE Les indicateurs LED b et c clignotent rapidement.	<ul style="list-style-type: none"> • La sonde a été déplacée lors de la mesure. • Le test a été démarré avec la sonde déjà insérée dans l'oreille. 	Repositionnez la sonde
Volume hors normes RETIRER LA SONDE Les indicateurs LED b et c clignotent rapidement.	<ul style="list-style-type: none"> • Le volume du conduit auditif est > 5 ml. • La sonde n'est pas correctement insérée dans l'oreille. 	Repositionnez la sonde

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION(S)
Perte de pression RETIRER LA SONDE Les indicateurs LED b et c clignotent rapidement.	<ul style="list-style-type: none"> Le test de l'obturation de l'oreille a échoué. 	<ul style="list-style-type: none"> Repositionnez la sonde
La mesure a été interrompue Les indicateurs LED b et c clignotent rapidement.	<ul style="list-style-type: none"> Ceci se produit lorsque la vérification de l'obturation a été réglée sur ÉTENDUE La pompe n'a pas pu atteindre la pression de départ dans les 4 s. La pression n'a pas atteint -400 daPa dans les 12 s. 	<ul style="list-style-type: none"> Repositionnez la sonde Recommencez le test. Si le problème persiste, contactez votre centre d'assistance Amplivox.
VOLUME HORS NORMES Les indicateurs LED b et c clignotent.	<ul style="list-style-type: none"> La sonde n'est pas correctement placée dans le conduit auditif. 	<ul style="list-style-type: none"> Repositionnez la sonde.
SONDE NON DÉGAGÉE L'indicateur LED c est allumé.	<ul style="list-style-type: none"> La sonde est bloquée La sonde n'est pas correctement placée 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que la sonde n'est pas insérée dans une cavité d'essai lors du démarrage. Vérifiez que la sonde n'est pas bloquée ou obstruée.
ERREUR DE FLUX D'AIR L'indicateur LED c est allumé.	Défaillance du système de circulation d'air et/ou de la pompe. Ne peut pas déterminer la direction de la pompe.	Défaillance indéterminée de la pompe. Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, contactez votre centre d'assistance Amplivox.
ERREUR DE FLUX D'AIR REDÉMARREZ L'APPAREIL L'indicateur LED c est allumé.	Défaillance du système de circulation d'air et/ou de la pompe.	Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, contactez votre centre d'assistance Amplivox.
AVERTISSEMENT ! ÉTALONNAGE PÉRIMÉ L'indicateur LED c est allumé.	La date du jour est postérieure à la prochaine date d'étalonnage. Vérifiez que l'horloge indique la date correcte. Si tel est le cas, organisez le réétalonnage de l'appareil. Les tests peuvent être poursuivis.	Le réétalonnage est nécessaire avant la conduite de tests ultérieurs.
AVERTISSEMENT ! APPAREIL NON ÉTALONNÉ. L'indicateur LED c est allumé.	Une ou plusieurs valeurs par défaut doivent être réétalonnées avant la conduite de tests ultérieurs.	Contactez votre centre d'assistance Amplivox.
AVERTISSEMENT ! DÉFAUTS RECHARGÉS. L'indicateur LED c est allumé.	Les paramètres de configuration par défaut ont été rechargés.	Les paramètres de configuration par défaut ont été rechargés. Si l'erreur persiste, contactez votre centre d'assistance Amplivox.
Erreur d'impression La connexion ne peut pas être établie avec l'imprimante	<ul style="list-style-type: none"> L'imprimante est éteinte ou déchargée La connexion entre l'imprimante et l'appareil ne peut pas être établie. 	<ul style="list-style-type: none"> Redémarrez l'appareil Redémarrez l'imprimante Chargez l'imprimante Assurez-vous que la connexion entre l'imprimante et l'appareil est établie.



Si vous avez des problèmes pour résoudre les défaillances, consultez le distributeur de l'équipement (ou Amplivox si vous avez acheté l'appareil directement au fabricant).



15. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

15.1. PERFORMANCE

Tympanométrie	
Type d'instrument	Tympanomètre à soustraction du volume du conduit auditif externe (<i>meatus compensation</i>)
Analyse réalisée	Pic de compliance (en ml) & pression ; Gradient (en daPa) ; Volume du conduit auditif externe (ECV) @ 200 daPa
Tonalités de la sonde	226 Hz +/- 2 % ; 85 dB SPL +/- 2 dB plage de 0,2 ml à 5 ml
Pressions	De +200 daPa à -400 daPa +/-10 daPa ou +/-10 % (selon la valeur la plus élevée) sur toute la plage de mesures
Plage et précision de la mesure du volume de l'oreille	De 0,2 ml à 5 ml +/- 0,1 ml ou +/-5 % (selon la valeur la plus élevée) sur toute la plage de mesures
Vitesse du balayage	En général 200-300 daPa/sec ; dépend du volume de l'oreille ou de la cavité
Limites de pression (arrêt de sécurité)	De +600 à -800 daPa
Nombre de mesures stockées	100 par tympanogramme
Mesure des réflexes	
Mode de mesure	Ipsilatéral
Tonalité des réflexes (par référence à un volume d'étalonnage de 2 ml - soustraction du volume du conduit auditif mesuré)	102-1 : 1 kHz (+/- 2 %) 102-4 : 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz (+/- 2 %) Configurable sur la plage de 70 dB à 100 dB HL +/-3 dB (4 kHz limité à 95 dB HL)
Nombre d'intensités de réflexe	Quatre : 100 dB par incréments de 5 dB ou 10 dB ; 95 dB, 90 dB ou 85 dB par incréments de 5 dB
Analyse des réflexes	Présence/absence d'un réflexe à chaque intensité testée ; amplitude maximale de chaque réflexe ; pression nominale utilisée pour le test des réflexes (affichage sur ordinateur uniquement)
Pression utilisée pour la mesure des réflexes	Pression au pic du tympanogramme, ou à 0 daPa (en l'absence de pic)
Contrôle des stimuli du réflexe	Stimulus présent à chaque intensité, ou stimulus arrêté lorsqu'un réflexe est observé
Seuil et précision de la détection des réflexes	De 0,01 ml à 0,5 ml +/- 0,01 ml (configurable en incréments de 0,01 ml)
Durée de la tonalité pour la mesure des réflexes	0,6 secondes
Nombre de fichiers conservés dans la base de données patients	32
Stockage des données	Tous les enregistrements peuvent être stockés après affichage du tympanogramme. Les initiales du patient (A-Z, 0-9, « - ») doivent être saisies avant le stockage.
Données conservées	Initiales du patient, graphiques et analyses du tympanogramme et des réflexes pour l'oreille gauche et/ou l'oreille droite, date et heure de l'enregistrement, oreilles testées, si le fichier a été imprimé et/ou transféré sur un ordinateur ou non, paramètres de l'analyse, identificateur global unique de 128 bits (GUID)
Mode d'affichage	Fichiers listés par ordre chronologique inverse (le plus récent d'abord), avec indication des données stockées comme décrit plus haut

Horloge en temps réel	
Horodateur	Horodateur appliqué à tous les enregistrements, ainsi qu'à la dernière date d'étalonnage
Alimentation électrique de secours	> 30 jours sans les piles principales
Langues	
Langues d'opération	Anglais, allemand, français, espagnol, portugais ou italien
Impression	
Imprimante compatible	Sanibel MPT-II ou Able AP1300
Interface	Infrarouge, périphérique IrDA, 9600 bauds
Informations imprimées	Tympanogramme, paramètres d'analyse du tympanogramme, graphiques des réflexes, paramètres d'analyse des réflexes, numéro de série de l'appareil, dernière et prochaine dates d'étalonnage ; espace pour la saisie des informations relatives au patient et au clinicien.
Interface sérielle avec l'ordinateur	
Interface	Service OBEX (Object Exchange) en plus de l'IrDA. Auto-sélectionne entre 9600-115200 bauds.
Informations transmises	Références du patient, données de l'oreille gauche et de l'oreille droite.
Alimentation électrique	
Piles	4 piles AA ; alcalines (1,5 V nominal) ou NiMH rechargeables (1,2 V nominal, capacité d'au moins 2,3 Ah).
Délai au démarrage	Aucun à température ambiante
Nombre de fichiers enregistrés avec un jeu de piles	Environ 200 (Alcalines) ou 100 (NiMH)
Délai de mise hors tension	90 ou 180 secondes
Courant de veille	70 mA
Courant lors d'un test	230 mA
Caractéristiques physiques	
Écran d'affichage	128 x 64 pixels / 8 lignes de 21 caractères
Dimensions	190 mm de long x 80 mm de large x 40 mm de haut, à l'exclusion de la sonde 210 mm de long avec la sonde
Poids (sans les piles)	285 g
Poids (avec les piles)	380 g
Environnement	
Plage de températures d'opération	+15 °C à +35 °C
Plage d'humidités d'opération	30 % à 90 % humidité relative, pas de condensation
Plage de pressions atmosphériques d'opération	980 à 1040 mb
Plage de températures de transport et de conservation	-20 °C à +70 °C
Plage d'humidités de transport et de conservation	10% à 90 % humidité relative, pas de condensation
Plage de pressions atmosphériques de transport et de conservation	900 à 1100 mb
Conformité aux normes	
Sécurité	IEC 60601-1(plus déviations UL, CSA & EN)
CEM	IEC 60601-1-2
Performance	IEC 60645-5, Tympanomètre de Type 2



Marquage CE	Conforme à la directive de l'UE sur les dispositifs médicaux
-------------	--

15.2. CLASSIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT

Type de protection contre les chocs électriques Alimentation interne

Degré de protection contre les chocs électriques Pièce appliquée de Type BF

Degré de protection contre l'entrée d'eau Non protégé

Mode d'opération Opération continue

Mobilité de l'équipement Portable

Le tympanomètre Otowave 102 est un dispositif de Classe IIa sous l'annexe IX de la directive de l'UE sur les dispositifs médicaux.

15.3. SYMBOLES



Définition : Identifie le contrôle à l'aide duquel l'instrument est mis sous tension ou en veille.



Définition : Consultez le mode d'emploi (obligatoire)



Définition : Pièce appliquée de type BF– une pièce appliquée offrant un degré de protection contre les chocs électriques plus élevé que celui offert par une pièce appliquée de type B, plus particulièrement en matière de tolérance de courants de fuite et de courants auxiliaires patient.

La pièce appliquée est l'embout auriculaire.



Définition : Date de fabrication



Définition : Fabricant

16. COMMANDE DES CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES

Si vous désirez commander des consommables, des accessoires supplémentaires et pour remplacer les pièces détachables endommagées, veuillez contacter Amplivox pour connaître les prix les plus récents et les frais d'envoi. Les produits disponibles sont listés ci-dessous :

N° DE STOCK		DESCRIPTION
T527	8002592	Embout de la sonde
T518	8002009	Joint d'obturation
T030	8011362	Assemblage de cavités d'essai 4 en 1 (0,2 ml/0,5 ml/2,0 ml/5,0 ml)
T20	8012963	Ensemble d'embouts auriculaires
T205	8012963	Embout auriculaire Otowave 3-5 mm
T206	8012965	Embout auriculaire Otowave 4-7 mm
T207	8013001	Embout auriculaire Otowave 7 mm
T208	8013003	Embout auriculaire Otowave 8 mm
T209	8002020	Embout auriculaire Otowave 9 mm
T210	8002021	Embout auriculaire Otowave 10 mm
T211	8002022	Embout auriculaire Otowave 11 mm
T212	8002023	Embout auriculaire Otowave 12 mm
T213	8002024	Embout auriculaire Otowave 13 mm
T214	8002025	Embout auriculaire Otowave 14 mm
T215	8002026	Embout auriculaire Otowave 15 mm
T219	8002027	Embout auriculaire Otowave 19 mm
B132	8004651	Boîte de transport
PT02	8031231	Imprimante Sanibel MPT-II
C0104	8029305	Papier d'imprimante thermique pour Sanibel MPT-II
T91	8105188	Adaptateur USB infrarouge ACTiSYS

Les bordereaux de transport mentionneront le numéro de stock indiqué ci-dessus et les images des pièces correspondant au numéro de stock sont disponibles sur le site web d'Amplivox (www.amplivox.ltd.uk). Les instructions nécessaires à l'assemblage ou installation des pièces sont fournies avec ces dernières.

17. INFORMATIONS SUR L'ELIMINATION



Amplivox Limited se conforme entièrement aux réglementations en matière de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Notre numéro de producteur est WEE/GA0116XU et nous sommes inscrits au schéma de conformité approuvé en matière de DEEE au Royaume-Uni, B2B Compliance, sous le numéro d'approbation WEE/MP3338PT/SCH.

L'objectif principal des réglementations en matière de DEEE est d'encourager le tri et la séparation des déchets d'équipements électriques des déchets ménagers et de les intégrer aux filières de réutilisation, valorisation et recyclage.

En conséquence, pour tout appareil électrique acheté chez Amplivox qui :

- porte le symbole d'une poubelle sur roues barrée d'une croix avec une barre noire au-dessous, ou
- a été remplacé par un nouveau produit Amplivox comparable,

veuillez contacter notre schéma de conformité approuvé en matière de DEEE, B2B Compliance, aux coordonnées ci-dessous. B2B Compliance pourra vous renseigner sur la manière de recycler vos appareils électriques et répondre à vos questions à ce sujet.

B2B Compliance

Tél : +44 (0) 1691 676 124 (Option 2)

Email : operations@b2bcompliance.org.uk



18. CONSEILS ET DECLARATION DU FABRICANT - CEM

Conseils et déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques		
Le tympanomètre Otowave 102 est destiné à une utilisation dans un environnement électromagnétique tel que décrit ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du tympanomètre Otowave 102 doit s'assurer que l'appareil est utilisé dans un environnement adéquat.		
Test des émissions	Conformité	Environnement électromagnétique – conseils
Émissions en RF CISPR 11	Groupe 1	Le tympanomètre Otowave 102 utilise de l'énergie en radiofréquence pour son fonctionnement interne uniquement. Ses émissions en RF sont donc très basses et il est peu probable qu'il interfère avec les équipements électroniques voisins. Le tympanomètre Otowave 102 peut être utilisé dans tout établissement, y compris les établissements résidentiels et ceux connectés au réseau public de basse tension alimentant les bâtiments résidentiels.
Émissions en RF CISPR 11	Classe B	
Émissions harmoniques IEC 61000-3-2	Non applicable	
Émissions de tension de papillotement IEC 61000-3-3	Non applicable	

Conseils et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique (1)			
Le tympanomètre Otowave 102 est destiné à une utilisation dans un environnement électromagnétique tel que décrit ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du tympanomètre Otowave 102 doit s'assurer que l'appareil est utilisé dans un environnement adéquat.			
Test d'immunité	Limites du test IEC 60601	Limite de conformité	Environnement électromagnétique – conseils
Décharge électrostatique (DES) IEC 61000-4-2	±8 kV contact ±15 kV air	±8 kV contact ±15 kV air	Le sol doit être en bois, béton ou carrelage céramique. Si le sol est recouvert de matériaux synthétiques, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %
Transitoires électriques rapides en salves IEC 61000-4-4	±2 kV pour les câbles d'alimentation ±1 kV pour les lignes d'entrée et de sortie	Non applicable	
Surcharge IEC 61000-4-5	±1 kV mode différentiel ±2 kV mode commun	Non applicable	Non applicable



Test d'immunité	Limites du test IEC 60601	Limite de conformité	Environnement électromagnétique – conseils
<p>Creux de tension, courtes interruptions et variations de tension sur les câbles d'alimentation d'entrée</p> <p>IEC 61000-4-11</p>	<p><5 % U_T (baisse de l'U_T >95 %) pendant 0,5 cycle</p> <p>40 % U_T (baisse de l'U_T de 60 %) pendant 5 cycles</p> <p>70 % U_T (baisse de l'U_T de 30%) pendant 25 cycles</p> <p><5 % U_T (baisse de l'U_T >95 %) pendant 5 sec</p>	<p>Non applicable</p>	<p>Non applicable</p>
<p>Champ magnétique à fréquence industrielle (50/60 Hz)</p> <p>IEC 61000-4-8</p>	<p>30 A/m</p>	<p>30 A/m</p>	<p>Les champs magnétiques à fréquence industrielle doivent se situer à des niveaux caractéristiques d'un emplacement typique dans un environnement commercial ou hospitalier typique.</p>
<p>REMARQUE U_T est la tension en courant alternatif du réseau avant l'application du test</p>			



Conseils et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique (2)			
Le tympanomètre Otowave 102 est destiné à une utilisation dans un environnement électromagnétique tel que décrit ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du tympanomètre Otowave 102 doit s'assurer que l'appareil est utilisé dans un environnement adéquat.			
Test d'immunité	Limites du test IEC 60601	Limite de conformité	Environnement électromagnétique – conseils
Radiations en RF IEC 61000-4-3	10 V/m De 80 MHz à 2,7 GHz	10 V/m De 80 MHz à 2,7 GHz	<p>Les équipements de communication en radiofréquences portables ou mobiles ne doivent pas être utilisés plus près de toute pièce du tympanomètre Otowave 102 (y compris des câbles) que la distance de séparation recommandée calculée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence du transmetteur.</p> <p>Distance de séparation recommandée</p> <p>$d = 1,2\sqrt{P}$ de 80 MHz à 800MHz</p> <p>$d = 2,3\sqrt{P}$ de 800 MHz à 2,5 GHz</p> <p>où P est la puissance de sortie nominale maximale du transmetteur, exprimée en Watts (W) et indiquée par le fabricant du transmetteur, et d est la distance de séparation recommandée exprimée en mètres (m).</p> <p>L'intensité des champs émis par les transmetteurs en RF fixes, telle que déterminée par une étude électromagnétique du site, ^a doit être inférieure à la limite de conformité dans chaque plage de fréquences. ^b</p> <p>Des interférences pourraient se produire dans le voisinage d'équipements marqués du symbole suivant :</p> 

Conseils et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique (2)			
REMARQUE 1 À 80 MHz et à 800 MHz, la plage supérieure de fréquence est applicable.			
REMARQUE 2 Ces recommandations ne s'appliquent pas dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion par les structures, les objets et les personnes.			
REMARQUE 3 AVERTISSEMENT : Les équipements de communication en RF portables (y compris les périphériques tels qu'antennes, câbles et antennes extérieures) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm (12 pouces) de n'importe quel élément du tympanomètre Otowave 102, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Si cette distance n'est pas respectée, la performance de cet équipement peut être compromise.			
a	L'intensité des champs magnétiques émis par les transmetteurs fixes, comme les stations de base pour les téléphones sans fil ou cellulaires et les radios portables, les radioamateurs, les émissions radios en AM et FM et les émissions TV, ne peut pas être prédite théoriquement avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dérivant des transmetteurs en RF fixes, une étude électromagnétique du site devra être envisagée. Si l'intensité du champ magnétique mesurée à l'emplacement où le tympanomètre Otowave 102 est utilisé excède la limite de conformité fournie ci-dessus, le tympanomètre Otowave 102 devra faire l'objet d'une surveillance minutieuse pour vérifier son bon fonctionnement. Si une performance anormale est observée, des mesures supplémentaires pourraient être nécessaires, comme par exemple réorienter ou déplacer le tympanomètre Otowave 102.		
b	Sur une plage de fréquences entre 150 kHz et 80 MHz, l'intensité du champ magnétique devrait être inférieure à 3 V/m.		
Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication en RF portables et mobiles et le tympanomètre Otowave 102			
Le tympanomètre Otowave 102 est destiné à une utilisation dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations en RF sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du tympanomètre Otowave 102 peut contribuer à la prévention des interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication en RF portables et mobiles (transmetteurs) et le tympanomètre Otowave 102, celle-ci dépendant de l'intensité de sortie maximale des équipements de communication, comme décrit ci-dessous.			
Puissance de sortie nominale maximale du transmetteur	Distance de séparation en fonction de la fréquence du transmetteur		
	W	m	
	De 150 kHz à 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	De 80 MHz à 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	De 800 MHz à 2,5 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23



Conseils et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique (2)

Pour les transmetteurs dont la puissance de sortie nominale maximale n'apparaît pas ci-dessus, la distance de séparation recommandée d , exprimée en mètres (m), peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence du transmetteur, où P est la puissance de sortie nominale maximale du transmetteur exprimée en Watts (W) indiquée par le fabricant du transmetteur.

REMARQUE 1 À 80 MHz et à 800 MHz, la distance de séparation pour la plage supérieure de fréquence est applicable.

REMARQUE 2 Ces recommandations ne s'appliquent pas dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion par les structures, les objets et les personnes.



19. UTILISATION AVEC DES EQUIPEMENTS NON MEDICAUX

Toute personne qui connecte des équipements externes à l'entrée du signal, à la sortie du signal ou à d'autres connecteurs a de fait créé un système électrique médical et est donc responsable de la conformité du système aux exigences de la clause 16 de la norme IEC 60601-1:2005 (*Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles*).

En cas de connexion avec des équipements standards comme des imprimantes et des ordinateurs, des précautions spéciales doivent être prises afin de préserver la sécurité médicale. Les remarques ci-dessous fournissent des conseils pour la réalisation de telles connexions pour assurer le respect des exigences de la clause 16 de la norme IEC 60601-1:2005.

Le tympanomètre Otowave 102 utilise un moyen de communication par infrarouge reconnu (un port IrDA) afin de réduire tout danger potentiel résultant de l'utilisation d'appareils branchés sur secteur se connectant à cette interface.

Les équipements externes destinés à être connectés à l'entrée du signal, à la sortie du signal ou à d'autres connecteurs devront se conformer aux normes IEC ou internationales pertinentes (p. ex. IEC 60950, CISPR 22 & CISPR 24 pour les équipements de TI, et la série IEC 60601 pour les équipements électriques médicaux).

Les équipements non conformes aux normes IEC 60601 seront maintenus hors de l'environnement du patient, tel que défini par IEC 60601-1:2005 (à au moins 1,5 m du patient).

L'opérateur ne doit pas toucher les équipements connectés et le patient simultanément, car cela représenterait un risque inacceptable.

Les schémas 1 & 2 ci-dessous illustrent les configurations typiques de connexion des équipements périphériques.

Veillez contacter Amplivox Limited à l'adresse fournie sur la couverture de ce mode d'emploi si vous avez besoin d'un conseil au sujet de l'utilisation de périphériques.



Schéma 1 : Otowave 102 utilisé avec l'imprimante fournie

Prise secteur



Imprimante par connexion IrDA




Câble d'alimentation
de l'imprimante



Tympanomètre
Otowave 102



Schéma 2 : Otowave 102 utilisé avec un ordinateur et une connexion IrDA



Copyright © 2020 Amplivox Ltd.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduites ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans la permission écrite préalable d'Amplivox Ltd.

