OTICON | **More**

Scheda dati tecnici

miniRITE R

60 85 100 105

		More 1	More 2	More 3
Discriminazione vocale	MoreSound Intelligence™	Livello 1	Livello 2	Livello 3
	- Configurazione ambiente	5 opzioni	5 opzioni	3 opzioni
	- Orecchio esterno virtuale	3 configurazioni	1 configurazione	1 configurazione
	- Bilanciamento spaziale	100%	60%	60%
	- Soppressione Rumore Neurale, Difficile/Facile	10 dB/4 dB	6 dB/2 dB	6 dB/0 dB
	- Esaltatore del suono	3 configurazioni	2 configurazioni	1 configurazione
	MoreSound Amplifier™	•	•	•
	Prevenzione del feedback	MoreSound Optimizer™ e Feedback shield	MoreSound Optimizer™ e Feedback shield	MoreSound Optimizer™ e Feedback shield
	Spatial Sound™	4 rilevatori	2 rilevatori	2 rilevatori
	Soft Speech Booster	•	•	•
	Abbassamento frequenze	Speech Rescue™	Speech Rescue™	Speech Rescue™
Qualità sonora	Clear Dynamics	•	•	-
	Priorità all'orecchio migliore	•	•	-
	Ampiezza banda di adattamento	10 kHz	8 kHz	8 kHz
	Bass Boost (streaming)	•	•	•
	Canali di elaborazione	64	48	48
Comfort di ascolto	Gestione rumore transiente	4 configurazioni	3 configurazioni	3 configurazioni
	Gestione rumore del vento	•	•	•
Personalizzazione e ottimizzazione adattamento	Bande di adattamento	24	20	18
	Opzioni di direzionalità multipla	•	•	•
	Gestione adattamento	•	•	•
	Criteri di adattamento	VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL 5.0	VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL 5.0	VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL 5.0
Connessioni esterne	Streaming stereo (2,4 GHz)	•	•	•
	Oticon ON App e Oticon RemoteCare App	•	•	•
	ConnectClip	•	•	•
	EduMic	•	•	•
	Telecomando 3.0	•	•	•
	Adattatore TV 3.0	•	•	•
	Adattatore telefonico 2.0	•	•	•
	Tinnitus SoundSupport™	•	•	•

*Ampiezza di banda accessibile per regolazioni di guadagno durante l'adattamento

Condizioni di operatività e di ricarica
Temperatura: da +5°C a +40°C
Umidità relativa: dal 5% al 93%, senza condensa
Pressione atmosferica: da 700 hPa a 1060 hPa

Condizioni di trasporto e stoccaggio
Durante il trasporto e lo stoccaggio, temperatura e umidità non devono superare i limiti seguenti per periodi prolungati di tempo.

Trasporto
Temperatura: da -20°C a +60°C
Umidità relativa: dal 5% al 93%, senza condensa
Pressione atmosferica: da 700 hPa a 1060 hPa

Stoccaggio
Temperatura: da -20°C a +30°C
Umidità relativa: dal 5% al 93%, senza condensa
Pressione atmosferica: da 700 hPa a 1060 hPa

Apple, il logo Apple, iPhone, iPad e iPod touch sono marchi depositati di Apple Inc., registrati negli USA e in altri paesi.

Oticon More™ miniRITE R offre un design discreto alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Questo modello presenta una bobina magnetica e un doppio pulsante a pressione. Offre lo streaming diretto da Apple e da una selezione di dispositivi Android.

MoreSound Intelligence™ riproduce in modo più preciso e naturale i suoni individuali con contrasti più nitidi e distinti.

MoreSound Amplifier™ analizza i dettagli sonori e li amplifica in modo ottimale affinché il cervello possa acquisire le informazioni pertinenti.

Oticon More si basa sull'innovativa piattaforma Polaris™ che utilizza una rete neurale profonda per gestire in maniera rapida e ottimale i suoni in ingresso sulla base delle esigenze individuali. Si possono aggiungere nuove funzioni ed eseguire gli aggiornamenti in modalità wireless.

Oticon BrainHearing Technology Powered by POLARIS

TwinLink NFMI + 2,4 GHz

Made for iPhone | iPad | iPod

IP68

Per informazioni sulla compatibilità, visitare il sito www.oticon.global/connectivity

oticon life-changing technology

Oticon More 1

miniRITE R 60



60

Chiocciola, Bass e Power dome

OpenBass dome

Informazioni tecniche
Se non diversamente specificato, è stata utilizzata la modalità omnidirezionale.

		Simulatore d'orecchio Misurazioni effettuate secondo gli standard IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV e IEC 60318-4:2010	**Accoppiatore 2CC** Misurazioni effettuate secondo gli standard ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 e IEC 60318-5:2006
		OSPL90 	OSPL90 
		Massimo guadagno 	Massimo guadagno 
		Risposta in frequenza 	Risposta in frequenza 
		Ingresso acustico: 60 dB SPL Ingresso magnetico: 31,6 mA/m	
OSPL90	Picco	116 dB SPL	106 dB SPL
	1600 Hz	110 dB SPL	102 dB SPL
	HFA-OSPL90	110 dB SPL	103 dB SPL
Guadagno massimo[1]	Picco	46 dB	36 dB
	1600 Hz	37 dB	29 dB
	HFA-FOG	38 dB	30 dB
Test del guadagno di riferimento		31 dB	26 dB
Range frequenziale		100-9600 Hz	100-9400 Hz
Uscita bobina magnetica (1600 Hz)	Campo 1 mA/m	68 dB SPL	-
	Campo 10 mA/m	88 dB SPL	-
	SPLITS Sx/Dx	-	83/83 dB SPL
Distorsione armonica totale (ingresso 70 dB SPL)	500 Hz	<2 %	<2 %
	800 Hz	<3 %	<2 %
	1600 Hz	<2 %	<2 %
Livello di rumore equivalente in ingresso	Omni	18 dB SPL	17 dB SPL
	Dir	26 dB SPL	28 dB SPL
Batteria		Ioni di litio	Ioni di litio
Durata operativa stimata, in ore[2]		24	

1) Misurato con il controllo del guadagno dell'apparecchio acustico regolato al massimo meno 20 dB e con un ingresso SPL di 70 dB. Questo per ottenere una risposta di guadagno pari a quella di massimo guadagno da, ad esempio, IEC 60118-0:1983+A1:1994 ma senza l'influenza del feedback.
2) L'intervallo operativo previsto per la batteria ricaricabile dipende dal pattern di utilizzo, della serie di funzioni attive, dalla perdita uditiva, dall'ambiente sonoro, dall'età della batteria e dall'utilizzo di accessori wireless.

Oticon More 2 e 3

miniRITE R 60



60

Chiocciola, Bass e Power dome

OpenBass dome

Informazioni tecniche
Se non diversamente specificato, è stata utilizzata la modalità omnidirezionale.

		Simulatore d'orecchio Misurazioni effettuate secondo gli standard IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV e IEC 60318-4:2010	**Accoppiatore 2CC** Misurazioni effettuate secondo gli standard ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 e IEC 60318-5:2006
		OSPL90 	OSPL90 
		Massimo guadagno 	Massimo guadagno 
		Risposta in frequenza 	Risposta in frequenza 

Ingresso acustico: 60 dB SPL
Ingresso magnetico: 31,6 mA/m

OSPL90	Picco	116 dB SPL	106 dB SPL
	1600 Hz	110 dB SPL	102 dB SPL
	HFA-OSPL90	110 dB SPL	103 dB SPL
Guadagno massimo[1]	Picco	46 dB	36 dB
	1600 Hz	37 dB	29 dB
	HFA-FOG	38 dB	30 dB
Test del guadagno di riferimento		31 dB	26 dB
Range frequenziale		100-7500 Hz	100-7500 Hz
Uscita bobina magnetica (1600 Hz)	Campo 1 mA/m	68 dB SPL	-
	Campo 10 mA/m	88 dB SPL	-
	SPLITS Sx/Dx	-	83/83 dB SPL
Distorsione armonica totale (ingresso 70 dB SPL)	500 Hz	<2 %	<2 %
	800 Hz	<3 %	<2 %
	1600 Hz	<2 %	<2 %
Livello di rumore equivalente in ingresso	Omni	19 dB SPL	17 dB SPL
	Dir	26 dB SPL	29 dB SPL
Batteria		Ioni di litio	Ioni di litio
Durata operativa stimata, in ore[2]		24	

1) Misurato con il controllo del guadagno dell'apparecchio acustico regolato al massimo meno 20 dB e con un ingresso SPL di 70 dB. Questo per ottenere una risposta di guadagno pari a quella di massimo guadagno da, ad esempio, IEC 60118-0:1983+A1:1994 ma senza l'influenza del feedback.
2) L'intervallo operativo previsto per la batteria ricaricabile dipende dal pattern di utilizzo, della serie di funzioni attive, dalla perdita uditiva, dall'ambiente sonoro, dall'età della batteria e dall'utilizzo di accessori wireless.

Oticon More 1

miniRITE R 85



85

Chiocciola, Bass e Power dome

OpenBass dome

Informazioni tecniche
Se non diversamente specificato, è stata utilizzata la modalità omnidirezionale.

		Simulatore d'orecchio Misurazioni effettuate secondo gli standard IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV e IEC 60318-4:2010	**Accoppiatore 2CC** Misurazioni effettuate secondo gli standard ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 e IEC 60318-5:2006
		OSPL90 	OSPL90 
		Massimo guadagno 	Massimo guadagno 
		Risposta in frequenza 	Risposta in frequenza 

Ingresso acustico: 60 dB SPL
Ingresso magnetico: 31,6 mA/m

OSPL90	Picco	127 dB SPL	117 dB SPL
	1600 Hz	121 dB SPL	113 dB SPL
	HFA-OSPL90	122 dB SPL	114 dB SPL
Guadagno massimo[1]	Picco	66 dB	55 dB
	1600 Hz	53 dB	45 dB
	HFA-FOG	56 dB	48 dB
Test del guadagno di riferimento		46 dB	37 dB
Range frequenziale		100-9500 Hz	100-8900 Hz
Uscita bobina magnetica (1600 Hz)	Campo 1 mA/m	84 dB SPL	-
	Campo 10 mA/m	104 dB SPL	-
	SPLITS Sx/Dx	-	94/94 dB SPL
Distorsione armonica totale (ingresso 70 dB SPL)	500 Hz	<2 %	<2 %
	800 Hz	<4 %	<2 %
	1600 Hz	<5 %	<2 %
Livello di rumore equivalente in ingresso	Omni	21 dB SPL	18 dB SPL
	Dir	29 dB SPL	28 dB SPL
Batteria		Ioni di litio	Ioni di litio
Durata operativa stimata, in ore[2]		24	

1) Misurato con il controllo del guadagno dell'apparecchio acustico regolato al massimo meno 20 dB e con un ingresso SPL di 70 dB. Questo per ottenere una risposta di guadagno pari a quella di massimo guadagno da, ad esempio, IEC 60118-0:1983+A1:1994 ma senza l'influenza del feedback.
2) L'intervallo operativo previsto per la batteria ricaricabile dipende dal pattern di utilizzo, della serie di funzioni attive, dalla perdita uditiva, dall'ambiente sonoro, dall'età della batteria e dall'utilizzo di accessori wireless.

Oticon More 2 e 3

miniRITE R 85



85

Chiocciola, Bass e Power dome

OpenBass dome

Informazioni tecniche
Se non diversamente specificato, è stata utilizzata la modalità omnidirezionale.

Ingresso acustico: 60 dB SPL
Ingresso magnetico: 31,6 mA/m

		Simulatore d'orecchio Misurazioni effettuate secondo gli standard IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV e IEC 60318-4:2010	**Accoppiatore 2CC** Misurazioni effettuate secondo gli standard ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 e IEC 60318-5:2006
		OSPL90 	OSPL90 
		Massimo guadagno 	Massimo guadagno 
		Risposta in frequenza 	Risposta in frequenza 
OSPL90	Picco	127 dB SPL	117 dB SPL
	1600 Hz	121 dB SPL	113 dB SPL
	HFA-OSPL90	122 dB SPL	114 dB SPL
Guadagno massimo[1]	Picco	66 dB	55 dB
	1600 Hz	53 dB	45 dB
	HFA-FOG	56 dB	48 dB
Test del guadagno di riferimento		46 dB	37 dB
Range frequenziale		100-7500 Hz	100-7500 Hz
Uscita bobina magnetica (1600 Hz)	Campo 1 mA/m	84 dB SPL	-
	Campo 10 mA/m	104 dB SPL	-
	SPLITS Sx/Dx	-	94/94 dB SPL
Distorsione armonica totale (ingresso 70 dB SPL)	500 Hz	<2 %	<2 %
	800 Hz	<4 %	<2 %
	1600 Hz	<5 %	<2 %
Livello di rumore equivalente in ingresso	Omni	22 dB SPL	18 dB SPL
	Dir	29 dB SPL	27 dB SPL
Batteria		Ioni di litio	Ioni di litio
Durata operativa stimata, in ore[2]		24	

1) Misurato con il controllo del guadagno dell'apparecchio acustico regolato al massimo meno 20 dB e con un ingresso SPL di 70 dB. Questo per ottenere una risposta di guadagno pari a quella di massimo guadagno da, ad esempio, IEC 60118-0:1983+A1:1994 ma senza l'influenza del feedback.
2) L'intervallo operativo previsto per la batteria ricaricabile dipende dal pattern di utilizzo, della serie di funzioni attive, dalla perdita uditiva, dall'ambiente sonoro, dall'età della batteria e dall'utilizzo di accessori wireless.

Oticon More 1

miniRITE R 100



100

Power Flex Mould, Bass e Power Dome

Informazioni tecniche
Se non diversamente specificato, è stata utilizzata la modalità omnidirezionale.

Avvertenza per il distributore di apparecchi acustici
L'uscita massima di questi apparecchi acustici può eccedere i 132 dB SPL (IEC 711). Si raccomanda pertanto di usare la massima cautela nella selezione, adattamento e utilizzo degli apparecchi acustici per evitare possibili rischi di danneggiare l'udito residuo del paziente.

——— Ingresso acustico: 60 dB SPL
– – – – Ingresso magnetico: 31,6 mA/m

		Simulatore d'orecchio Misurazioni effettuate secondo gli standard IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV e IEC 60318-4:2010	**Accoppiatore 2CC** Misurazioni effettuate secondo gli standard ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 e IEC 60318-5:2006
		OSPL90 	OSPL90 
		Massimo guadagno 	Massimo guadagno 
		Risposta in frequenza 	Risposta in frequenza 
OSPL90	Picco	132 dB SPL	124 dB SPL
	1600 Hz	130 dB SPL	122 dB SPL
	HFA-OSPL90	127 dB SPL	120 dB SPL
Guadagno massimo[1]	Picco	66 dB	57 dB
	1600 Hz	60 dB	52 dB
	HFA-FOG	61 dB	53 dB
Test del guadagno di riferimento		53 dB	42 dB
Range frequenziale		100-8900 Hz	100-7500 Hz
Uscita bobina magnetica (1600 Hz)	Campo 1 mA/m	91 dB SPL	-
	Campo 10 mA/m	111 dB SPL	-
	SPLITS Sx/Dx	-	100/100 dB SPL
Distorsione armonica totale (ingresso 70 dB SPL)	500 Hz	<9 %	<2 %
	800 Hz	<6 %	<2 %
	1600 Hz	<3 %	<2 %
Livello di rumore equivalente in ingresso	Omni	17 dB SPL	16 dB SPL
	Dir	26 dB SPL	28 dB SPL
Batteria		Ioni di litio	Ioni di litio
Durata operativa stimata, in ore[2]		24	

1) Misurato con il controllo del guadagno dell'apparecchio acustico regolato al massimo meno 20 dB e con un ingresso SPL di 70 dB. Questo per ottenere una risposta di guadagno pari a quella di massimo guadagno da, ad esempio, IEC 60118-0:1983+A1:1994 ma senza l'influenza del feedback.
2) L'intervallo operativo previsto per la batteria ricaricabile dipende dal pattern di utilizzo, della serie di funzioni attive, dalla perdita uditiva, dall'ambiente sonoro, dall'età della batteria e dall'utilizzo di accessori wireless.

Oticon More 2 e 3

miniRITE R 100



100

Power Flex Mould, Bass e Power Dome

Informazioni tecniche
Se non diversamente specificato, è stata utilizzata la modalità omnidirezionale.

Avvertenza per il distributore di apparecchi acustici
L'uscita massima di questi apparecchi acustici può eccedere i 132 dB SPL (IEC 711). Si raccomanda pertanto di usare la massima cautela nella selezione, adattamento e utilizzo degli apparecchi acustici per evitare possibili rischi di danneggiare l'udito residuo del paziente.

——— Ingresso acustico: 60 dB SPL
– – – – Ingresso magnetico: 31,6 mA/m

Simulatore d'orecchio
Misurazioni effettuate secondo gli standard IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV e IEC 60318-4:2010

OSPL90



Massimo guadagno



Risposta in frequenza



Accoppiatore 2CC
Misurazioni effettuate secondo gli standard ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 e IEC 60318-5:2006

OSPL90



Massimo guadagno



Risposta in frequenza



OSPL90	Picco	132 dB SPL	124 dB SPL
	1600 Hz	130 dB SPL	122 dB SPL
	HFA-OSPL90	127 dB SPL	120 dB SPL
Guadagno massimo[1]	Picco	66 dB	57 dB
	1600 Hz	60 dB	52 dB
	HFA-FOG	61 dB	53 dB
Test del guadagno di riferimento		53 dB	42 dB
Range frequenziale		100-7500 Hz	100-7500 Hz
Uscita bobina magnetica (1600 Hz)	Campo 1 mA/m	91 dB SPL	-
	Campo 10 mA/m	111 dB SPL	-
	SPLITS Sx/Dx	-	100/100 dB SPL
Distorsione armonica totale (ingresso 70 dB SPL)	500 Hz	<9 %	<2 %
	800 Hz	<6 %	<2 %
	1600 Hz	<3 %	<2 %
Livello di rumore equivalente in ingresso	Omni	17 dB SPL	17 dB SPL
	Dir	26 dB SPL	29 dB SPL
Batteria		Ioni di litio	Ioni di litio
Durata operativa stimata, in ore[2]		24	

1) Misurato con il controllo del guadagno degli apparecchi acustici regolato al massimo meno 20 dB e con un ingresso SPL di 70 dB. Questo per ottenere una risposta di guadagno pari a quella di massimo guadagno da, ad esempio, IEC 60118-0:1983+A1:1994 ma senza l'influenza del feedback.
2) L'intervallo operativo previsto per la batteria ricaricabile dipende dal pattern di utilizzo, della serie di funzioni attive, dalla perdita uditiva, dall'ambiente sonoro, dall'età della batteria e dall'utilizzo di accessori wireless.

Oticon More 1

miniRITE R 105



105

Mould Power Flex

Informazioni tecniche
Se non diversamente specificato, è stata utilizzata la modalità omnidirezionale.

Avvertenza per il distributore di apparecchi acustici
L'uscita massima di questi apparecchi acustici può eccedere i 132 dB SPL (IEC 711). Si raccomanda pertanto di usare la massima cautela nella selezione e nell'adattamento degli apparecchi acustici per evitare possibili rischi di danneggiare l'udito residuo del paziente.

Ingresso acustico: 60 dB SPL
Ingresso magnetico: 31,6 mA/m

		Simulatore d'orecchio Misurazioni effettuate secondo gli standard IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV e IEC 60318-4:2010	**Accoppiatore 2CC** Misurazioni effettuate secondo gli standard ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 e IEC 60318-5:2006
		OSPL90 	OSPL90 
		Massimo guadagno 	Massimo guadagno 
		Risposta in frequenza 	Risposta in frequenza 
OSPL90	Picco	135 dB SPL	127 dB SPL
	1600 Hz	133 dB SPL	126 dB SPL
	HFA-OSPL90	131 dB SPL	123 dB SPL
Guadagno massimo[1]	Picco	72 dB	64 dB
	1600 Hz	66 dB	59 dB
	HFA-FOG	65 dB	58 dB
Guadagno del test di riferimento		58 dB	47 dB
Range frequenziale		100-9100 Hz	100-7900 Hz
Uscita della bobina magnetica (1600 Hz)	Campo 1 mA/m	96 dB SPL	-
	Campo 10 mA/m	116 dB SPL	-
	SPLITS Sx/Dx	-	105/105 dB SPL
Distorsione armonica totale (ingresso 70 dB SPL)	500 Hz	<2 %	<2 %
	800 Hz	<2 %	<2 %
	1600 Hz	<4 %	<2 %
Livello di rumore equivalente in ingresso	Omni	16 dB SPL	16 dB SPL
	Dir	25 dB SPL	28 dB SPL
Batteria		Ioni di litio	Ioni di litio
Durata operativa prevista, ore[2]		24	

1) Misurato con il controllo del guadagno dell'apparecchio acustico regolato al massimo meno 20 dB e con un ingresso SPL di 70 dB. Questo per ottenere una risposta di guadagno pari a quella di massimo guadagno da, ad esempio, IEC 60118-0:1983+A1:1994 ma senza l'influenza del feedback.
2) L'intervallo operativo previsto per la batteria ricaricabile dipende dal pattern di utilizzo, della serie di funzioni attive, dalla perdita uditiva, dall'ambiente sonoro, dall'età della batteria e dall'utilizzo di accessori wireless.

Oticon More 2 e 3

miniRITE R 105



105

Power Flex Mould

Informazioni tecniche
Se non diversamente specificato, è stata utilizzata la modalità omnidirezionale.

Avvertenza per il distributore di apparecchi acustici
L'uscita massima di questi apparecchi acustici può eccedere i 132 dB SPL (IEC 711). Si raccomanda pertanto di usare la massima cautela nella selezione, adattamento e utilizzo degli apparecchi acustici per evitare possibili rischi di danneggiare l'udito residuo del paziente.

Ingresso acustico: 60 dB SPL
Ingresso magnetico: 31,6 mA/m

		Simulatore d'orecchio Misurazioni effettuate secondo gli standard IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV e IEC 60318-4:2010	**Accoppiatore 2CC** Misurazioni effettuate secondo gli standard ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 e IEC 60318-5:2006
		OSPL90 	OSPL90 
		Massimo guadagno 	Massimo guadagno 
		Risposta in frequenza 	Risposta in frequenza 
OSPL90	Picco	135 dB SPL	127 dB SPL
	1600 Hz	133 dB SPL	126 dB SPL
	HFA-OSPL90	131 dB SPL	123 dB SPL
Guadagno massimo[1]	Picco	72 dB	64 dB
	1600 Hz	66 dB	59 dB
	HFA-FOG	65 dB	58 dB
Test del guadagno di riferimento		58 dB	47 dB
Range frequenziale		100-7500 Hz	100-7500 Hz
Uscita bobina magnetica (1600 Hz)	Campo 1 mA/m	96 dB SPL	-
	Campo 10 mA/m	116 dB SPL	-
	SPLITS Sx/Dx	-	104/104 dB SPL
Distorsione armonica totale (ingresso 70 dB SPL)	500 Hz	<2 %	<2 %
	800 Hz	<2 %	<2 %
	1600 Hz	<4 %	<2 %
Livello di rumore equivalente in ingresso	Omni	16 dB SPL	16 dB SPL
	Dir	25 dB SPL	28 dB SPL
Batteria		Ioni di litio	Ioni di litio
Durata operativa stimata, in ore[2]		24	

1) Misurato con il controllo del guadagno degli apparecchi acustici regolato al massimo meno 20 dB e con un ingresso SPL di 70 dB. Questo per ottenere una risposta di guadagno pari a quella di massimo guadagno da, ad esempio, IEC 60118-0:1983+A1:1994 ma senza l'influenza del feedback.
2) L'intervallo operativo previsto per la batteria ricaricabile dipende dal pattern di utilizzo, della serie di funzioni attive, dalla perdita uditiva, dall'ambiente sonoro, dall'età della batteria e dall'utilizzo di accessori wireless.

Sede centrale
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarca

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarca

223053IT / 2020.10.13 / v1