

Gebruiksaanwijzing

IIC - CIC - ITC
ITE HS - ITE FS

Oticon Jet



Made for

iPhone | iPad | iPod

oticon
life-changing technology

Modellenoverzicht

Dit boekje is van toepassing op de Oticon Jet hoortoestelfamilie in de volgende modellen, batterijtypes en uitvoeringen:

FW 1.0

- Oticon Jet 1
- Oticon Jet 2

GTIN: (01) 05714464060962

GTIN: (01) 05714464060979

Batterijtype

- 10
- 312
- 13

Bluetooth® Ja Nee

Uitvoeringen

- IIC Invisible-In-the-Canal
- CIC Completely-In-the-Canal
- ITC In-the-Canal
- ITE HS In-het-oor Half Shell
- ITE FS In-het-oor Full Shell

Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe hoortoestellen. Lees het boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk **Waarschuwingen** niet. Dit helpt u het maximale voordeel uit uw nieuwe hoortoestel te halen.

Uw hoorzorgprofessional heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat het aan uw behoeften voldoet. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw hoorzorgprofessional.

Een hoorzorgprofessional (hoortoestelprofessional, audioloog, KNO-arts (keel, neus en oor)) is een persoon die goed is opgeleid en die beschikt over de bekwaamheid om gehoor te testen, hoortoestellen te selecteren en aan te passen en revalidatiezorg te leveren aan personen met gehoorverlies.

De opleiding van de hoorzorgprofessional is in overeenstemming met nationale of regionale regelgeving.

*De functienaam kan verschillen van land tot land.

Dit boekje is voorzien van een navigatiebalk, zodat u gemakkelijk door de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.

| **Over** | Aan de slag | Dagelijks gebruik | Opties | Tinnitus | Waarschuwingen | Aanvullende informatie |

Beoogd gebruik

Beoogd gebruik	Het hoortoestel is bedoeld voor het versterken en overbrengen van geluid naar het oor.
Aanwijzingen voor gebruik	Bilateraal of eenzijdig gehoorverlies van een sensorineuraal, geleidend of gemengd type, variërend van een licht (25 dB HL*) tot een ernstig (80 dB HL*) gehoorverlies, met een individuele frequentieconfiguratie.
Beoogde gebruiker	Personen met gehoorverlies die een hoortoestel dragen en hun zorgverleners. Hoorzorgprofessional die verantwoordelijk is voor het afstellen van het hoortoestel.
Bedoelde gebruikersgroep	Volwassenen.
Gebruiksomgeving	Binnen- en buitenshuis.
Contra-indicaties	Niet geschikt voor baby's jonger dan 36 maanden.** Gebruikers van actieve implantaten dienen op te letten bij gebruik van het hoortoestel. Lees voor meer informatie het hoofdstuk Waarschuwingen .
Klinische voordelen	Het hoortoestel is ontworpen om beter spraakverstaan te leveren om communicatie te vergemakkelijken met als doel de levenskwaliteit te verbeteren.

- * Zoals gespecificeerd door de American Speech-Language-Hearing Association, asha.org, waarbij gebruik wordt gemaakt van een zuivere toon gemiddelde (PTA) van 0,5, 1 en 2 kHz.
- ** In overeenstemming met de huidige versterkingsrichtlijnen voor kinderen worden op maat gemaakte hoortoestellen doorgaans niet in aanmerking genomen voor kinderen van welke leeftijd dan ook. Een hoorzorgprofessional kan deze echter in bijzondere omstandigheden en van geval tot geval kiezen voor kinderen ouder dan 36 maanden.

BELANGRIJKE OPMERKING

Uw hoorzorgprofessional heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat de versterking specifiek aan uw gehoor is aangepast en voor u optimaal is.

Inhoudsopgave

Over

Nagaan welk hoortoestel u heeft	12
Hoortoestellen met batterijtype 10	13
Hoortoestellen met batterijtype 312	14
Hoortoestellen met batterijtype 13	15
Nagaan wat het linker- en rechterhoortoestel is	16
MultiTool voor het hanteren van batterijen en schoonmaken	17

Aan de slag

Het hoortoestel AAN- en UITzetten	18
Vervang de batterij	19
De batterij vervangen	20

Dagelijks gebruik

Het hoortoestel plaatsen	22
Uw hoortoestel verwijderen	23
Onderhoud van uw hoortoestel	24
Vervanging van het filter	26
ProWax miniFit filter vervangen	27
T-Cap filter vervangen	28
O-Cap filter vervangen	29

	Programma wijzigen	30
	Volume wijzigen met druktoets	32
	Volume wijzigen met volumewiel	33
Opties		
	Het hoortoestel dempen	34
	Vliegtuigmodus	35
	Uw hoortoestellen met iPhone, iPad en iPod touch gebruiken	36
	Draadloze accessoires	37
	Overige opties	39
	Optionele functies en accessoires	40
Tinnitus		
	Tinnitus SoundSupport™ (optioneel)	42
	Richtlijnen voor gebruikers van Tinnitus SoundSupport	43
	Geluidsopties en volumeregeling	44
	Beperking van de gebruikstijd	49
	Belangrijke informatie voor hoorzorgprofessional over Tinnitus SoundSupport	50
	Waarschuwingen met betrekking tot Tinnitus	52

Zie volgende pagina

Inhoudsopgave

Waarschuwingen

Algemene waarschuwingen	53
-------------------------	----

Aanvullende informatie

Problemen oplossen	58
Water- en stofbestendig (IP68)	60
Gebruiksvoorwaarden	61
Garantie	62
Internationale garantie	63
Technische informatie	64
Uw individuele hoortoestelinstellingen	69


Nagaan welk hoortoestel u heeft

Er zijn verschillende uitvoeringen voor uw in-het-oor hoortoestel met verschillende batterijtypes. Zie het modellenoverzicht voor uw uitvoering en batterijtype. Hierdoor is het voor u gemakkelijker om door dit boekje te navigeren.

Hoortoestellen met batterijtype 10

(CIC weergegeven)

Wat is het en wat doet het




De componenten kunnen anders geplaatst zijn op uw hoortoestellen.

Hoortoestellen met batterijtype 312

(ITC weergegeven)

Wat is het en wat doet het




Hoortoestellen met batterijtype 13

(ITE HS weergegeven)

Wat is het en wat doet het

Druktoets (optioneel)
Dempen, volume wijzigen
en programma


Volumewiel
(optioneel)
Volume wijzigen



Microfoonopening
Geluid in

Venting

Batterijlade
Bevat de batterij en
werkt als een AAN/UIT-
schakelaar




Venting

Geluidsoopening
Geluid uit

De componenten kunnen anders geplaatst zijn op uw hoortoestellen.

Nagaan wat het linker- en rechterhoortoestel is

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen het linker- en rechterhoortoestel omdat ze mogelijk verschillend gevormd en geprogrammeerd zijn.




Een **BLAUWE** behuizing, stip of tekst geeft aan dat het om het **LINKER**hoortoestel gaat

Een **RODE** behuizing, stip of tekst geeft aan dat het om een **RECHTER**hoortoestel gaat

MultiTool voor het hanteren van batterijen en schoonmaken

De MultiTool is voorzien van een magneet waardoor het gemakkelijker is om de batterij van het hoortoestel te vervangen. Het is ook voorzien van een borstel en een draadlus voor schoonmaken en het verwijderen van oorsmeer. Als de venting heel klein is, hebt u mogelijk een speciale tool nodig. Als u een nieuwe tool nodig heeft, neem dan contact op met uw hoorzorgprofessional.



BELANGRIJKE OPMERKING


De meegeleverde MultiTool heeft een ingebouwde magneet. Houd de MultiTool minimaal 30 cm verwijderd van creditcards en andere magnetisch gevoelige voorwerpen.

Het hoortoestel AAN- en UITzetten

De batterijlade wordt tevens gebruikt voor het aan- en uitzetten van het hoortoestel. Om de batterij te sparen, raden we aan het hoortoestel UIT te schakelen wanneer u het niet draagt. U kunt de standaardinstellingen van uw hoortoestel eenvoudig herstellen door de batterijlade te openen en weer te sluiten (snelle reset).


INSCHAKELEN

Doe de batterijlade (met batterij) dicht.



UITSCHAKELEN

Doe de batterijlade open.



Opmerking: Open de batterijlade volledig zodat de batterij niet leeg raakt als u het toestel niet gebruikt, met name 's nachts of wanneer u het toestel een langere periode niet gebruikt, om het binnenin verzamelde vocht te laten verdampen.

Vervang de batterij

Als het tijd is om de batterij te verwisselen, hoort u drie piepjes die met regelmatige tussenpozen worden herhaald totdat de batterij leeg is.

 **Drie piepjes***
= de batterij is bijna leeg

 **Vier piepjes**
= de batterij is leeg

Batterij tip


Om ervoor te zorgen dat het hoortoestel altijd werkt, adviseren we reservebatterijen bij u te dragen of de batterij te vervangen voordat u van huis vertrekt.

* Als uw hoortoestel Bluetooth® heeft, dan wordt dit uitgeschakeld en is het niet mogelijk om draadloze accessoires te gebruiken.

Opmerking: Batterijen moeten vaker worden vervangen als u audio of muziek naar uw hoortoestel streamt.


De batterij vervangen

1. Verwijderen



Open de batterijlade volledig. Verwijder de batterij.


2. Sticker verwijderen



Haal het etiket van de +-zijde van de nieuwe batterij.


Tip:
Wacht 2 minuten, zodat de batterijlade lucht kan opnemen voor een optimale werking.

3. Plaatsen




Plaats de nieuwe batterij in de batterijlade. Zorg ervoor dat de +-zijde van de batterij en de batterijlade uitgelijnd zijn.

4. Sluiten



Sluit de batterijlade. Het hoortoestel speelt een melodietje. Houd het hoortoestel dichtbij uw oor om het melodietje te kunnen horen.

Tip



De MultiTool kan gebruikt worden voor het vervangen van de batterij. Gebruik het magnetische uiteinde voor het verwijderen en het plaatsen van batterijen.


Het hoortoestel plaatsen

Stap 1



Plaats de tip van het hoortoestel in uw gehoorgang.

Stap 2



Trek uw oor voorzichtig naar buiten, druk het hoortoestel in de gehoorgang en draai er een beetje aan als dat nodig is. Volg de natuurlijke contouren van de gehoorgang. Druk op het hoortoestel om ervoor te zorgen dat het comfortabel in het oor zit.

Uw hoortoestel verwijderen

Houd het hoortoestel aan het trekkoordje vast (indien beschikbaar). Trek het hoortoestel voorzichtig uit de gehoorgang.

Als uw toestel geen trekkoordje heeft kunt u hem verwijderen door aan de zijkant van het hoortoestel te trekken.

BELANGRIJKE OPMERKING


Gebruik de batterijlade NIET als handvat voor het plaatsen of uitnemen van uw hoortoestel, omdat het niet daarvoor is ontworpen.

Onderhoud van uw hoortoestel


Houd uw hoortoestel tijdens het schoonmaken boven een zachte ondergrond, zodat het niet beschadigd raakt als u het laat vallen.

Het hoortoestel reinigen


Borstel voorzichtig het vuil weg uit de microfoonopeningen met een schone borstel. Borstel voorzichtig het oppervlak schoon. Zorg ervoor dat de filters er niet afvallen.



Reinig de venting door de borstel door de opening te drukken en hem tegelijkertijd licht te draaien.



- Als de venting heel klein is, hebt u mogelijk een speciale tool nodig. Neem contact op met uw hoorzorgprofessional.



BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik een zachte, droge doek om het hoortoestel schoon te maken. Het hoortoestel mag nooit worden ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.

Vervanging van het filter

De filters voorkomen dat oorsmeer en vuil het hoortoestel beschadigen. Als de filters verstopt raken, vervangt u het oorsmeerfilter of neemt u contact op met uw hoorzorgprofessional.

- Het ProWax miniFit filter beschermt de geluidsopening.
- De O-Cap en T-Cap beschermen de microfoonopening.

Raadpleeg de volgende pagina's voor instructies over het vervangen van de juiste filters.


BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik altijd hetzelfde type oorsmeerfilter als het origineel dat bij de hoortoestellen wordt geleverd.

Als u twijfelt over het gebruiken of vervangen van uw ProWax miniFit filters, neem dan contact op met uw hoorzorgprofessional.


ProWax miniFit filter vervangen

1. Tool




Verwijder de tool uit de behuizing. De tool heeft twee pinnetjes, één lege voor het verwijderen van het ProWax miniFit filter en één met het nieuwe ProWax miniFit filter.

2. Verwijderen



Duw het lege pinnetje in het ProWax miniFit filter in het hoortoestel en trek het eruit.

3. Plaatsen




Plaats het nieuwe ProWax miniFit filter met behulp van het andere pinnetje, verwijder de tool en gooi het weg.

T-Cap filter vervangen


(hoortoestellen met batterijtype 10)

1. Tool




Neem de tool uit de verpakking. De tool heeft twee uiteinden, één lege voor het verwijderen van het T-Cap filter en één met het nieuwe T-Cap filter.

2. Verwijderen



Duw de vork van de tool onder het bovenste uiteinde van het gebruikte T-Cap filter en til het eruit.

3. Plaatsen




Plaats het nieuwe T-Cap filter en verwijder de tool door hem licht te draaien. Gooi de tool na gebruik weg.

O-Cap filter vervangen


(hoortoestellen met batterijtypes 312 en 13)

1. Tool




Neem de tool uit de verpakking. De tool heeft twee uiteinden, één lege voor het verwijderen van het O-Cap filter en één met het nieuwe O-Cap filter.

2. Verwijderen



Duw het puntige uiteinde van de tool in het gebruikte O-Cap filter en trek hem eruit.


3. Plaatsen



Plaats het nieuwe O-Cap filter met behulp van het andere uiteinde van de tool en verwijder de tool. Gooi de tool na gebruik weg.

Programma wijzigen

Uw hoortoestel heeft maximaal 4 verschillende programma's.
Deze worden door uw hoorzorgprofessional geprogrammeerd.







• Druk op de toets om van programma te veranderen.
Druk kort op de druktoets als u alleen van programma wilt veranderen en lang als u ook het volume wilt regelen.

NB: als u twee gesynchroniseerde hoortoestellen gebruikt (beide hoortoestellen reageren als een willekeurige druktoets wordt ingedrukt), schakelt het RECHTERhoortoestel vooruit van bijv. programma 1 naar 2 en het LINKERhoortoestel terug van bijv. programma 4 naar 3.

Als uw hoortoestellen onafhankelijk werken moet u de toetsen op beide hoortoestellen indrukken.

In te vullen door de hoorzorgprofessional


Programma	Geluid dat u hoort wanneer dit programma geactiveerd wordt	Wanneer te gebruiken
1	 "1 piepje"	
2	 "2 piepjes"	
3	 "3 piepjes"	
4	 "4 piepjes"	

Overschakelen naar een ander programma:

<input type="checkbox"/> Onafhankelijk	<input type="checkbox"/> Gesynchroniseerd
<input type="checkbox"/> LINKS	<input type="checkbox"/> RECHTS
<input type="checkbox"/> Kort drukken	<input type="checkbox"/> Lang drukken


Volume wijzigen met druktoets

Met behulp van de druktoets kunt u het volume aanpassen. U kunt een klik horen als u het volume verhoogt of verlaagt.



Druk de toets van het RECHTERhoortoestel kort in om het volume te verhogen

Druk de toets van het LINKERhoortoestel kort in om het volume te verlagen



In te vullen door de hoorzorgprofessional


Aanpassen van het volume

LINKS

RECHTS


Volume wijzigen met volumewiel

Met behulp van het volumewiel kunt u het volume aanpassen.
U kunt een klik horen als u het volume verhoogt of verlaagt.




Draai vooruit
voor het
verhogen van
het volume

Draai terug voor
het verlagen van
het volume



Het hoortoestel dempen

U kunt de dempfunctie gebruiken om het hoortoestel te dempen. Alleen beschikbaar voor hoortoestellen met druktoets.



Druk lang op de druktoets (> 2,4 seconden) om het hoortoestel te dempen. Door kort op de toets te drukken, kunt u het hoortoestel weer activeren.

NB: de dempfunctie dempt alleen de microfoon(s) van de hoortoestellen.

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik de dempfunctie niet om de hoortoestellen uit te zetten; de hoortoestellen gebruiken in deze modus nog steeds stroom.


Vliegtuigmodus

(hoortoestellen met Bluetooth en druktoets)

Wanneer u in een vliegtuig stapt of een ruimte betreedt waar het verboden is radiosignalen uit te stralen, bijv. tijdens een vlucht, moet de vliegtuigmodus worden ingeschakeld. Het hoortoestel blijft gewoon werken. U hoeft de vliegtuigmodus slechts op één hoortoestel te activeren om Bluetooth op beide hoortoestellen uit te schakelen. Als uw hoortoestel geen druktoets heeft, moet u uw hoortoestel uitschakelen.

In- en uitschakelen Houd de druktoets minimaal 7 seconden ingedrukt. Een melodietje bevestigt uw handeling.

De vliegtuigmodus wordt ook uitgeschakeld door het openen en sluiten van batterijlade.



Uw hoortoestellen met iPhone, iPad en iPod touch gebruiken

Uw hoortoestellen zijn Made for iPhone® hoortoestellen waarmee u rechtstreeks met een iPhone, iPad® of iPod touch® kunt communiceren.

Voor assistentie bij het gebruik van deze producten met uw hoortoestellen kunt u contact opnemen met uw hoorzorgprofessional of een bezoek brengen aan: www.oticon.nl/connectivity

Om te zien hoe u uw hoortoestellen koppelt met uw iPhone, ga naar: www.oticon.nl/pairing

Ga voor informatie over compatibiliteit naar: www.oticon.nl/compatibility

Gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire speciaal is ontworpen om verbinding te maken met de op de badge aangegeven Apple-producten en dat de ontwikkelaar garandeert dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het beantwoorden ervan aan de veiligheidsnormen en voorschriften.

NB: het gebruik van deze accessoire met iPod, iPhone of iPad kan de draadloze prestaties beïnvloeden.

Draadloze accessoires

Als aanvulling op uw hoortoestellen is een groot aantal draadloze accessoires verkrijgbaar. Deze kunnen u helpen beter te horen en communiceren in veel alledaagse situaties.

ConnectClip

Bij koppeling met uw mobiele telefoon kunt u de hoortoestellen gebruiken als handsfree headset of externe microfoon.

TV Adapter 3.0

Draadloze zender van geluid van televisie en elektronische audioapparaten. De TV Adapter stuurt geluid rechtstreeks naar uw hoortoestellen.

Afstandsbediening 3.0

Mogelijkheid om tussen programma's te schakelen, het volume van uw hoortoestel aan te passen of uw hoortoestel te dempen.

Oticon ON

Een toepassing waarmee u uw hoortoestel kunt bedienen vanaf uw mobiele telefoon of tablet. Voor iPhone, iPad, iPod touch en Android™-apparaten. Zorg ervoor dat u de app alleen downloadt en installeert van de officiële app stores.

Phone Adapter 2.0

Maakt draadloos verbinding met de hoortoestellen via ConnectClip, zodat u vaste telefoons kunt gebruiken.

Ga voor meer informatie naar: www.oticon.nl/connectivity

Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Overige opties

Luisterspoel - optioneel voor bepaalde uitvoeringen

Met een luisterspoel kunt u beter horen als u een telefoon met ingebouwde ringleiding gebruikt of wanneer u in een gebouw met een ringleidingsysteem bent, zoals een schouwburg, kerk of collegezaal. Dit symbool of een vergelijkbaar teken wordt weergegeven op plaatsen waar een ringleidingsysteem aanwezig is.



AutoPhone - optioneel voor bepaalde uitvoeringen

De AutoPhone kan automatisch een telefoonprogramma in het hoortoestel activeren, als u een speciale magneet op uw telefoon plaatst.



Neem voor meer informatie contact op met uw hoorzorgprofessional.

Optionele functies en accessoires

De functies en accessoires die op de volgende pagina's worden beschreven, zijn optioneel. Neem contact op met uw hoorzorgprofessional om erachter te komen hoe uw hoortoestel is geprogrammeerd.

Als u te maken heeft met moeilijke luistersituaties, kan een speciaal programma nuttig zijn. Deze worden door uw hoorzorgprofessional geprogrammeerd.

Noteer luistersituaties waarin u hulp nodig heeft.

Tinnitus SoundSupport™ (optioneel)

Beoogd gebruik van Tinnitus SoundSupport

Tinnitus SoundSupport is een hulpmiddel dat geluiden genereert om tijdelijk verlichting te brengen voor mensen die lijden aan tinnitus, als onderdeel van een tinnitusbeheersingsprogramma. Het is bedoeld voor volwassenen (18 jaar of ouder).

Tinnitus SoundSupport is bestemd voor erkende hoorzorgprofessionals (audiologen, hoortoestelspecialisten of KNO-artsen) die bekend zijn met het beoordelen en behandelen van tinnitus en gehoorverlies. De aanpassing van Tinnitus SoundSupport dient te worden uitgevoerd door een hoorzorgprofessional als onderdeel van een tinnitusbeheersingsprogramma.

Verkrijgbare uitvoeringen met Tinnitus SoundSupport

Alleen beschikbaar voor CIC, ITC, ITE HS en ITE FS hoortoestellen met een druktoets. Raadpleeg het hoofdstuk **Modellenoverzicht** om te zien welke uitvoering hoortoestel u heeft.

Richtlijnen voor gebruikers van Tinnitus SoundSupport

Deze instructies bevatten informatie over Tinnitus SoundSupport. Uw hoorzorgprofessional kan dit geactiveerd hebben in uw hoortoestellen.

Tinnitus SoundSupport is een tinnitusbeheersingsapparaat, bedoeld om geluid te genereren met voldoende intensiteit en bandbreedte om te helpen tinnitus beheersbaar te maken.

Uw hoorzorgprofessional kan u ook de juiste nazorg bieden. Het is belangrijk dat u het advies en de aanwijzingen betreffende deze nazorg opvolgt.

Uitsluitend voor gebruik op voorschrift

Een persoon die meldt last te hebben van tinnitus dient volgens goed gebruik in de gezondheidszorg vóór het gebruik van een geluidsgenerator een medische beoordeling door een erkende oorarts te ondergaan.

Deze beoordeling heeft tot doel om er zeker van te zijn dat alle medisch behandelbare klachten die tinnitus kunnen veroorzaken, onderkend en behandeld zijn vóór het gebruik van de geluidsgenerator.

Geluidsopties en volumeregeling

Tinnitus SoundSupport wordt door uw hoorzorgprofessional geprogrammeerd overeenkomstig uw gehoorverlies en voorkeuren voor tinnitusverlichting. Het heeft een aantal verschillende geluidsopties. U selecteert samen met uw hoorzorgprofessional het/de gewenste geluid(en).

Tinnitus SoundSupport programma's

U beslist samen met uw hoorzorgprofessional voor welke programma's u Tinnitus SoundSupport geactiveerd wilt hebben. De geluidsgenerator kan in maximaal vier verschillende programma's worden geactiveerd.

Dempen

Als u een programma gebruikt waarin Tinnitus SoundSupport is geactiveerd, dempt de dempfunctie alleen het omgevingsgeluid, niet het geluid van Tinnitus SoundSupport. Zie het hoofdstuk: "De microfoon van het hoortoestel dempen".

Volumeregeling met Tinnitus SoundSupport

Wanneer u een hoortoestelprogramma selecteert waarin Tinnitus SoundSupport is ingeschakeld, kan uw hoorzorgprofessional de druktoets of het volumewiel op uw hoortoestel instellen om alleen te functioneren als volumeregeling van het tinnitusgeluid.

Uw hoorzorgprofessional kan de volumeregeling voor de geluidsgenerator op twee manieren instellen:

- A) Het volume wijzigen voor ieder oor afzonderlijk, of
- B) Het volume wijzigen voor beide oren tegelijk.

Volume wijzigen met druktoets

Zie het hoofdstuk **Volume wijzigen met druktoets** voor illustratie

A) Het Tinnitus SoundSupport-volume wijzigen voor ieder oor afzonderlijk
Om het volume te **verhogen** (van slechts één hoortoestel), drukt u herhaaldelijk kort op de druktoets tot het gewenste niveau is bereikt. Het geluid zal bij de eerste paar keer drukken altijd harder zijn totdat u twee signalen hoort. Daarna neemt het volume af.
Om het volume te **verlagen** (van slechts één hoortoestel), blijft u herhaaldelijk kort op de druktoets drukken tot het gewenste niveau is bereikt.

B) Het Tinnitus SoundSupport-volume wijzigen voor beide oren tegelijk
U kunt één hoortoestel gebruiken om het geluid harder te zetten en het andere hoortoestel om het geluid zachter te zetten:
Om het volume te **verhogen**, drukt u herhaaldelijk kort op de druktoets van het RECHTERhoortoestel.
Om het volume te **verlagen**, drukt u herhaaldelijk kort op de druktoets van het LINKERhoortoestel.

In te vullen door uw hoorzorgprofessional.

Volume wijzigen met volumewiel

Zie het hoofdstuk **Volume wijzigen met volumewiel** voor illustratie

A) Het Tinnitus SoundSupport-volume wijzigen voor ieder oor afzonderlijk

Om het volume te **verhogen** (van slechts één hoortoestel), draait u het volumewiel naar voren.

Om het volume te **verlagen** (van slechts één hoortoestel), draait u het volumewiel naar achteren.

B) Het Tinnitus SoundSupport-volume wijzigen voor beide oren tegelijk

U kunt één hoortoestel gebruiken om het geluid van beide hoortoestellen harder of zachter te zetten. Als u het volume van één hoortoestel wijzigt, volgt het volume van het andere toestel.

Om het volume te **verhogen**, draait u het volumewiel naar voren.

Om het volume te **verlagen**, draait u het volumewiel naar achteren.

In te vullen door uw hoorzorgprofessional.

Hoortoestel met Bluetooth

Als uw hoortoestel een Bluetooth-verbinding heeft, kunt u de omgevingsgeluiden in een programma met Tinnitus SoundSupport aanpassen met Afstandsbediening 3.0 of ConnectClip.

Oticon ON voor iPhone, iPad, iPod touch en Android™-apparaten biedt de mogelijkheid om zowel het omgevingsgeluid als de Tinnitus SoundSupport in elk programma rechtstreeks vanuit de app aan te passen.

Beperking van de gebruikstijd

Dagelijks gebruik

Het volumeniveau van Tinnitus SoundSupport kan ingesteld worden op een niveau dat tot permanente gehoorbeschadiging kan leiden als het voor langere tijd wordt gebruikt. Uw hoorzorgprofessional zal u adviseren over de maximale tijd per dag dat u Tinnitus SoundSupport dient te gebruiken. Het dient nooit op een onaangenaam niveau gebruikt te worden.

Zie de tabel "Tinnitus SoundSupport: gebruiksbependingen" in het hoofdstuk **Uw individuele hoortoestelinstellingen** aan het einde van dit boekje om te zien hoeveel uren per dag u veilig gebruik kunt maken van het verlichtingsgeluid van uw hoortoestellen.

Belangrijke informatie voor hoorzorgprofessional over Tinnitus SoundSupport

Omschrijving van het apparaat

Tinnitus SoundSupport is een functiemodule die door een hoorzorgprofessional in de hoortoestellen geactiveerd kan worden.

Maximale draagtijd

De draagtijd van Tinnitus SoundSupport wordt minder als het niveau boven de 80 dB(A) SPL komt. De aanpasssoftware toont automatisch een waarschuwing als het hoortoestel boven de 80 dB(A) SPL komt. Zie "Draagtijdindicatie" naast de tinnitusaanpasgrafiek in de aanpasssoftware.

De volumeregeling is gedeactiveerd

De volumeregeling van de geluidsgenerator is standaard gedeactiveerd op het hoortoestel. Risico op blootstelling aan lawaai is groter als de volumeregeling is geactiveerd.

Als de volumeregeling is geactiveerd

Er kan een waarschuwing worden weergegeven als u de tinnitusvolumeregeling activeert in het scherm “Toetsen en indicatoren”. Dit gebeurt als naar het verlichtingsgeluid kan worden geluisterd op niveaus die gehoorschade kunnen veroorzaken. De tabel “Maximale draagtijd” in de aanpassoftware geeft het aantal uren aan dat de cliënt veilig gebruik kan maken van Tinnitus SoundSupport.

- Let op de maximale draagtijd voor elk programma waarin Tinnitus SoundSupport is geactiveerd.
- Schrijf deze waarden in de tabel: “Tinnitus SoundSupport: gebruiksbependingen” achterin dit boekje.
- Geef uw cliënt overeenkomstige instructies.

Waarschuwingen met betrekking tot Tinnitus

Als uw hoorzorgprofessional de Tinnitus SoundSupport geluidsgenerator heeft geactiveerd, let dan op de volgende waarschuwingen.

Er is een aantal mogelijke problemen verbonden aan het gebruik van geluid dat door een tinnitus management apparaat wordt gegenereerd. Het gaat hier onder meer over het mogelijk verslechteren van tinnitus en/of een mogelijke verandering in gehoordrempels.

Als u een verandering in uw gehoor of tinnitus opmerkt of vaststelt, of duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, hartkloppingen of eventuele huidirritatie bij het contactpunt met het apparaat, staak dan onmiddellijk het gebruik van het apparaat en raadpleeg een arts, audioloog of hoorzorgprofessional.

Zoals bij alle apparaten, kan het misbruik van de geluidsgenerator mogelijk schadelijke effecten veroorzaken. U moet ervoor zorgen dat onbevoegd gebruik voorkomen wordt en dat het apparaat buiten bereik van kinderen en huisdieren wordt gehouden.

Maximale draagtijd

Volg altijd de maximale draagtijd per dag van de Tinnitus SoundSupport die door uw hoorzorgprofessional is geadviseerd. Langdurig gebruik kan leiden tot verslechtering van uw tinnitus of uw gehoorverlies.

Algemene waarschuwingen

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen voordat u uw hoortoestellen gaat gebruiken. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional als er sprake is van onverwachte reacties of ernstige incidenten met uw hoortoestel tijdens het gebruik of door het gebruik ervan. Uw hoorzorgprofessional zal u ondersteunen bij het oplossen van het probleem en, indien nodig, melding doen bij de fabrikant en/of de nationale autoriteiten.

NB: uw hoortoestellen herstellen niet het normale gehoor. Ze voorkomen of verbeteren gehoorverlies door een fysiologische aandoening ook niet.

Hoortoestellen zijn slechts een onderdeel van de hoorrehabilitatie, en moeten mogelijk worden aangevuld met auditieve training en lessen in liplezen.

Uw hoortoestel is slechts een onderdeel van uw gehoorondersteuning en moet mogelijk worden aangevuld met auditieve training en lessen in liplezen.

Gebruik van hoortoestellen

Hoortoestellen mogen alleen gebruikt worden zoals is voorgeschreven en geadviseerd door de hoorzorgprofessional. Onoordeelkundig gebruik kan plotseling en blijvend gehoorverlies veroorzaken.

Laat anderen nooit uw hoortoestel dragen, omdat verkeerd gebruik kan leiden tot permanente gehoorschade.

Gevaar van stikken en het inslikken van batterijen of andere kleine onderdelen

Hoortoestellen onderdelen daarvan en batterijen dienen buiten bereik van kinderen te blijven en van een ieder die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel zou kunnen toebrengen.

Zie volgende pagina

Algemene waarschuwingen

Het is vaker voorgekomen dat batterijen werden aangezien voor pillen. Controleer uw medicijnen daarom zorgvuldig voordat u ze inneemt.

Waarschuw onmiddellijk een arts als een batterij, hoortoestel of klein onderdeel is ingeslikt.

Batterijgebruik

Gebruik altijd batterijen die zijn aanbevolen door uw hoorzorgprofessional. Batterijen van slechte kwaliteit kunnen lekken en lichamelijk letsel veroorzaken.

Probeer nooit om de batterijen opnieuw op te laden en gooi ze niet weg door ze te verbranden. Er is een risico dat de batterijen ontploffen.

Slechte werking

Wees u bewust van de mogelijkheid dat de werking van uw hoortoestellen kan worden beëindigd zonder voorafgaande melding. Houd dit in

gedachten wanneer u afhankelijk bent van waarschuwingsgeluiden (bijv. in het verkeer). Het geluid van uw hoortoestel kan plotseling wegvallen, bijvoorbeeld wanneer de batterij leeg is of het slangetje verstopt is door vocht of oorsmeer.

Actieve implantaten

Het hoortoestel is grondig getest en gekenmerkt voor de menselijke gezondheid volgens internationale normen voor menselijke blootstelling (specifiek absorptietempo - SAR), opgewekt elektromagnetisch vermogen en spanningen in het menselijk lichaam.

De blootstellingswaarden bevinden zich ruim onder de internationaal aanvaarde veiligheidslimieten voor SAR, opgewekt elektromagnetisch vermogen en spanningen in het menselijk lichaam die zijn gedefinieerd in de normen voor de menselijke gezondheid en gelijktijdige aanwezigheid van actieve medische

implantaten zoals pacemakers en hartdefibrillatoren.

De AutoPhone-magneet of MultiTool (die een ingebouwde magneet heeft), dient minstens 30 centimeter van het implantaat verwijderd te blijven; draag het bijvoorbeeld niet in uw borstzak. Volg bij het gebruik met magneten de richtlijnen van fabrikanten van implanteerbare defibrillatoren en pacemakers.

Als u een actief hersenimplantaat heeft, neem dan contact op met de fabrikant van het implantaat over het risico op verstoring.

Röntgenfoto's, CT-, MRI- en PET-scans, elektrotherapie en operaties

Verwijder uw hoortoestel vóór het maken van een röntgenfoto en bij CT-, MRI-, en PET-scans, elektrotherapie of een operatie. Het hoortoestel kan beschadigen bij blootstelling aan sterke elektromagnetische velden.

Hitte en chemicaliën

Stel uw hoortoestel nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door het te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto.

Het hoortoestel mag niet worden gedroogd in een magnetron of oven.

Chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum, aftershave lotion, zonnebrandcrème en insectenspray, kunnen uw hoortoestel beschadigen. Verwijder daarom altijd uw hoortoestel voordat u dergelijke producten aanbrengt en neem de tijd om het te laten drogen, voordat u uw hoortoestel weer plaatst.

Algemene waarschuwingen

Power hoortoestel

Bij het kiezen, passen en gebruiken van een hoortoestel met een maximale geluidsdruk van meer dan 132 dB SPL (IEC 60318-4 / IEC 711) is bijzondere aandacht vereist, omdat er een risico bestaat van aantasting van het resterende gehoor van de gebruiker van het hoortoestel. Raadpleeg het hoofdstuk Uw individuele hoortoestelinstellingen in dit boekje om te zien of uw hoortoestel een power hoortoestel is.

Mogelijke bijwerkingen

Hoortoestellen en oorstukjes kunnen een versnelde ophoping van oorsmeer veroorzaken.

De anti-allergene materialen in uw hoortoestellen kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken.

Raadpleeg een arts als deze bijwerking optreedt.

Gebruik in vliegtuigen

Als uw hoortoestellen zijn voorzien van Bluetooth draadloze technologie en u in een vliegtuig bent, dan moet het hoortoestel in de vliegtuigmodus gezet worden om Bluetooth te deactiveren, tenzij Bluetooth door het cabinepersoneel wordt toegestaan.

Het hoortoestel moet een druktoets hebben om de vliegtuigmodus te kunnen activeren, anders moet u uw hoortoestellen uitschakelen.

Als u wilt weten of uw hoortoestellen Bluetooth draadloze technologie hebben, raadpleegt u het modellenoverzicht in de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestellen.

Aansluiting op externe apparatuur

Wanneer de hoortoestellen (via een AUX-inputkabel en/of USB-kabel en/of direct) verbonden zijn met externe apparatuur, wordt de veiligheid van het gebruik van de hoortoestellen bepaald door de externe signaalbron. Wanneer het hoortoestel is aangesloten op externe apparatuur die is aangesloten op een stopcontact, moet deze apparatuur voldoen aan IEC 62368-1 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.

Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn geleverd

Gebruik alleen accessoires, transducers of kabels die door de fabrikant van dit apparaat worden geleverd. Niet-originele accessoires kunnen de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van uw hoortoestel verminderen.

Modificatie van de hoortoestellen is niet toegestaan

Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant, doen de garantie van de apparatuur vervallen.

Storing

De hoortoestellen zijn grondig getest op storing, volgens de strengste internationale normen.

Elektromagnetische storing kan optreden in de nabijheid van apparatuur met het symbool aan de linkerkant. Draagbare en mobiele RF (radiofrequentie) communicatie-apparatuur kunnen de prestatie van de hoortoestellen beïnvloeden. Als uw hoortoestellen worden beïnvloed door elektromagnetische interferentie, dient u ervoor te zorgen uit de buurt van de bron te blijven om de interferentie te verminderen.

Problemen oplossen

Klacht	Mogelijke oorzaak
Geen geluid	Lege batterij
	Verstopte geluidsopening
	Verstopte microfoonopening
	Microfoon van hoortoestel gedempt
Onderbroken of verminderd geluid	Verstopte geluidsopening
	Vocht
	Lege batterij
Snerpend geluid	Het hoortoestel zit niet goed in het oor
	Ophoping van oorsmeer in de gehoorgang
Probleem met koppelen met Apple-apparaat	Bluetooth-verbinding mislukt
	Slechts één hoortoestel gekoppeld

Oplossing

Vervang de batterij

De geluidsopening* reinigen of het oorsmeerfilter vervangen

De microfoonopening reinigen* of het filter vervangen (T-Cap of O-Cap)

Hef de demping van de microfoon van het hoortoestel op

De geluidsopeningen reinigen of het oorsmeerfilter vervangen

Veeg de batterij en het hoortoestel met een droge doek af

Vervang de batterij

Plaats het hoortoestel opnieuw in het oor

Laat de gehoorgang onderzoeken door uw (KNO-)arts

- 1) Maak de koppeling van uw hoortoestel ongedaan. 2) Schakel Bluetooth uit en weer in.**
- 3) Open en sluit de batterijlade van het hoortoestel.**
- 4) Koppel het hoortoestel opnieuw (zie www.oticon.nl/pairing)**

Als bovenstaande oplossingen niet werken, raadpleeg dan uw hoorzorgprofessional voor hulp.

* Volgens de richtlijnen in dit boekje

Water- en stofbestendig (IP68)

Uw hoortoestel is stofdicht en beschermd tegen binnendringen van water. Het is ontworpen om in alle dagelijkse situaties te worden gedragen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over zweet of regen. Volg de onderstaande richtlijnen wanneer uw hoortoestel in contact komt met water en niet langer werkt:

1. Veeg het water er voorzichtig af
2. Open de batterijlade en haal de batterij eruit. Veeg eventueel aanwezig water voorzichtig uit de batterijlade
3. Laat het hoortoestel met geopende batterijlade gedurende ongeveer 30 minuten drogen
4. Plaats een nieuwe batterij

BELANGRIJKE OPMERKING

Draag uw hoortoestel niet tijdens het douchen of tijdens activiteiten in het water. Dompel uw hoortoestel niet onder in water of andere vloeistoffen.

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: +1°C tot +40°C Vochtigheid: 5% - 93% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa
Transport- en opslagomstandigheden	De temperatuur en luchtvochtigheid mogen niet voor een langere periode boven onderstaande limieten uitkomen tijdens transport en opslag: Temperatuur: -25°C tot + 60°C Vochtigheid: 5% - 93% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Garantie

Certificaat

Naam van eigenaar: _____

Hoorzorgprofessional: _____

Adres hoorzorgprofessional: _____

Telefoon hoorzorgprofessional: _____

Aankoopdatum: _____

Garantieperiode: _____ Maand: _____

Model links: _____ Serienr.: _____

Model rechts: _____ Serienr.: _____

Batterijtype: _____

Internationale garantie

Uw toestel valt onder een internationale garantie die door de fabrikant is afgegeven. Deze internationale garantie dekt fabricage- en materiaalfouten van het apparaat zelf, maar geldt niet voor accessoires zoals batterijen, slangetjes, luidsprekers, oorstukjes en oorsmeerfilters, enz. Problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik of onjuiste verzorging, misbruik, ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde personen, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, fysieke veranderingen in het oor, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het toestel of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de internationale garantie en kunnen de garantie ongeldig maken. De bovenstaande internationale garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens

de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen in het land waar u het apparaat hebt gekocht. Uw hoorzorgprofessional heeft mogelijk ook een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze internationale garantie. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig heeft

Breng uw apparaat naar uw hoorzorgprofessional. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen vaak ter plekke worden verricht. Uw hoorzorgprofessional kan kosten in rekening brengen voor hun diensten.

Technische informatie

De hoortoestellen bevatten de volgende twee radiotechnologieën:

De hoortoestellen bevatten een radiozendontvanger die gebruikmaakt van kortbereik magnetische inductietechnologie op 3,84 MHz. De magnetische veldsterkte van de zender is zeer zwak en altijd lager dan 15 nW (gewoonlijk lager dan $-40 \text{ dB}\mu\text{A/m}$ op een afstand van 10 meter.

De hoortoestellen bevatten tevens een radiozendontvanger die gebruikmaakt van Bluetooth Low Energy en een propriëtaire radiotechnologie met kort bereik, beide werkend op de 2,4 GHz ISM-band. De radiozender is zwak en altijd lager dan 3 mW, gelijk aan 4,8 dBm totaal uitgestraald vermogen.

Gebruik uw hoortoestellen alleen in gebieden waar draadloze transmissie is toegestaan.

De hoortoestellen voldoen aan internationale normen betreffende radiozenders, elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling. In verband met de beperkte ruimte op het hoortoestel zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit boekje. Meer informatie is te vinden in de "Technisch informatieblad" op www.oticon.nl

De fabrikant verklaart hierbij dat dit hoortoestel voldoet aan de essentiële eisen en bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Dit medische hulpmiddel voldoet aan EU-verordening 2017/745 inzake medische hulpmiddelen.

Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij het hoofdkantoor.

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.oticon.global/doc

CE 0123



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken



Afval van elektronische apparatuur dient te worden weggegooid volgens de lokale voorschriften.



 **Bluetooth®**

IP68

Beschrijving van in dit boekje gebruikte symbolen en afkortingen



Waarschuwingen

Tekst aangeduid met een waarschuwingssymbool moet worden gelezen voordat het toestel wordt gebruikt.



Fabrikant

Het apparaat is geproduceerd door de fabrikant wiens naam en adres naast het symbool staan vermeld. Geeft de fabrikant van medische hulpmiddelen aan zoals gedefinieerd in EU-Verordening 2017/745.



CE-markering

Het apparaat voldoet aan alle vereiste EU-verordeningen en -richtlijnen. Het viercijferige nummer geeft de aangemelde instantie aan.



Elektronisch afval (AEEA)

Recycle hoortoestellen, accessoires en batterijen volgens de lokale regelgeving. Hoortoestelgebruikers kunnen elektronisch afval ook inleveren bij hun hoorzorgprofessional. Elektronische apparatuur die valt onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).



Regulatory Compliance Mark (RCM)

Het apparaat voldoet aan de voorschriften betreffende elektrische veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum voor apparaten bestemd voor de Australische of Nieuw-Zeelandse markten.

IP68

IP-code

Beschermingsgraad tegen schadelijke indringing van water en fijnstof volgens EN 60529.

IP6X duidt algehele bescherming tegen stof aan. IPX8 duidt de bescherming aan tegen de effecten van continue onderdompeling in water.



Bluetooth-logo

Gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc., alle gebruik ervan vereist een licentie.



Made for Apple-badges

Duidt aan dat het apparaat compatibel is met iPhone, iPad en iPod touch.



Hoorlus

Dit logo bevat het universele symbool voor hoorondersteuning. De "T" geeft aan dat een hoorlus is geïnstalleerd.



Radiofrequentie (RF) zender

Uw apparaat bevat een RF-zender.

GTIN

Global Trade Item Number

Een wereldwijd uniek nummer van 14 cijfers dat wordt gebruikt om medische apparaten te identificeren waaronder software voor medische apparatuur. De GTIN in dit boekje heeft betrekking op de firmware (FW) van de medische apparatuur. De GTIN op het reglementaire verpakkingsetiket heeft betrekking op de hardware van de medische apparatuur.

FW

Firmware

Gebruikte firmwareversie in het apparaat.

Beschrijving van aanvullende symbolen op labels



Droog houden

Geeft een medisch hulpmiddel aan dat tegen vocht moet worden beschermd.

REF

Catalogusnummer

Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medische hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.

SN

Serienummer

Geeft het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medisch hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.

MD

Medisch hulpmiddel

Het apparaat is een medisch hulpmiddel.

Uw individuele hoortoestelinstellingen

In te vullen door uw hoorzorgprofessional.

Tinnitus SoundSupport: Gebruiksbeperkingen			
<input type="checkbox"/>	Geen gebruiksbeperkingen		
	Programma	Opstartvolume (Tinnitus)	Max. volume (Tinnitus)
<input type="checkbox"/>	1	Max. _____ uur per dag	Max. _____ uur per dag
<input type="checkbox"/>	2	Max. _____ uur per dag	Max. _____ uur per dag
<input type="checkbox"/>	3	Max. _____ uur per dag	Max. _____ uur per dag
<input type="checkbox"/>	4	Max. _____ uur per dag	Max. _____ uur per dag

Power-toestel Ja Nee

Overzicht hoortoestelinstellingen

Links

Rechts

Ja Nee

Volumeregelaar

Ja Nee

Ja Nee

Programmaschakelaar

Ja Nee

Ja Nee

Dempen

Ja Nee

Ja Nee

Tinnitus SoundSupport

Ja Nee

Indicatoren volumeregelaar

Aan Uit

Piepjes bij min/max volume

Aan Uit

Aan Uit

'Klikt' bij verandering volume

Aan Uit

Aan Uit

Piepjes bij gewenst volume

Aan Uit

Indicatoren batterij

Aan Uit

Waarschuwing lage batterijspanning

Aan Uit

249393NL / 2022.04.29 / v1



oticon
life-changing **technology**